



INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa wyrobów medycznych różnych, kleju tkankowego i opatrunków specjalistycznych*”

Pytanie 1- dotyczy pakietu 6

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuści przenośny, jałowy, apirogeny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu wbudowany w dystalną końcówkę luer lock, zapewniający ciągły przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu, gdzie urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie z zamkniętą linią infuzyjną, bez DEHP)? Dren łączący długości min.90 cm bez klamry z uwagi na możliwość samodzielnej lub przypadkowej manipulacji przez pacjenta, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo, przebieg i skuteczność terapii. Przezroczysty dren oraz przezroczysta obudowa blokującą promieniowanie UV do długości 380 nm (który blokuje promienie UVB, UVC i większość promieni UVA) w kształcie butelki. Obudowa zapewnia możliwość wizualnego kontrolowania postępu wlewu. Napełnianie systemu odbywa się przez centralnie umieszczony port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu oraz zawór uniemożliwiający cofanie/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Nominalna prędkość infuzji 5 lub 10 ml/h, objętość nominalna 240 ml, objętość minimalna 216 ml, objętość maksymalna 300 ml. Pompa dostarczana jest z torbą kompatybilną z pompami o pojemności max 300 ml , zapięciem zatrzaskowym pozwalające na łatwe zapinanie i rozpinanie regulowanego paska.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych
Małgorzata Cierpka

Z-ca Kierownika Działu
Zacpatrzania i Zamówień Publicznych
mgr inż. Jacek Banaszak