



.....  
.....

Znak: AE/ZP-27-38/24

Tarnów, 2024-04-29

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy: materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboji i innych.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

- 1. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy były zapakowane w mleczną folię, co chroni je przed czynnikami zewnętrznymi, zabrudzeniem oraz światłem ?
- 2. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający wymaga, aby w rolce rękawa znajdowała się wlepka zawierająca informacje o dacie ważności ? W ten sposób po rozpakowaniu rękawa i zutylizowaniu opakowania wierzchniego, użytkownik w dalszym ciągu może sprawdzić do kiedy można użytkować daną rolkę rękawa.
- 3. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający wymaga, aby symbol metody sterylizacji nadrukowany na wskaźniku, co wyklucza pomyłkę ?
- 4. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający wymaga, by rękawy posiadały raport walidacji wytwarzania opakowań medycznych wg ISO 11607-2 ?
- 5. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający wymaga, by rękawy posiadały piktogram przekreślonej paczki jako oznakowanie "nie używać jeżeli system bariery sterylnej jest uszkodzony" wg wymogu normy PNEN 868-5 ?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby rękawy zaoferowane w **Pakiecie Nr 1** były zapakowane w mleczną folię.

**Ad. 2**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby w rolce zaoferowanego w **Pakiecie Nr 1** rękawa znajdowała się wlepka zawierająca informacje o dacie ważności.

**Ad. 3**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby w zaoferowanych w **Pakiecie Nr 1** rękawach symbol metody sterylizacji nadrukowany był na wskaźniku.

**Ad. 4**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 1** rękawy posiadały raport walidacji wytwarzania opakowań medycznych wg ISO 11607-2.

**Ad. 5**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 1** rękawy posiadały piktogram przekreślonej paczki jako oznakowanie "nie używać jeżeli system bariery sterylnej jest uszkodzony" wg wymogu normy PNEN 868-5.

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosok*

*Nocni*