



Czeladź, dnia 19 lipca 2024 r.

Znak sprawy: DZA.381.18.2.2024

**Do wszystkich
Wykonawców**

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – na dostawę krzeseł behawioralnych dla CZP.

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Zamawiający w załączniku nr 5 do SWZ – Opisie wymaganych parametrów technicznych opisał wymagane krzesła w sposób jednoznacznie wskazujący na wyrób konkretnego producenta – krzesło RYNO producenta Cormed MD co narusza zasadę proporcjonalności i równego traktowania wykonawców. Dopuszczona przez Zamawiającego tolerancja wymiarów nie pozwala na zaoferowanie jakiegokolwiek innego produktu. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o dopuszczenie krzesła o wymiarach: Szerokość: 47 cm, Wysokość: 82 cm, Głębokość: 56 cm, Wysokość siedziska: 43cm.

Wyjaśniamy:

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ – zmodyfikowane zapisy znajdują się z Załączniku nr 5 do SWZ „Opis wymaganych parametrów technicznych”.

Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby krzesło wyposażone było w tapicerkę siedziska i oparcia. Ewentualnie odstąpienie od wymogu samej tapicerki oparcia.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 3

Zamawiający opisał parametr krzesła „Kzesło dociążone do wagi 50-55 kg”. proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli wagę samego krzesła 50-55 kg? zwracam się z prośbą o rezygnację z tego wymogu.

Wyjaśniamy:

Zamawiający wymaga krzesła behawioralnego z możliwością dociążenia do wagi 50-55 kg co uniemożliwi podnoszenie/rzucanie krzesłem przez pobudzonych psychoruchowo pacjentów. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 4

Zamawiający wymaga:

- a. Krzesło spełniają normy ognioodporne zgodne z: UL 94 HB i Cal 133 (lub równoważne) Klasyfikacja palności tworzyw sztucznych



- b. Krzesło testowane zgodnie z normą BS 5852: 2006 Klauzula 12 Źródło zapłonu 0,1 &5 (lub równoważne)
- c. Krzesło testowane pod kątem intensywnego użytkowania spełnia normę BS-EN 16139:2013 poziom 2. (lub równoważne)

Zawracam się z prośbą o informację, czy ww. dokumenty są wymagane do złożenia na jakimkolwiek etapie postępowania.

Wyjaśniamy:

Zgodnie z pkt 8.1 części VIII SWZ z przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych lub ulotek lub innych materiałów informacyjnych ma wynikać, że krzesła spełniają normy ognioodporne zgodne z: UL 94 HB i Cal 133 (lub równoważne) i zostały przetestowane zgodnie z normami wskazanymi w Załączniku nr 5 do SWZ (lub równoważnymi).

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40
mgr Aldona Sylwa

W załączeniu:

1. Zmieniony Opis wymaganych parametrów technicznych – Zał. nr 5.

