



**WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W BYDGOSZCZY**

Nasz znak: EZP.272.2.2024
Egz. nr 1

Bydgoszcz, dnia 12 marca 2024 r.

Wyjaśnienia treści SWZ
(postępowanie EZP.272.2.2024)

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji nr EZP.272.2.2024 na dostawę materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy, wpłynęły pytania Wykonawców do treści Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) o następującej treści:

Część 2

Dotyczy pozycji 4 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ezy z zakończeniem prostym bez igły? Jeśli nie, to czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ezy zakończone igłą, ale pakowane w woreczki bez zamknięcia strunowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ezy z igłą bez strunowego zamknięcia.

Dotyczy pozycji 6 - 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek o długości ok. 150 mm w probówce transportowej bez przewężenia?

Wymazówki w probówce transportowej z przewężeniem zostały wycofane z oferty handlowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 2, pozycji 3, 6, 7, 8 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu?

Obecna forma pakietu zawęży krąg potencjalnych dostawców i prowadzi do ograniczenia konkurencji gospodarczej. Wydzielenie wskazanych produktów umożliwi uzyskanie większej ilości ofert, a przede wszystkim pozwoli na zoptymalizowanie wydatków środków publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie wskazanych pozycji z części nr 2. Asortyment ujęty w części są to ogólnodostępne jednorazowe materiały zużywalne stosowane w diagnostyce laboratoryjnej i stanowią jednorodną grupę asortymentową. Na rynku są Wykonawcy, którzy mogą samodzielnie wykonać zamówienie.

Dotyczy - pozycja nr 3- Eza z oczkiem o poj. 1 µl

Czy zamawiający dopuści Ezy z oczkiem o poj. 1 µl pakowane w łatwo otwieralne woreczki medyczne?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Opisu przedmiotu zamówienia bez zmian.

Dotyczy - pozycja nr 3- Eza z oczkiem o poj. 1 µl

Czy zamawiający dopuści produkt o minimalnej dacie ważności 24 m-ce w dniu dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy - pozycja nr 8- Wymazówki z tworzywa z wacikiem wiskozowym sterylne

Czy zamawiający dopuści produkt o minimalnej dacie ważności 24 m-ce w dniu dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Część 6

Dotyczy pozycji nr 1, 2: Czy Zamawiający dopuści próbówki odporne na wirowanie do 12 000xg?

Odpowiedź:

- poz. nr 1 – Wymóg odporności na wirowanie nie występuje w specyfikacji - Zamawiający wyraża zgodę.

- poz. nr 2 – Zamawiający wyraża zgodę

Część 11

Czy Zamawiający w Pakiecie 11, pozycji 9, dopuści zaoferowanie nakrętek bez sept? - septy będą mogły być wymieniane za pomocą pozycji 10, pakiet 11.

Nakrętki z gotową septą opisane w pozycji 9 - będą problematyczne w usunięciu. Zazwyczaj producenci zalecają wymianę całych nakrętek z septą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy Opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Ogólne warunki umowy

§ 7, pkt. 1 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu z 5 do 10 dni roboczych w przypadku zwłoki do deklarowanego w § 2 ust. 2 umowy terminu dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto Wykonawca złożył pytanie, które dotyczy **części 33** - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zgodnego z załączoną metodyką?

Wykonawca nie załączył do pytania wspomnianej metodyki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że postępowanie EZP.272.2.2024 nie zawiera części o numerze 33.

Z upoważnienia
Dyrektora Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
(podpis nieczytelny)
Sylwia DERDA

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/>
2. a/a