

Wszyscy Wykonawcy

ZP - 1291 / 19

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy implantów neurochirurgicznych, materiałów hemostatycznych, stymulatorów p/bólowych, pomp baklofenowych oraz materiałów zużywalnych do zabiegów neurochirurgicznych (znak sprawy: Z/22/PN/19).

W związku z wpłynięciem zapytań od Wykonawców
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi:

1. Pakiet 10:

Czy Zamawiający dopuści:

- grubość płytki poniżej 1,8 mm, a szerokość poniżej 12,5 mm,
- możliwość zmiany kształtu krzywizny płytki bez utraty możliwości blokowania śrub mocujących,
- śruby samogwintujące się o średnicach 4 i 4,5 mm i długości od 12 do 20 mm,
- w komplecie narzędzia do wprowadzania śrub i ich blokady?

Odp. Nie.

2. Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści zastawkę konkurencyjną przepływową Hakim z zestawem drenów?

Odp. Nie.

3. Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści zastawkę konkurencyjną przepływową Hakim z zestawem drenów z zestawem drenów: komorowym 23,5 cm oraz otrzewnowym 120cm?

Odp. Nie.

4. Pakiet 22

Czy Zamawiający dopuści zastawkę konkurencyjną przepływową Hakim z antysyfonem z zestawem drenów: komorowym 23,5 cm oraz otrzewnowym 120cm?

Odp. Nie.

5. Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuści zastawkę konkurencyjną przepływową Hakim z antysyfonem z zestawem drenów: komorowym 23,5 cm oraz otrzewnowym 120cm?

Odp. Nie.

6. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 11- stymulatory p/bólowe

Zestaw składający się z:

1. Stymulator rdzenia stałonapięciowy, nieładowalny, 16-kontaktowy, umożliwiające ustawienie 32 różnych programów, w ramach 26 grup,
2. Elektroda chirurgiczna 16-kontaktowa, do wyboru dwu lub trzyczędowa, o długości 65, lub 90 cm, w komplecie z przymiarem elektrody, tunelizatorem podskórnym, oraz pozostałymi niezbędnymi akcesoriami,
3. Dwa łączniki elektrody ze stymulatorem, do wyboru 20, 40, lub 60 cm,
4. Kabel do testowania śródoperacyjnego,
5. System mechanicznego kotwiczenia i fiksowania elektrody / 2 sztuki w komplecie,
6. W zestawie pilot pacjenta.

Odp. Nie.

Zamawiający modyfikuje opis zadania 7 w pkt. III SIWZ poprzez następujące zmiany:

- zapis o treści: „igły przemasadowe o średnicach 11 i 14 G, o długościach 120 i 150 mm, ścięte, sterylne, pakowane pojedynczo”

otrzymuje brzmienie: „igły przeznaczadowe o średnicach 11 i 13 G, o długościach 120 i 150 mm, ścięte, sterylne, pakowane pojedynczo”

- zapis o treści: „trzy rodzaje cementu o różnej gęstości: cement PMMA o niskiej gęstości / ok. 70 % PMMA i 30 % BaSO₄/, cement PMMA o średniej gęstości / min. 50 % PMMA i min. 40 % ZrO₂ / i cement PMMA o wysokiej gęstości / min. 50 % PMMA i min. 40 % ZrO₂”

otrzymuje brzmienie: „trzy rodzaje cementu o różnej gęstości: cement PMMA o niskiej gęstości / ok. 70 % PMMA i 30 % BaSO₄/, cement PMMA o średniej gęstości / min. 50 % PMMA i min. 40 % ZrO₂ / i cement PMMA o wysokiej gęstości min. 1000 PAS/ min. 50 % PMMA i min. 40 % ZrO₂”

- dodanie zapisu o treści:

„W skład jednego kompletu wchodzi: 1 cement, 1 zestaw do mieszania cementu, 1 zestaw do aplikacji cementu, 1 igła przeznaczadowa, 1 igła biopsyjna”

DYREKTOR

Piotr Drzymalski

SPECJALISTA
Alina Pieniak
mgr Alina Pieniak

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
Mirosław Skiba
mgr Mirosław Skiba