

Dreżdenko, dnia 9 lutego 2023 roku

Do Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie

P1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreżdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/1/2023, 2023/BZP 00081130/01 z dnia 2023-02-03

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

1. Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwanej dalej Ustawą* udziela następujących wyjaśnień treści i wprowadza zmiany SWZ:

Pytanie 1

pakiet 23

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 23 w poz. 2 gąbki żelatynowej pakowanej po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj.: poz. 2- 10 op.?

Odp. do pytania 1

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 23 poz. 2 na produkt pakowany po 20szt., w opakowaniu, w ilości 10 opakowań.

Pytanie 2

pakiet nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gąbki, która absorbuje około 45-krotność płynu w stosunku do swojej masy?

Odp. do pytania 2

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 23 na gąbki żelatynowe, które absorbują około 45 krotność płynu w stosunku do swojej masy, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 3

pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania opatrunku z pokrytej klejem włókniny poliestrowej, z wyciętym okienkiem wypełnionym przylepną folią poliuretanową w rozmiarze 6x7,5cm?

Odp. do pytania 3

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 6 poz. 1 na opatrunek z pokrytej klejem włókniny poliestrowej, z wyciętym okienkiem wypełnionym przylepną folią poliuretanową w rozmiarze 6x7,5cm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 4

pakiet nr 24 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania tupferów wykonanych z 24- nitkowej gazy z nitką RTG w rozmiarze 7,5 x 7,5cm?

Odp. do pytania 4

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 24 poz.1 na tupferki wykonane z 24- nitkowej gazy z nitką RTG w rozmiarze 7,5 x 7,5cm pod warunkiem, że wielkość gotowego tupferka nie przekroczy wskazanego maksymalnego rozmiaru, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 5

pakiet nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania tupferów wykonanych z 24- nitkowej gazy z nitką RTG w rozmiarze 11,5 x 11,5cm?

Odp. do pytania 5

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 24 poz.2 na tupferki wykonane z 24- nitkowej gazy z nitką RTG w rozmiarze 11,5x11,5cm pod warunkiem, że wielkość gotowego tupferka nie przekroczy wskazanego maksymalnego rozmiaru, przy pozostałych parametrach bez zmian.

2. Zamawiający w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmianę w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla pakietu 24.

Treść po zmianie:

Poz. 1 - Tupfery do preparowania No 2, rozmiar max 17x12mm, twarde, do preparowania tkanek przy zabiegach usunięcia tarczycy, zwinięte w kształt walca - fasolki, bez wolnych fragmentów gazy. Zaopatrzone w nitkę radiacyjną, jednolity walcowaty kształt tupferka, bez żadnych wypustek pozwala na jego zaaplikowanie na narzędzie jedną ręką, bez dodatkowego manewrowania, konfekcjonowane po 10 szt. w pudełeczku.

Poz. 2 - Tupfery do preparowania No 3, rozmiar max 25x16mm, twarde, do preparowania tkanek przy zabiegach usunięcia tarczycy, zwinięte w kształt walca - fasolki, bez wolnych fragmentów gazy. Zaopatrzone w nitkę radiacyjną, jednolity walcowaty kształt tupferka bez żadnych wypustek pozwala na jego zaaplikowanie na narzędzie jedną ręką, bez dodatkowego manewrowania, konfekcjonowane po 10 szt. w pudełeczku.

3. W związku z wprowadzonymi zmianami opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający w trybie art. 286 ust. 3 Ustawy wprowadza zmianę termin składania i otwarcia ofert określonego w pkt. 25 i 26 SWZ. **Nowy termin składania ofert do dnia 16.02.2023 godz.: 12:00. Otwarcie ofert 16.02.2023 godz.: 12:05.** Zmiana terminu składania oferty wymaga także zmiany terminu związania ofertą – nowy termin związania do 17.03.2023 r.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Agnieszka Banaszek

W trybie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 7, art. 271 ust. 4 Ustawy wyjaśnienia, wprowadzone zmiany oraz ogłoszenie o zmianie zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/722165> dnia 09.02.2023 r.