

Kraków, dn. 12.05.2021r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-16/21

Przetarg nieograniczony pn. „**Sukcesywna dostawa odczynników**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIENIA TREŚĆ SWZ

I. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Zwracamy się do Państwa z następującymi pytaniami do pakietu nr 8:

1) Czy Zamawiający dopuści test o czułości 90.5% dla GDH i 87.8% dla toksyn?

Odpowiedź. Zamawiający dopuści test o czułości 90.5% dla GDH i 87.8% dla toksyn.

2) Czy przez sformułowanie "...do równoczesnego wykrywania.." Zamawiający rozumie jedno miejsce dozowania próbek?

Odpowiedź. Tak.

3) Czy Zamawiający wymaga aby czułość i swoistość testu była wyznaczona względem metody referencyjnej tj. hodowli bakteryjnej/tkankowej na minimum 1000 próbek?

Odpowiedź. Tak.

4) Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymogami SWZ należy przedłożyć wraz z ofertą dokumenty wymienione w pkt 9 (instrukcja wykonania testu)?

Odpowiedź. Instrukcje należy przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie 48 godzin od wezwania w trakcie trwania umowy.

II. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.) zmienia treść SWZ w zakresie:

1) Załącznika nr 2 do SWZ w którym ust. 4 w par. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego w terminie 48 godzin od wezwania w trakcie trwania umowy o przedłożenie charakterystyk oferowanych odczynników oraz instrukcji i dokumentów dopuszczających oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie Polski.”

Odpowiedzi do pytań oraz zmiana treści SWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa prowadzonego postępowania
- ✓ a/a