



Wrocław, dnia 09.09.2024r

**Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego**

Nr sprawy Szp-242/FZ-041/2024

**INFORMACJA NR DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę Wózków różnych

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych wyposażony w barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej, składane wzdłuż ramy?

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych o wymiarach:

- długość całkowita: 211,5cm,
- szerokość całkowita: 88cm,
- zakres hydraulicznej regulacji wysokości: 57 – 99cm,

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego segment oparcia pleców regulowany jest w zakresie: od -25° do + 60°?

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 4**

**Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewożenia chorych – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, w którym segment oparcia pleców regulowany jest systemem rastomatowym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych o wymiarach:

- długość całkowita: 218cm,
- szerokość całkowita: 85cm,
- zakres hydraulicznej regulacji wysokości: 50,8 – 95cm,

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego segment oparcia pleców regulowany jest w zakresie: od 0° do 45°?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza