



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościółkowskiego**

**15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel. : (47) 710 41 00 fax: (47) 710 41 01
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922**



DZP.2344.40.2020

Białystok, 19 października 2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji pomieszczeń po Ośrodku Nefrologii ze Stacji Dializ w celu zmiany lokalizacji Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z dostawą wyposażenia medycznego i technicznego

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościółkowskiego, uprzejmie informuje, iż do prowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytania do przetargu: wykonanie modernizacji pomieszczeń po ośrodku Nefrologii ze Stacji Dializ w celu zmiany lokalizacji Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z dostawą wyposażenia medycznego i technicznego.

1. Prosimy o informację czy po zakończeniu wykonywania prac niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających utylizację odpadów budowlanych jako niebezpiecznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

3. Czy Zamawiający dopuści ogólnochirurgiczny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym, blat modułowy z montażem w systemie gniazd wpustowych i czopów (montaż poprzez wsunięcie segmentów, bez dodatkowych czynności). Funkcje sterowane pilotem przewodowym lub bezprzewodowym z możliwością zapisania pozycji oraz osiągnięcia pozycji flex i reflex. Materace o właściwościach antyodleżynowych z pianki viscoelastycznej, wodoodporne, zgrzewane sonicznie. Zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę około 1 tygodnia bez ładowania. Maksymalne obciążenie stołu 350 kg. Zakres regulacji wysokości blatu stołu bez materaca od 650 mm do 1010 mm. Przesuw wzdłużny: 300 mm. Stół z wyposażeniem do chirurgii ogólnej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną zabezpieczoną epoksydową powłoką proszkową, gwarantującej odpowiednią higienę powierzchni. Ramię dwuczęściowe o łącznej długości 1 500 mm, nośność netto kolumny 200 kg, szyny nośne pod montaż półki lub innych akcesoriów Wbudowane w ścianę głowicy (niewystające) z 2 stron. Urządzenie przystosowane do zawieszenia aparatu. Jedno z ramion zmotoryzowane pozwalające na podniesienie aparatu anestezjologicznego razem z kolumną.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści dwukopułową lampę operacyjną mocowaną do stropu oraz wyposażoną w płaską kopułę główną w kształcie koła i satelitę w kształcie koła oraz ramię do zawieszenia

monitora? Lampa składa się z niezależnych diod, zapewniających bardzo wysokie parametry redukcji cieni oraz zapobiegających aberracji światła bez konieczności stosowania skomplikowanych systemów elektronicznych. Obie kopuły z funkcją umożliwiającą zwiększenie nominalnej mocy oświetlenia po długim czasie użytkowania lampo, zachowując maksymalną wydajność i eliminując naturalne zjawisko gaśnięcia diod LED. Gwarantowana żywotność diod LED nie mniej niż 50 000 godzin. Sterowanie parametrami lamp przy pomocy paneli znajdujących się przy kopułach. Regulacja lampą za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych centralnie na kopułach lamp. Stopień ochrony kopuły lampy: IP54. Rozpraszanie cienia z tubą symulującą pole operacyjne: 100%. Kamera Full HD zamocowana w kopule głównej. Sterowanie kamery za pomocą panelu bezprzewodowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Dąbrowie Tarnobrzeg
im. Mariana Żyndramy Jęściakowskiego

Alicja Skindziulewska

MC... ..