

Gdańsk, dnia 16 marca 2020 r.

nr sprawy: **D10.251.14.C.2020**

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**DOSTAWA WYROBÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**” postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr **2020/S 052-122834** oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ CZĘŚĆ 1

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ):

Pytanie 1 – dot. pakietu 4

Jak należy traktować pozycje 3: czy to omyłka ze ta pozycja się skopiowała w wiersze poniżej czy w tej formie ma pozostać i będzie oferowany ten sam produkt w 3 wierszach?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia numeracje pozycji do wskazanego pakietu, zgodnie z dołączonym załącznikiem 1 do SIWZ_zmiana1.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje o dokonanych modyfikacjach w następujących pakietach: **8, 45, 56, 65 oraz 75**-zmiany oznaczono kolorem czerwonym. Zmieniony załącznik zostaje dołączony do niniejszego pisma.


Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski


WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Sporządziła: Magdalena Czerniawska – Sekretarz komisji przetargowej



[Zamowienia.publiczne] Postępowanie nr D10.251.14.C.2020



Od <tomasz.wasiak@olympus-europa.com>
Nadawca Zamowienia.publiczne <zamowienia.publiczne-bounces@copernicus.gda.pl>
Do <zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl>
Data 2020-03-16 09:57

Dzien Dobry,

Probuje sie do Panstwa dodzwonic ale numery podane w SIWZ sa niedostepne, moze jakas awaria chwilowa.

W kazdym razie chcialem zapytac o pakiet 4 jak nalezy traktowac pozycje 3 (czy to omylka ze ta pozycja sie skopiowala w wiersze ponizej czy w tej formie ma pozostac i bedzie oferowany ten sam produkt w 3 wierszach?)

Pakiet nr 4 Dreny do Toru Wizyjnego Laparoskopowego i Laparoskopowo- histeroskopowego firmy Olympus bedacego na wyposazeniu Zamawiajacego

Lp	Asortyment	Jedn. miary	Liczba	Cena jednostk. brutto	Wartosc brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.
	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Dreny wielorazowe współpracujące z zaofierowanymi pompami	szt.	40				
2	Dreny wielorazowe współpracujące z zaofierowanymi insuflatorami	szt.	8				
3	Dreny wielorazowe do ewakuacji dymu z pola operacyjnego do zaofierowanych aparatów	szt.	8				
3	Dreny wielorazowe do ewakuacji gazu z pola operacyjnego do zaofierowanych aparatów	szt.	8				
3	Dreny wielorazowe do ewakuacji płynu z pola operacyjnego do zaofierowanych aparatów	szt.	8				
4	Filtry jednorazowe CO2 do zaofierowanych insuflatorów	szt.	800				
Razem:							

Z pozdrowieniami,

Tomasz Wasiał

Regionalny Koordynator Sprzedaży Regionu Północnego / Dział Chirurgii
Regional Sales Coordinator Surgical Imaging & Energy Devices - Northern Poland

OLYMPUS Polska Sp. z o.o.

Wynalazek 1

02-677 Warsaw, Poland

phone +48 22 366 00 77

fax +48 22 366 00 49

mobile +48 693 939 991

website: www.olympus.pl

<mailto:tomasz.wasiak@olympus-europa.com>

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000063126

Zarząd: Kresimir Draskovic, Tomasz Mrzygłód, Andrzej Wojasiewicz, Michael Speiser.

Kapitał zakładowy: 26 697 000,00 PLN opłacony

NIP: 522-16-51-738, Regon: 012330343, Nr rej. GIOŚ E0002679WBW.

This e-mail may contain confidential and /or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

Is it really necessary to print this e-mail? Protecting the environment is everyone's responsibility.


Lista maillingowa - Zamowienia.publiczne

Adres listy - zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl

Jesli chcesz sie wypisac z listy:

- Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. :: Zamowienia.Publiczne | Postepowanie nr D10.Z51.... https://poczta.copernicus.gda.pl/?_task=mail&_safe=0&_uid=3441&_mbox=INBOX.Zam&A...
1. Wysluj wiadomosc o temacie 'help' na adres: zamowienia.publiczne-unsubscribe@copernicus.gda.pl
 2. Postepuj zgodnie z wytycznymi otrzymanymi w wiadomosci
-

Copernicus PL Sp. z o.o. | ul. Nowe Ogrody 1-6 | 80 - 803 Gdansk



Nazwa Wykonawcy:.....

D10.251.14.C.2020

Pakiet nr 4 Dreny do Toru Wizyjnego Laparoskopowego i Laparoskopowo- histeroskopowego firmy Olympus będącego na wyposażeniu Zamawiającego

Lp	Asortyment	Jedn. miary	Liczba	Cena jednostk. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.
	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Dreny wielorazowe współpracujące z zaoferowanymi pompami	szt.	40				
2	Dreny wielorazowe współpracujące z zaoferowanymi insuflatorami	szt.	8				
3	Dreny wielorazowe do ewakuacji dymu z pola operacyjnego do zaoferowanych aparatów	szt.	8				
4	Dreny wielorazowe do ewakuacji gazu z pola operacyjnego do zaoferowanych aparatów	szt.	8				
5	Dreny wielorazowe do ewakuacji płynu z pola operacyjnego do zaoferowanych aparatów	szt.	8				
6	Filtry jednorazowe CO2 do zaoferowanych insuflatorów	szt.	800				
Razem:							

.....
Podpis osoby upoważnionej



D10.251.14.C.2020

Nazwa Wykonawcy:.....

PAKIET NR 8-ZESTAWY DO PRZEZSKÓRNEJ TRACHEOTOMII							
Lp	Asortyment	Jedn. miary	Liczba	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.
	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	ZESTAW TRACHEOSTOMIJNY Z ELASTYCZNĄ KANIULĄ WEWNĘTRZNĄ, Z TERMOPLASTYCZNEGO TWORZYWA PCV z mankietem lub bez mankieta do wyboru Zamawiającego	szt	25				
2	RURKA TRACHEOSTOMIJNA WYKONANA Z TERMOPLASTYCZNEGO TWORZYWA PCV -bez mankieta, z okienkiem umożliwiającym fonację	szt	25				
3	RURKA TRACHEOSTOMIJNA WYKONANA Z TERMOPLASTYCZNEGO TWORZYWA PCV -bez mankieta i bez okienka umożliwiającego fonację	szt	25				
RAZEM							

Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1**Podać tak/
nie****Opisać**

1 Wyrób medyczny jednorazowy

2 Pakowany indywidualnie

3 Sterylny

4 nie zawiera lateksu

5 Skład zestawu:

rurka tracheostomijna
dwie kaniule wewnętrzne oznaczone kodem
barwnym, kaniula wew. Z łącznikiem 15mm dł.,
kaniula wew. Z łącznikiem niskoprofilowym

pierścień mocujący

nakładka kaszlowa

opaska szyjna

obturator

rozmiary 7,0; do 11,0 zo wyboru Zamawiającego

Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2**Podać tak/
nie****Opisać**

1 Wyrób medyczny jednorazowy

2 Pakowany indywidualnie

3 Sterylny

4 nie zawiera lateksu

5 Skład zestawu:

rurka tracheostomija

4 kaniule oznaczone barwnym kodem

kaniula z łącznikiem 15 mm długa

kaniula z łącznikiem niskoprofilowym krótka

kaniula z łącznikiem 15mm fonacyjna długa

kaniula z łącznikiem niskoprofilowym fonacyjna

pierścień mocujący

nakładka kaszlowa

zastawka umożliwiająca fonację z adapterem do
O2

opaska szyjna

PAKIET_8

	obturator		
	rozmiary 7,0; do 11,0 zo wyboru Zamawiającego		
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3		Podać tak/ nie	Opisać
1	Wyrób medyczny jednorazowy		
2	Pakowany indywidualnie		
3	Sterylny		
4	nie zawiera lateksu		
5	Skład zestawu: rurka tracheostomijna, 2 elatyczne kaniule wewnętrzne oznakowane barwnym kodem (powyżej rozmiaru 6), miękka opaska szyjna, obturator (powyżej rozmiaru 6)		
6	rozmary: 3,5 -10,0 do Wyboru Zamawiającego		

.....
Podpis osoby upowaznionej

Nazwa Wykonawcy:.....


D10.251.14.C.2020

PAKIET NR 45-Zestaw do drenażu klatki piersiowej pediatryczny

Lp	Asortyment	Jedn. miary	Liczba	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.
	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Cewnik z trokarem rozm. CH8 dł. 20-23 cm, CH10 dł. 20-23 cm	szt	100				
2	Cewnik z trokarem rozm. CH12 dł 20-25 cm CH 16 CL 20-25cm do wyboru Zamawiającego	szt	150				
4	Cewnik z trokarem rozm. CH20 dł 40 cm CH 24 dł 40cm CH 28 dł 40 cm do wyboru	szt	50				
RAZEM							

Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-3	Podać tak/nie	Opisać
1		Wyrób medyczny jednorazowy
2		Pakowany indywidualnie
3		Sterylny
4		Cewnik wykonany z termowrażliwego PCV
5		Cewnik osadzony na trokarze gotowy do natychmiastowego zastosowania
6		Atraumatyczny koniec z od 2 do 6 otworami otworami bocznymi
7		Oznaczenie nieprzenikliwe dla promieni rtg ułatwiające weryfikację właściwego położenia cewnika
8		Przejrzyste ściany cewnika w celu uwidocznienia drenowanej zawartości
9		Zakończenie cewnika rozszerzeniem kompatybilne czterokomorowym zestawem drenażu klatki piersiowej będącym w użytkowaniu Zamawiającego

.....
Podpis osoby upoważnionej



FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:.....


Pakiet nr 56

Załącznik nr 1 do SIWZ

D10.251.14.C.2020

AKCESORIA DO NOŻA MISONIX będącego na wyposażeniu Zamawiającego							
Lp	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.
	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Końcówka tnąca współpracująca z nożem Misonix	sztuk	120				
2	Dren współpracujący z nożem Misonix	sztuk	80				
Razem							

.....
 podpis osoby uprawnionej




Nazwa Wykonawcy:

D10.251.H.C.1020

PAKIET NR 65-ZESTAWY DO DRENAŻU ROPNI						
l.p.	Asortyment	Jedn. miary	Liczba	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa
	x	x	x	(b)	(t)	x
1	Zestaw do drenażu przeszłołkowego ropni	szt.	4			
2	Zestaw do drenażu przeszłołkowego	szt.	4			
3	Zestaw do drenażu przeszłołkowego z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki	szt.	4			
4	Cewnik do drenażu wykonany z PCV	szt.	4			
				RAZEM		

Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1			Podać tak/ nie	Oplacać
1	Wyrób medyczny jednorazowy			
2	Pakowany indywidualnie			
3	Sterylny			
4	Skład zestawu:			
	Cewnik zakrzywiony z 6 otworami bocznymi o dł. 40 cm			
	Srednica 16 Fr, 18 Fr, 20 Fr			
	Mandryn trekarowy			
	Obrotator prostujący z główką końcówką			
	Cewnik usztywniający ze sztywną końcówką			
	Plaster do mocowania na skórze			
	Wykonany z materiału typu Ultrathane			
	Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne			
	Końcówka cewnika zagięta			
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2			Podać tak/ nie	Oplacać
1	Wyrób medyczny jednorazowy			
2	Pakowany indywidualnie			
3	Sterylny			
4	Skład zestawu:			
	Cewnik pigtail z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki o dł 25 cm			
	średnica : 6,3Fr, 7,0Fr, 8,5Fr, 10,2Fr, 12Fr, 14Fr			
	Końcówka cewnika posiada pokrycie hydrofilne na dl 5 cm			
	Końcówka widoczna w rtg			
	Wzrostywnicz trekarowy			
	Obrotator			
	Plaster do mocowania na skórze			
	Wykonany z materiału typu Ultrathane			
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3			Podać tak/ nie	Oplacać
1	Wyrób medyczny jednorazowy			
2	Pakowany indywidualnie			
3	Sterylny			
4	Skład zestawu:			
	Cewnik pigtail z sześcioma otworami bocznymi, powyżej ostatniego otworu marker wskazujący na koniec części drenującej			
	Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne na dl 5 cm			
	średnica : 8,5Fr, 10,2Fr, 12,0Fr, 14,0Fr			
	Dł cewnika 15 cm, 25 cm, 45 cm			
	Mandryn trekarowy			
	Obrotator prostujący z główką końcówką			
	Cewnik usztywniający ze sztywną końcówką			
	Plaster do mocowania na skórze			
	Wykonany z materiału typu Ultrathane			
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4			Podać tak/ nie	Oplacać
1	Wyrób medyczny jednorazowy			
2	Pakowany indywidualnie			
3	Sterylny			
4	Posiada marker rtg znacząco zwiększający widoczność			
5	W dłuższych otworach bocznymi na końcu dystalnym			
6	Skalowany do 1 cm			
7	rozdm. 12Fr/33 cm, 14Fr-28Fr/41 cm			
8	W zestawie:			
9	Igła 18G			
10	Przewodnik TFE 0,038" z 3 mm zagiętą zmiekczoną końcówką			
11	Rozszerzalnia			
12	Adapter			

Podpis osoby upoważnionej



FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ
D10.251.14.C.2020

Nazwa Wykonawcy:.....

PAKIET NR 75-AKCESORIA DO SPRZĘTU F-MY WEINMANN będącego na wyposażeniu Zamawiającego							
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Liczba	Cena jednostk. brutto /w zł/	Wartość brutto /w zł/	Producent/ Nazwa handlowa /w zł/	Nr katalog.
X	X	X	X	/w zł/	/w zł/	/w zł/	X
1	Filtr do ssaka ACUVAC WEINMANN	szt	1 000				
2	Pojemnik wielorazowy do w/w ssaka	szt	25				
3	Uszczelka gumowa do w/w ssaka	szt	20				
4	Pojemnik wielorazowy do w/w ssaka kompletny z pokrywą	szt	5				
5	Filtr wlotu powietrza do respiratora WEINMANN	szt	20				
6	Układ oddechowy dwuramienny do respiratora WEINMANN Venti Logig LS WM 27960	szt	40				
				RAZEM			

Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 5		Opisać
	Podać tak/ nie	
1		Wyrób medyczny jednorazowy
2		Pakowany indywidualnie
3		Sterylny lub mikrobiologicznie czysty

Podpis osoby upowaznionej

