

ZP/13/23

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami), dalej: „ustawa” pn. **„Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych na potrzeby wykonywania badań w oddziałach szpitalnych”**.

I

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy, Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Dotyczy: załącznik nr 1 do SWZ - PKT 1 „Dwa fabryczne nowe lub jeden nowy a drugi używany, automatyczne analizatory parametrów krytycznych, ale nie starsze niż z roku 2020, analizatory tego samego modelu.”

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dwóch analizatorów używanych, w pełni sprawnych po przeglądzie, roczniki produkcji 2020 oraz 2022?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zawarte w pytaniu pod warunkiem, że analizatory będą tego samego modelu.

2. Dotyczy: załącznika nr 1 do SWZ - Pkt 4 "Wykonanie pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, elektrolity, metabolity) z próbki o objętości nie większej niż 50µl."

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązania, gdzie wykonanie pełnego panelu oznaczeń (gazometria, oksymetria, elektrolity, metabolity) jest wykonywane z kapilary z próbki o objętości 45µl oraz 65µl ze strzykawki?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zawarte w pytaniu.

II

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami) w wyniku dokonania wyjaśnień treści SWZ, Zamawiający dokonuje modyfikacji dokumentów postępowania w następującym zakresie:

1. Treść Specyfikacji warunków zamówienia:

1) Dział X, punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 15 lipca 2023 roku.

2) Dział XVI punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 16 czerwca 2023 roku do godziny 11:00.

3) Dział XVII punkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2023 roku, o godzinie 11:30.

Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje wiążą z chwilą ich publikacji.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu