



Gostyń, dnia 30 marca 2023 r.

Dotyczy postępowania pn: Dostawa wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **SPZOZ.231.1/1/2023**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o przepisy art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania do SWZ:

1. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o wymiarach 80mm x 25m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości 160.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie papieru o wymiarach 80mm x 25m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości 160.

2. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 9 i 10

Proszę o podanie defibrylatora, do którego mają być stosowane wymagane elektrody.

Odpowiedź: Paramedic CU-ER2

3. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 11

Proszę o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga elektrody Combo co wskazuje na elektrodę do defibrylatora Lifepack Quick- Combo. Jednocześnie w opisie występuje zapis o defibrylatorze Zoll. Prosimy o podanie defibrylatora, do którego mają być stosowane wymagane elektrody.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z opisem nie wymaga elektrody Combo, lecz „typu Combo”, co wyraźnie zostało opisane. Zamawiający będzie stosował te elektrody do defibrylatora ZOLL X SERIES.

4. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 156

Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli osłonę o wymiarach 15 cm na 240 cm. Rozmiar osłony podana przez Zamawiającego nie istnieje. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zaszła omyłka pisarska. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę, na zaoferowanie osłony o wymiarach 15 cm na 240 cm.

5. Dotyczy Pakietu nr 44 poz. 4

Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli : Chłonność co najmniej 2600g - chłonność wg normy ISO (Rothwell)? Chłonność podana przez Zamawiającego nie istnieje

Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli chłonność 2600g.



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

6. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 11-16

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4** w pozycjach od **11 do 16** dopuści rurki tracheostomijne z mankietem wysokoobjętościowym typu „Soft Seal”, widoczne w RTG, ze stałym transparentnym szyldem, z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki; z balonikiem kontrolnym (w kolorze niebieskim) i z drenem łączącym z rurką (w kolorze niebieskim); nietransparentny łącznik 15 mm; w zestawie tasiemka oraz samoblokujący się mandryn otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Jednorazowe, sterylne. Dostępne w rozmiarach: od 6,0 mm do 10,0 mm (co 1,0 mm) oraz 7,5 mm i 8,5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę by zaoferować w **Pakiecie 4** w pozycjach od **11 do 16** rurki tracheostomijne z mankietem wysokoobjętościowym typu „Soft Seal”, widoczne w RTG, ze stałym transparentnym szyldem, z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki; z balonikiem kontrolnym (w kolorze niebieskim) i z drenem łączącym z rurką (w kolorze niebieskim); nietransparentny łącznik 15 mm; w zestawie tasiemka oraz samoblokujący się mandryn otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Jednorazowe, sterylne.

7. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 40-44

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4** w pozycjach od **40 do 44** dopuści jednorazową maskę krtaniową o charakterystyce: maska, wykonana z silikonu, z mankietem, z przewodem łączącym balonik kontrolny (niewtopionym w korpus rurki), poprzeczki zabezpieczające przed wklonowaniem się nagłośni; informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podana na korpusie rurki; produkt sterylny; rozmiary zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę by zaoferować w **Pakiecie 4** w pozycjach od **40 do 44** jednorazową maskę krtaniową o charakterystyce: maska, wykonana z silikonu, z mankietem, z przewodem łączącym balonik kontrolny (niewtopionym w korpus rurki), poprzeczki zabezpieczające przed wklonowaniem się nagłośni; informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podana na korpusie rurki; produkt sterylny.

8. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 58, 59

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4** w pozycjach **58 i 59** (z racji na zmianę dokonana przez producenta) dopuści zestaw z jedną strzykawką luer-lock 30 ml; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę by zaoferować w **Pakiecie 4** w pozycjach **58 i 59** (z racji na zmianę dokonaną przez producenta) zestaw z jedną strzykawką luer-lock 30 ml; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

9. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 67

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4** w pozycji **67** dopuści zestaw z drenem 12 F, o długości 28,5 cm; spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę by zaoferować w **Pakiecie 4** w pozycji **67** zestaw z drenem 12 F, o długości 28,5 cm; spełniający pozostałe wymagania SWZ.

SP ZOZ W GOSTYNIU TO TWÓJ SZPITAL



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

10. Dotyczy Pakietu nr

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 57 i 64 z pakietu? Pozwoli to na złożenie oferty do pozostałych pozycji.

Odpowiedź: Wykonawca nie określił numeru pakietu stąd Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na to pytanie.

11. Dotyczy Pakietu nr 25 poz. 3

Czy zamawiający dopuści Igła do ostrzykiwań 0,7mm lub 0,9mm dł. 5mm 2,3x2300mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zaoferowania asortymentu o parametrach opisanych w SWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach również z uwzględnieniem kryterium równoważności (w cz. III pkt 8 a) i b) oraz Załącznik nr 2).

12. Dotyczy Pakietu nr 28 poz. 1, 2, 3

Czy zamawiający dopuści:

Poz. 1 Jednorazowe kleszcze biopsyjne z podwójnym systemem ścięgieł umożliwiającym otwieranie się szczypec zawsze bez względu na sposób zagięcia; łopatki wyposażone w ząbki rozmieszczone na całym obwodzie, pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; z podwójnymi otworami w szczekach, z funkcją biopsji stycznych; z markerami sygnalizującymi położenie narzędzia w endoskopie; długość robocza 180 cm, z igłą; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, szczęki 2,3 mm; pakowane po 10 sztuk

Poz. 2 Jednorazowe kleszcze biopsyjne z podwójnym systemem ścięgieł umożliwiającym otwieranie się szczypec zawsze bez względu na sposób zagięcia; łopatki wyposażone w ząbki rozmieszczone na całym obwodzie, pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; z podwójnymi otworami w szczekach, z funkcją biopsji stycznych; z markerami sygnalizującymi położenie narzędzia w endoskopie; długość robocza 230 cm, z igłą; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, szczęki 3,2 mm; pakowane po 10 sztuk

Poz. 3 Pętla do polipektomii jednorazowego użytku:

wykonane z plecionego drutu, owalne, średnica otwartej pętli 24mm lub 36 mm, długość robocza: 230 cm, średnica zewnętrzna ostionki: 2.3 mm; opakowanie a 10 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zaoferowania asortymentu o parametrach opisanych w SWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach również z uwzględnieniem kryterium równoważności (w cz. III pkt 8 a) i b) oraz Załącznik nr 2).

13. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 33

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w pakiecie nr 2, podpunkcie nr 33 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli ilość 2 opakowań Drutów Kirschnera, średnicy 1.6 mm, długości 150 mm a nie 2 sztuk, zgodnie z oczekiwanymi parametrami produktu, wyszczególnionymi w kolumnie „Nazwa” i tym samym wyrażenie zgody na złożenie oferty cenowej na 2 opakowania zawierające po 10 sztuk produktu.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli 2 opakowania a 10 sztuk i tym samym wyraża zgodę na złożenie oferty cenowej na 2 opakowania zawierające po 10 sztuk produktu.

SP ZOZ W GOSTYNIU TO TWÓJ SZPITAL



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

14. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 37

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w pakiecie nr 2, podpunkcie nr 37 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli ilość 1 opakowania Drutów Kirschnera, średnicy 2.0 mm, długości 150 mm a nie 1 sztuki, zgodnie z oczekiwanymi parametrami produktu, wyszczególnionymi w kolumnie „Nazwa” i tym samym wyrażenie zgody na złożenie oferty cenowej na 1 opakowanie zawierające po 10 sztuk produktu.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli 1 opakowanie a 10 sztuk i tym samym wyraża zgodę na złożenie oferty cenowej na 1 opakowanie zawierające po 10 sztuk produktu.

15. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 39

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w pakiecie nr 2, podpunkcie nr 39 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli ilość 5 opakowań Drutów Kirschnera, średnicy 0.8 mm i 1.1mm, długości 100 mm a nie 5 sztuk, zgodnie z oczekiwanymi parametrami produktu, wyszczególnionymi w kolumnie „Nazwa” i tym samym wyrażenie zgody na złożenie oferty cenowej na 5 opakowań zawierających po 10 sztuk produktu.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli 5 opakowań a 10 sztuk i tym samym wyraża zgodę na złożenie oferty cenowej na 5 opakowań zawierające po 10 sztuk produktu.

16. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 42

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w pakiecie nr 2, podpunkcie nr 42 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli ilość 3 opakowań Drutów Kirschnera, średnicy 0.8 mm i 1.1mm, długości 100 mm a nie 3 sztuk, zgodnie z oczekiwanymi parametrami produktu, wyszczególnionymi w kolumnie „Nazwa” i tym samym wyrażenie zgody na złożenie oferty cenowej na 3 opakowania zawierające po 10 sztuk produktu.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli 3 opakowania a 10 sztuk i tym samym wyraża zgodę na złożenie oferty cenowej na 3 opakowania zawierające po 10 sztuk produktu.

17. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 47

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w pakiecie nr 2, podpunkcie nr 47 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli ilość 1 opakowania Drutów Kirschnera, średnicy 1.6 mm, długości 200 mm a nie 1 sztuki, zgodnie z oczekiwanymi parametrami produktu, wyszczególnionymi w kolumnie „Nazwa” i tym samym wyrażenie zgody na złożenie oferty cenowej na 1 opakowanie zawierające po 10 sztuk produktu.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli 1 opakowanie a 10 sztuk i tym samym wyraża zgodę na złożenie oferty cenowej na 1 opakowanie zawierające po 10 sztuk produktu.

18. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 49

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w pakiecie nr 2, podpunkcie nr 49 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli ilość 1 opakowania Drutów Kirschnera, średnicy 2.2 mm, długości 250 mm a nie 1 sztuki, zgodnie z oczekiwanymi parametrami produktu,

SP ZOZ W GOSTYNIU TO TWÓJ SZPITAL



Samodzielny Publiczny
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu

63-800 Gostyń, Plac Karola Marcinkowskiego 8/9
Tel. (0 65) 32 26 834 Fax (0 65) 32 26 840

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

wyszczególnionymi w kolumnie „Nazwa” i tym samym wyrażenie zgody na złożenie oferty cenowej na 1 opakowanie zawierające po 10 sztuk produktu.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli 1 opakowanie a 10 sztuk i tym samym wyraża zgodę na złożenie oferty cenowej na 1 opakowanie zawierające po 10 sztuk produktu.

SP ZOZ W GOSTYNIU TO TWÓJ SZPITAL

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000032726

REGON : 411050155

NIP : 6961598326

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BGK PL: 69 1130 1088 0001 3166 0720 0001

www.szpitalgostyn.pl

e-mail: sekretariat@szpitalgostyn.pl