



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno  
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33  
e-mail: sekretariat@mpcz.pl  
[www.mpcz.pl](http://www.mpcz.pl)

Mogilno, dnia 08.05.2024r.

**Wykonawcy,  
którzy złożyli pytania**

## WYJAŚNIENIA

### DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

*dot. zapytania ofertowego – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumniową żelową.*

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

#### Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, czy ze względu na specyfikę asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cykl produkcyjny wymaganych wyrobów oraz zgodnie z pkt 4 wymogów zawartych w załączniku Nr 1 oraz formularzu cenowym, Zamawiający oczekuje cyklicznych dostaw produktów, średnio raz na miesiąc, wg załączonego do oferty/dostarczonego raz w roku harmonogramu dostaw na dany rok kalendarzowy i tym samym, przy składaniu oferty na platformie dopuszcza w ramach pkt 3 „Termin realizacji” wpisanie: „Akceptuję zgodnie z harmonogramem dostaw”?

**Ad. Zamawiający potwierdza, że oczekuje cyklicznych dostaw produktów i akceptuje zapis "Akceptuję zgodnie z harmonogramem dostaw".**

#### Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby międzynarodowa zewnętrzna kontroli jakości potwierdzona certyfikatem, stanowiąca materiał kontrolny do zewnętrznych procedur zapewnienia jakości, która nie stanowi elementu oferowanego systemu mikrokolumnowego pochodziła od innego producenta niż oferowane odczynniki?

**Ad. Zamawiający dopuszcza zewnętrzną kontrolę serologiczną pochodzącą od innego producenta niż oferowane odczynniki.**

### Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że zapis zawarty w pkt 3 załącznika Nr 1 oraz pkt 3 tabeli wymagań pod formularzem cenowym odnośnie „nakłuwaczy do drenów” znalazł się omyłkowo, gdyż nakłuwacze nie stanowią przedmiotu zamówienia i zgodnie z OPZ nie należy ich oferować?

**Ad. Zamawiający potwierdza, że wspomniany zapis o nakłuwaczach do drenów znalazł się omyłkowo.**

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno – Technicznych

Jarosław Głowacki

/podpis na oryginale/

Otrzymują:

1. wykonawcy
2. a/a