

DZP.KK.282.6.2021

Sopot, dnia 29.06.2021 roku

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZNAK: 6/PN/21

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dostawa i montaż aparatu RTG wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych - adaptacją pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. – Znak: 6/PN/21

1. Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2019.2019 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1.	<p><u>Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, pkt 111</u> Prosimy o usunięcie oczywistej omyłki pisarskiej.</p> <p>Jest: „Kolorowy, dotykowy monitor stacji technika do wybierania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów, co najmniej 1 monitor, z możliwością przełączenia w tryb DICOM; minimalna rozdzielczość: 1 megapiksel; minimalna, robocza przekątna ekranu: ≥ 19 cali; minimalna luminancja: 200 cd/m²; minimalny kontrast: 100/I;”</p> <p>Powinno być: „Kolorowy, dotykowy monitor stacji technika do wybierania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów, co najmniej 1 monitor, z możliwością przełączenia w tryb DICOM; minimalna rozdzielczość: 1 megapiksel; minimalna, robocza przekątna ekranu: ≥ 19 cali; minimalna luminancja: 200 cd/m²; minimalny kontrast: 1000/I;”</p>	<p>Zamawiający potwierdza i poprawia oczywistą omyłkę pisarską. W związku z tym modyfikacji ulega Załącznik nr 3 do SWZ w poz. 111 otrzymuje brzmienie: „Kolorowy, dotykowy monitor stacji technika do wybierania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów, co najmniej 1 monitor, z możliwością przełączenia w tryb DICOM; minimalna rozdzielczość: 1 megapiksel; minimalna, robocza przekątna ekranu: ≥ 19 cali; minimalna luminancja: 200 cd/m²; minimalny kontrast: 1000/I;”</p>
2.	<p><u>Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, pkt 171</u> Prosimy o wykreślenie wymogu „(...) dedykowane oprogramowanie producenta aparatu RTG (...)” i zmianę wymogu</p> <p>z:</p> <p>„1x zestaw do opisowni - komputer klasy PC o minimalnych parametrach: procesor 6-cio rdzeniowy min 2,9GHz, pamięć 8 GB, dysk 500 GB, nagrywarka CD/DVD, mysz, klawiatura, system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w architekturze 64bit, monitor przeglądowy wg. obowiązującego rozporządzenia ilość sztuk: 1, dedykowane oprogramowanie producenta aparatu RTG do przeglądu danych obrazowych badań z licencją bezterminową, integracja z RIS/PACS użytkowanym przez Zamawiającego,”</p> <p>na:</p> <p>„1x zestaw do opisowni - komputer klasy PC o minimalnych parametrach: procesor 6-cio rdzeniowy min 2,9GHz, pamięć 8 GB, dysk 500 GB, nagrywarka CD/DVD, mysz, klawiatura, system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w architekturze 64bit, monitor przeglądowy wg. obowiązującego rozporządzenia</p>	<p>Zamawiający zgadza się i w związku z tym modyfikuje Załącznik nr 3 do SWZ w poz. 171 w następujący sposób: „1x zestaw do opisowni - komputer klasy PC o minimalnych parametrach: procesor 6-cio rdzeniowy min 2,9GHz, pamięć 8 GB, dysk 500 GB, nagrywarka CD/DVD, mysz, klawiatura, system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w architekturze 64bit, monitor przeglądowy wg. obowiązującego rozporządzenia ilość sztuk: 1, oprogramowanie do przeglądu danych obrazowych badań z licencją bezterminową, integracja z RIS/PACS użytkowanym przez Zamawiającego,”</p>



	<p>ilość sztuk: 1, do przeglądu danych obrazowych badań z licencją bezterminową, integracja z RIS/PACS użytkowanym przez Zamawiającego.” Uzasadnienie: Większość wiodących na świecie producentów aparatów RTG nie posiada w swojej ofercie oprogramowania do przeglądu danych obrazowych mogącego stanowić samodzielne stanowisko przeglądowe. Wymóg dostarczenia dedykowanego oprogramowania producenta aparatu RTG do przeglądu danych obrazowych z licencją bezterminową ogranicza konkurencję i nie pozwala naszej firmie na złożenie oferty.</p>	
<p>3.</p>	<p><u>Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, pkt 172</u> Prosimy o wykreślenie wymogu „(...) dedykowane oprogramowanie producenta aparatu RTG (...)” i zmianę wymogu „Ix zestaw do rejestracji - komputer klasy PC o minimalnych parametrach: czterordzeniowym procesor min 3 GHz, pamięć 8 GB, dysk 500 GB, nagrywarka CD/DVD, mysz, klawiatura, system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w architekturze 64bit, monitor 1 sztuka, dedykowane oprogramowanie producenta aparatu RTG z licencją bezterminową, integracja z RIS/PACS użytkowanym przez Zamawiającego” na: „Ix zestaw do rejestracji - komputer klasy PC o minimalnych parametrach: czterordzeniowym procesor min 3 GHz, pamięć 8 GB, dysk 500 GB, nagrywarka CD/DVD, mysz, klawiatura, system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w architekturze 64bit, monitor 1 sztuka, z licencją bezterminową, integracja z RIS/PACS użytkowanym przez Zamawiającego”. Dodatkowo prosimy o podanie nazwy systemu RIS/PACS działającego u Zamawiającego. Uzasadnienie: Komputer rejestracji powinien współpracować z systemem RIS Zamawiającego, a więc oprogramowanie rejestracyjne powinno pochodzić od producenta systemu RISA/PACS, nie zaś od producenta aparatu RTG. Wymóg dostarczenia dedykowanego oprogramowania producenta aparatu RTG z licencją bezterminową ogranicza konkurencję i nie pozwala naszej firmie na złożenie oferty.</p>	<p>Zamawiający zgadza się i w związku z tym modyfikuje Załącznik nr 3 do SWZ w poz. 172 w następujący sposób „Ix zestaw do rejestracji - komputer klasy PC o minimalnych parametrach: czterordzeniowym procesor min 3 GHz, pamięć 8 GB, dysk 500 GB, nagrywarka CD/DVD, mysz, klawiatura, system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w architekturze 64bit, monitor 1 sztuka, oprogramowanie do przeglądu danych obrazowych badań z licencją bezterminową, integracja z RIS/PACS użytkowanym przez Zamawiającego”.</p> <p>Zamawiający informuje również, że obecnie używa RIS/PACS AlleRad firmy Pixel Technology oraz jest na etapie finalizacji przetargu na dostawę Systemów dziedzinowych w ramach projektu Pomorskie e-Zdrowie, w ramach którego dostarczone będą m.in. systemy HIS, RIS/PACS, ERP, których producenta na tę chwilę nie zna</p>
<p>4.</p>	<p>Prosimy o informację czy zamawiający posiada sprawną wentylację? Jeśli tak prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne pomiary wentylacji?</p>	<p>Tak, Zamawiający potwierdza, że obecna wentylacja pracowni RTG jest sprawna. Zamawiający posiada aktualne pomiary wydatków wentylacji z dnia 29.12.2020 roku.</p>
<p>5.</p>	<p>Prosimy zamawiającego o informację czy zamawiający zezwoli na wykorzystanie wentylacji aktualnie obsługującej pracownię RTG?</p>	<p>Zamawiający informuje, że w pracowni RTG należy wykonać nowy układ wentylacji wpinając się do istniejących kanałów wentylacyjnych zgodnie z PFU.</p>
<p>6.</p>	<p>Ze względu na zaprojektowaną wentylację, naszym zdaniem, o zdecydowanie za wysokich parametrach, prosimy o informację czy zamawiający zezwoli na wykorzystanie centrali o innych parametrach spełniających porządzenie o 1,5 krotnej wymianie powietrza w pomieszczeniach RTG, względnie czy zamawiający zezwoli na instalację systemu wentylacji za pomocą</p>	<p>Zamawiający dopuszcza wykorzystanie obecnej centrali wentylacyjnej której wydajność jest wystarczająca do wydatków określonych w PFU. Wykonawca uwzględnić musi wykonanie przeglądu i wymianę wyeksploatowanych elementów. Instalację systemu wentylacji należy wykonać zgodnie z PFU.</p>

	nawietrzników co również spełni wymagania sanepidu o 1,5 krotnej wymianie powietrza w pomieszczeniach radiologicznych i znacznie obniży koszty instalacji?	
7.	Prosimy o podanie ilości metrów, które zamawiający przewiduje do wymiany podłogi na podłogę typu np. Tarket	Nową wykładzinę podłogową typu Tarket należy wykonać w pomieszczeniach nr 106, 103, 101 i 105. Powierzchnie pomieszczeń podane są w Projekcie koncepcyjnym na potrzeby PFU.
8.	Prosimy o informację, czy zamawiający będzie wymagał wymiany drzwi radiologicznych? Jeśli tak to prosimy o podanie ile sztuk oraz czy będą to drzwi otwierane czy przesuwne?	Drzwi z osłoną radiologiczną nie podlegają wymianie.
9.	Prosimy o informację, jaki mocy kabel zasilający jest doprowadzony do pomieszczenia RTG?	Obecny kabel zasilający RTG z RG to 4 x ALg 90 mm ² . Kabel należy wymienić na Cu i dobrać przekrój do wytycznych dostawcy aparatu RTG.
10.	Prosimy o informację, czy zamawiający będzie wymagał odmalowanie korytarza oraz sterowni wraz z wymianą podłogi, wymianą drzwi oraz wymianą sufitu podwieszanego?	Tak, korytarz należy odmalować w związku z zakresem prowadzonych prac budowlanych. W sterowni należy wymienić podłogę, drzwi poza radiologicznymi. Sufit pozostaje w aktualnej formie, podlega naprawie i odmalowaniu jak całe pomieszczenie.
11.	Czy zamawiający będzie wymagał montażu okna radiologicznego ?	Tak, Zamawiający potwierdza.
12.	Czy zamawiający będzie wymagał remontu łazienki ?	Tak, Zamawiający potwierdza.
13.	Prosimy o odpowiedź, czy zamawiający dopuszcza podwykonawców branżowych prac adaptacyjnych zatrudnionych w innej formie niż umowa o pracę jak np. umowa zlecenie itp. Zwracamy uwagę, że specjaliści branżowi jak branża wod-kan czy branża elektryczna oraz kierownicy budowy są zatrudniani jako podwykonawcy lub na podstawie umowy zlecenia przez firmy zajmujące się konkretną branżą.	Tak dopuszczają. Zamawiający informuje, że jeżeli będzie zawarta umowa zlecenie pomiędzy kierownikiem budowy a wykonawcą to jest to dysponowanie bezpośrednio, a jeśli to będzie pracownik innego podmiotu (podwykonawcy), będzie to udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci, co należy odnotować w odpowiednich formularzach.
14.	„Detektory w pełni zintegrowane z aparatem na etapie jego produkcji przez producenta aparatu RTG oraz objęte jedną deklaracją zgodności w ramach kompletnego aparatu RTG” Czy Zamawiający biorąc pod uwagę zapis w p-kanie 6 załącznika nr 3 „dopuszcza się jeden element (lampa lub detektory) innego producenta” dokona zmian w tym zapisie i wyrazi zgodę na przedstawienie deklaracji zgodności innego producenta. Nawiązując do Dyrektywy 93/42 art. 12 pkt 2 firma produkująca RTG może wykorzystać oryginalny Certyfikat CE oraz Deklarację Zgodności do złożenia i zaoferowania elementów które są już certyfikowane. Producent detektorów może nie określać klienta końcowego, detektory są produkowane jako „OEM” (Original Equipment Manufacturer, czyli Producent Oryginalnego Wyposażenia). Producent RTG wykorzystuje detektory celem stworzenia zestawu i sprzedaje kompletny zestaw RTG wraz z detektorami używając nazwy swojej firmy.	Zamawiający zgadza się i w związku z tym modyfikuje Załącznik nr 3 do SWZ w poz. 6 w następujący sposób: „Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak: stół, stojak, kolumna lampy RTG, detektory, generator, lampa RTG, oprogramowanie konsoli operatora wyprodukowane przez jednego producenta. Dopuszcza się dla lampy RTG i detektorów innego producenta po przedstawieniu deklaracji zgodności producenta. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby deklaracja zgodności dla kompletnego aparatu RTG obejmowała również zaoferowaną lampę RTG i detektory.”
15.	Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości sprzęt RTG z mocą ogniska dużego 60 kW?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
16.	Czy Zamawiający dopuści do przetargu zakres wzdłużnego ruchu lampy 239 cm?	Zamawiający zgadza się i w związku z tym modyfikuje Załącznik nr 3 do SWZ w poz. 47 w następujący sposób: „Zakres wzdłużnego ruchu lampy \geq 239 cm”.



17.	Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości RTG z najniższym położeniem blatu stołu od podłogi 56,5 cm?	Zamawiający zgadza się i w związku z tym modyfikuje Załącznik nr 3 do SWZ w poz. 57 w następujący sposób: „Najniższe położenie blatu od podłogi ≤ 56,5 cm”.
18.	„Szuflada na detektor bezprzewodowy Wi-Fi z funkcją zasilania/ładowania detektora. Detektor zaczyna łączyć się automatycznie po włożeniu do szuflady” Czy Zamawiający zastosuje punktację w tym zakresie – Tak/Nie – Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt.	Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
19.	Czy Zamawiający dopuści do przetargu detektor z rozmiarem piksela w przedziale od 145 – 150 μm?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
20.	Czy Zamawiający dopuści do przetargu detektor z rozdzielczością 8 mln pikseli?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
21.	Czy Zamawiający dopuści do przetargu detektor z rozmiarem piksela w przedziale od 145 – 150 μm?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
22.	Prosimy Zamawiającego o podanie dostawcy systemu RIS/PACS Zamawiającego?	obecnie Zamawiający używa RIS/PACS AlleRad firmy Pixel Technology oraz jest na etapie finalizacji przetargu na dostawę Systemów dziedzinowych w ramach projektu Pomorskie e-Zdrowie, w ramach którego dostarczone będą m.in. systemy HIS, RIS/PACS, ERP, których producenta na tę chwilę nie zna
23.	<u>dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 6</u> Wnioskujemy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG w którym i detektory i lampa pochodzą od innego wytwórcy niż główny producent aparatu. Zarówno lampa jak i detektory są komponentami które są wymienne, a pochodzenie poszczególnych komponentów sprzętu od różnych producentów, w żaden sposób nie wpływa na jakość i niezawodność urządzenia, a także nie gwarantuje lepszych możliwości funkcjonalnych. Warto również zauważyć, że nawet jeśli dostawca sprzętu deklaruje pochodzenie poszczególnych elementów aparatu od jednego wytwórcy, to w rzeczywistości te elementy i tak są produkowane przez różne podmioty, a końcowy produkt jest wyłączne sygnowany jednym logo. Wnioskujemy zatem o usunięcie zapisu w L.p 6 oraz dopuszczenie do postępowania oferowanego przez nas rozwiązania, w którym wszystkie elementy aparatu RTG są w pełni kompatybilne i zintegrowane przez producenta w procesie technologicznym co potwierdzone jest jedną deklaracją zgodności.	Zamawiający zgadza się i w związku z tym modyfikuje Załącznik nr 3 do SWZ w poz. 6 w sposób jak w odpowiedzi do pytania nr 14
24.	<u>dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 16</u> Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG z generatorem o zakresie miliamperosekund w zakresie 0,5-630 mAs?	Zamawiający zgadza się i w związku z tym modyfikuje Załącznik nr 3 do SWZ w poz. 16 w następujący sposób: Zakres miliamperosekund ≤ 0,5 - ≥ 630 mAs.
25.	<u>dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 36</u> Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG z czytelnym 10” wyświetlaczem LCD na kołpaki bez funkcji wyświetlania obrazu badania?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
26.	<u>dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 46</u>	Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

	Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG z kolumną podłogowa o zakresie ruchu poprzecznego lampy wynoszącym 20,4 cm?	
27.	<u>dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 53</u> Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG ze stołem o szerokości blatu równej 81 cm?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
28.	<u>dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 55</u> Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG ze stołem ruchu poprzecznym blatu wynoszącym 26 cm?	Zamawiający zgadza się i w związku z tym modyfikuje Załącznik nr 3 do SWZ w poz. 55 w następujący sposób: Zakres ruchu poprzecznego ≥ 26 cm.
29.	<u>dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 69</u> Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG bez funkcji automatycznego ładowania detektora w szufladzie stołu?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
30.	<u>dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 80</u> Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG ze statywem o odległości płyta statywu-detektor obrazu równej 70 mm?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
31.	<u>dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 80</u> Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG z detektorem o grubości 15,2mm?	Zamawiający zgadza się i w związku z tym modyfikuje Załącznik nr 3 do SWZ w poz. 91 w następujący sposób: Grubość detektora $\leq 15,2$ mm.
32.	<u>dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 98</u> Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG z detektorem wyposażonym w ładowarkę umożliwiającą jednoczesne ładowanie 2 baterii?	Zamawiający zgadza się i w związku z tym modyfikuje Załącznik nr 3 do SWZ w poz. 98 w następujący sposób: „Ładowarka umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 2 baterii oraz min. 4 baterie w komplecie.”
33.	<u>dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 101</u> Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG z detektorem o konstrukcji o obudowie zapewniającej ochronę w klasie IP53?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
34.	<u>dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 125</u> Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG ze stacją technika bez funkcji wprowadzania danych pacjenta czytnika danych kreskowych ?	Zamawiający zgadza się i w związku z tym wykreśla poz. 125 w Załączniku nr 3 do SWZ
35.	<u>dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 152</u> Prosimy o udzielenie informacji o nazwie dostawcy posiadanego systemu RIS/PACS	Patrz odpowiedź do pytania nr 22.

Do niniejszych wyjaśnień załącza się załączniki:

1. Zmodyfikowana treść SWZ 6/PN/21
2. Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2019.2019 ze zm.) – zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:
 - 1) Rozdział IV „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU”, punkt 3.4 ppkt c)
o treści:
„c) przedłożył w terminie określonym w Rozdziale VII ust. 1.2 SWZ, w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt VI.1.7)-12) SWZ i odpowiednio VI.2.-4 SWZ.”
otrzymuje brzmienie:
„c) przedłożył w terminie określonym w Rozdziale VII ust. 1.2 SWZ, w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt VI.1.7), 9)-12) SWZ i odpowiednio VI.2.-4 SWZ.”
 - 2) Rozdział V. „PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY” pkt. 4
o treści:
„4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5), 7) ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.”
otrzymuje brzmienie:
„4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7) ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.”
 - 3) Rozdział VI „WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW (...)”, pkt 1, poz. 12) w tabeli
o treści:
„12) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 ustawy Pzp
otrzymuje brzmienie:
„12) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 5 i 7 ustawy Pzp.”
 - 4) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, punkt 2
o treści:
„Termin składania ofert: do dnia 05.07.2021 r., do godziny 09:00 pod rygorem nieważności.”
otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert: do dnia 14.07.2021 r., do godziny 09:00 pod rygorem nieważności.”
 - 5) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, punkt 4
o treści:
„Termin otwarcia ofert:
Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 05.07.2021 roku o godz. 09:15”
otrzymuje brzmienie:
„Miejsce otwarcia ofert:
Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **14.07.2021 roku o godz. 09:15”**
 - 6) Rozdział XI „INNE INFORMACJE”, ust. 2 „termin związania ofertą”, pkt 2.1,
o treści:
„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 02.10.2021 r.”
otrzymuje brzmienie:
„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **90 dni, tj. do dnia 11.10.2021 r.**”

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na dostawę dostawa i montaż aparatu RTG wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych - adaptacją pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.”

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. (znak: 6/PN/21) - **nie zmienia się.**

PREZES ZARZĄDU
Barbara Giepak-Pilarczyk

