

Grodzisk Wielkopolski, dnia 29.05.2024 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Mossego 17

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa odczynników i sprzętu do badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim” nr postępowania SPZOZ.DLA.2301.02.2024

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuje iż w ww. postępowaniu zostały złożone zapytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Dotyczy pakietu nr 1 i 4:

1. Dotyczy pkt. 12.1.2 oraz 13.4.2 ppkt 3) SWZ

Czy Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w ofercie czy wezwie wykonawcę przed wyborem najkorzystniejszej oferty (obecnie zapisy są sprzeczne).

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem 12.1.2 Zamawiający wezwie Wykonawcę, który uzyskał najwyższą ocenę do złożenia JEDZ. Zamawiający dodał stosowny zapis.

2. Dotyczy pkt. 12.2.1 SWZ

Prosimy o modyfikację niniejszego punktu zgodnie z punktem 3.10 SWZ oraz o odstąpienie żądania certyfikatów CE potwierdzonych przez jednostkę notyfikowaną lub doprecyzowanie wyrażeniem „o ile dotyczy”.

Odpowiedź:

Zamawiający skorygował zapisy SWZ. Zamawiający dopuszcza wezwanie Wykonawcy do złożenia certyfikatów jedynie w przypadku konieczności potwierdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę jeżeli Zamawiający nie jest w posiadaniu dokumentów lub nie są one ogólnie dostępne.

3. Dotyczy pkt. 13.1 SWZ

Prosimy o podanie terminu związania ofertą zgodnie z art. 220 ust. 2 i ust. 1 ustawy pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający skorygował zapisy SWZ.

4. Dotyczy pkt. 4 par. 2 umowy dostawy

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż niniejsze zapisy SIWZ oraz projektu umowy nie będą stanowiły podstawy, do żądania nieopłatnych świadczeń w postaci darowizny

odczynników, ponad ilości, które były pierwotnie przewidziane w dokumentacji przetargowej i za które Zamawiający uiszczał wynagrodzenie opisane w ofercie. W sytuacji zatem gdy zamawiający dokona zamówień ponad górny zakres ilości przewidzianych w SIWZ, każde zamówienie będzie zamówieniem odpłatnym, na które wykonawca wystawi fakturę po cenach identycznych jak ceny z oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

5. Dotyczy pkt. 7.4 SWZ oraz pkt. 3 par. 5 projektu umowy
Prosimy o ujednoczenie zapisów SWZ i projektu umowy na 72 godz. od daty złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający skorygował zapisy SWZ.

6. Dotyczy pkt. 3 par. 5 projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowych dostaw asortymentu zamówionego w trybie pilnym – 72 godzin roboczych z uwagi na potrzebę Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający skorygował zapisy SWZ.

7. Dotyczy pkt. 3 i 5 par. 4 oraz pkt. 5 par. 8 projektu umowy
Prosimy o informację, które punkty są wiążące.

Odpowiedź:

Zamawiający skorygował zapisy SWZ.

8. Dotyczy pkt. 7 par. 9 projektu umowy
Prosimy o potwierdzenie, że naliczane w tym punkcie kary dotyczą paragrafu 5 ust. 4 i 7?

Odpowiedź:

Zamawiający skorygował zapisy SWZ.

9. Dotyczy pkt. 9 par. 9 projektu umowy
Prosimy o wyrażenie zgodny na zmianę terminu zapłaty należności tytułem karu umownych 7 dni na 60 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

10. Dotyczy pkt. 8 par. 9 projektu umowy
Prosimy o zmianę zapisu na: „Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć łącznie 20% wynagrodzenia umownego brutto”. Obecnie procent kary jest mocno wygórowana przez Zamawiającego.
Dotyczy pakietu nr 1:

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

11. Dot. pkt. 3 Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane:
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania nazw odczynników w języku polskim. Nazwy odczynników są nazwami własnymi i często niemożliwe jest ich przetłumaczenie na język polski?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

12. Dot. Pkt. 7 Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na oferowany analizator i odczynnik można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na taki materiał kontrolny pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy Laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na oferowany analizator i odczynniki.

13. Czy Zamawiający wymaga aby liniowość bHCG w pierwszym oznaczeniu (bez rozcieńczenia) była minimum 14000 mIU/ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza liniowość bHCG w pierwszym oznaczeniu (bez rozcieńczenia) była minimum 14000 mIU/ml.

14. Czy Zamawiający wymaga oznaczenia Prokalcytoniny referencyjną metoda BRAHMS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oznaczenia Prokalcytoniny referencyjną metoda BRAHMS

15. Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował dedykowane rozcieńczalniki służące do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów w przypadku otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował dedykowane rozcieńczalniki służące do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów, jeżeli jest to wymagane w ulotce odczynnika.

16. Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie parametru ocenianego: „Immunochemiczne kalibratory oraz kontrole dedykowane niewymagające rekonstrukcji: Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

17. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości skalkulowania ilości kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych zgodnie z ich praktycznym zużyciem, wg. najlepszej wiedzy oraz doświadczenia Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

18. Czy Zamawiający dopuści możliwość kontrolowania parametru Transferyna wyłącznie na dwóch poziomach.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

19. Czy Zamawiający wymaga, aby oznaczenia Anty-HCV, HBsAg, HIV bez tzw. "szarej strefy", posiadały jednoznaczną interpretację wyniku reaktywny/niereaktywny w pierwszym oznaczeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy pakietu nr 4:

20. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora używanego nie starszego niż 2017. Zaproponowany analizator jest po wszystkich wymaganych przeglądach okresowych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

21. Dotyczy pkt. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie analizatora, którego wydajność wynosi 80 oznaczeń/h?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

22. Dotyczy pkt. 5

Czy parametry wydawane na wyniku oferowanego analizatora mogą nie zawierać IG oraz NRBC?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

23. Dotyczy pkt. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie analizatora, który nie posiada wyznaczonych zakresów referencyjnych i walidacji producenta oceny stanu aktywacji neutrocytów, liczby reaktywnych limfocytów i limfocytów syntetyzujących przeciwciała?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

24. Dotyczy pkt. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie analizatora, który nie posiada możliwości analizy płynów z jam ciała w klinicznie istotnych zakresach, bez dodatkowej procedury lub odczynników?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

25. Dotyczy pkt. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie analizatora, w którym aspirowana objętość próbki jest nie większa niż 230ul dla trybu zamkniętego oraz 150ul dla trybu otwartego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.