

Załącznik nr 1.1

.....  
Nazwa (firma) Wykonawcy

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci II  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
znak postępowania Szp-241/ZP-061A/2023

**Formularz asortymentowo-cenowy**

**Pakiet nr 1 - Cewniki balonowe do septostomii u noworodków**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewniki do septostomii z otworem na przewodnik na dystalnym końcu. Introduktor 6F. Długość cewnika 50cm		szt.	20							

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci II  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
znak postępowania Szp-241/ZP-061A/2023

.....  
Nazwa (firma) Wykonawcy

## Formularz asortymentowo-cenowy

## Pakiet nr 2 - Spirale do embolizacji PDA

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Spirale odczepiane mechanicznie , pokryte na całej długości włóknami syntetycznymi , zwiększającymi powierzchnie wykrzepiania Średnice spirali 3 mm, 5 mm, 6,5 mm Wymagana ilość pętli od 3 do 5 Spirale bezpieczne w MR do maksymalnej wartości pola 1,5 Tesla System do kontrolowanego odczepiania Oplot spirali zabezpieczony przed zerwaniem		szt.	10							

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.3

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci II  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
znak postępowania Szp-241/ZP-061A/2023

.....  
Nazwa (firma) Wykonawcy

### Formularz asortymentowo-cenowy

#### Pakiet nr 3 - Cewniki diagnostyczne do podawania kontrastu i pomiaru ciśnień prowadzone z przelotką prowadzone po zewnętrznym przewodniku

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewnik do podawania kontrastu i pomiarów ciśnień prowadzony boczną przelotką po przewodniku - typu Multitrac Wymagane średnice 5 F , 6 F, 7F Gładka powierzchnia zapobiegająca powstawaniu skrzepów Wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 800 psi		szt.	20							

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.4

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci II  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
znak postępowania Szp-241/ZP-061A/2023

.....  
Nazwa (firma) Wykonawcy

### Formularz asortymentowo-cenowy

#### Pakiet nr 4 - Cewniki do plastik balonowych o wysokich ciśnieniach

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość balonu: 30mm , 40 mm Długość cewnika balonowego 100 cm Średnica kanału wewnętrzznego 0,035 Średnica balonu: od 12 mm do 25 mm Ciśnienie rozprężania: od 9 atm do 14 atm Koszulki do wprowadzania od 7F do 9F Balon z 5 cieniodajnymi znacznikami		szt.	10							

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa (firma) Wykonawcy

### Formularz asortymentowo-cenowy

#### Pakiet nr 5 - Okludery do zamykania ubytków międzykomorowych (VSD) oraz przetrwałych przewodów tętniczych (PDA) o konstrukcji spiralnej

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zestaw do zamykania VSD okołobłoniastego i/lub mięśniowego oraz przetrwałych przewodów tętniczych Okluder do zamykania VSD typu spiralnego o średnicach dystalnych od 8 mm do 16 mm oraz okluder do zamykania PDA typu spiralnego o średnicach dystalnych od 4 mm do 14 mm Zestaw składający się z: - Okluder typu spiralnego; - System wprowadzający do zamykania ubytków międzykomorowych; - Pętla; - Prowadnik 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności		szt.	5							

Depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa (firma) Wykonawcy

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
znak postępowania Szp-241/ZP-061A/2023

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 6 - biologiczna zastawka aortalna

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Biologiczna zastawka aortalna wykonana z tkanki cielęcej w oprawie kobaltowo chromowej wraz z systemem wprowadzającym		szt.	3							

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)