

Gdynia, dnia 28 marca 2023 r.

DZP.282.07.2023.TP-fn
UC/915/2023

**WYJAŚNIENIA SWZ nr 1
ZMIANA SWZ nr 2**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „PRZEGLĄDY APARATURY MEDYCZNEJ”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.03.2023 r. pod nr 2023/BZP 00140516/01

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców. Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

PYTANIE 1

Pakiet 68

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów (pompy infuzyjne – sprzęt ratujący życie) Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę aktualnego certyfikatu serwisowego potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu serwisowania aparatury medycznej przez producenta?

ODPOWIEDŹ 1

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami (m.in. § 2 ust. 6,7,8).

PYTANIE 2

Pakiet 68

Czy podczas przeprowadzania przeglądów przez wykonawcę Zamawiający wymaga aktualizacji oprogramowania do najnowszej produkcyjnej wersji?

ODPOWIEDŹ 2

Zakres przeglądu powinien być zgodny z zaleceniami producenta, ponieważ Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami (m.in. § 1 ust. 5).

PYTANIE 3

Pakiet 68

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający wymaga podczas wykonywania przeglądów przeprowadzenia dokładności dozowania oraz pomiarów ciśnienia okluzji dla każdej pompy zalegalizowana aparaturą kontrolno-pomiarową czyli testerem pomp infuzyjnych ?

ODPOWIEDŹ 3

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami (m.in. § 1 ust. 6).

PYTANIE 4

Pakiet 68

Czy w przypadku napraw Zamawiający będzie wymagał użycia wyłącznie części oryginalnych zalecanych przez producenta czy dopuszcza zastosowanie części rekondycjonowanych?

ODPOWIEDŹ 4

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zapisy swz pozostają bez zmian. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami (m.in. § 2 ust. 5).

PYTANIE 5

Pakiet 68

Czy zgodnie z zapisem pkt. V.5.1)11) SWZ Zamawiający wymaga aby w cenie przeglądu ująć cenę wymiany akumulatorów? Producent urządzeń w ramach standardowego przeglądu nie wymaga wymiany akumulatorów.

ODPOWIEDŹ 5

Zakres przeglądu powinien być zgodny z zaleceniami producenta, ponieważ Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami (m.in. § 1 ust. 5).

PYTANIE 6

Pakiety 40 i 73

Czy Zamawiający dopuści wykonanie usługi w siedzibie Wykonawcy? Na czas przeglądu Wykonawca dostarczy urządzenia zastępcze oraz pokryje koszty transportu.

ODPOWIEDŹ 6

Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami (m.in. § 1 ust. 7).

PYTANIE 7

Pakiet 82

Prosimy o jednoznaczną deklarację Zamawiającego o dopuszczeniu wykonanie usługi w siedzibie Wykonawcy w zakresie przeglądu Respiratora Trilogy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z zapisami umowy par. 1 ust. 7 zdanie drugie „Jeśli zaistnieje konieczność wykonywania ww. czynności w siedzibie Wykonawcy, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej konieczności”. Zgodnie z zapisami umowy par. 1 ust. 5 usługę należy przeprowadzić zgodnie z m.in. „wymaganiami producenta” oraz „technicznymi warunkami wykonywania usług”.

Nie ma technicznej możliwości przeprowadzenia (zgodnie z wymaganiami producenta i wiedzą techniczną) rzetelnego przeglądu respiratora Trilogy w siedzibie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 7

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami (m.in. § 1 ust. 7). Zamawiający dopuszcza taką możliwość w zakresie przeglądu Respiratora Trilogy pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań umowy.

PYTANIE 8

Pakiet 73

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zaleceniami producenta, przegląd pomp P500 powinien być przeprowadzany co 6 miesięcy. Czy Zamawiający dokona zmian zgodnych z zaleceniami producenta?

ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 2 do SWZ w zakresie częstotliwości przeglądu pomp P500.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.

PYTANIE 9

Pakiety 40,73, 82

Dlaczego Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność za nieautoryzowane działania podczas przeglądów i dopuszcza Wykonawców, którzy nie mają aktualnych instrukcji serwisowych oraz umów licencyjnych na wykorzystywanie dokumentacji producenta.

Poprzez dopuszczenie do wykonania zamówienia osób, które nie posiadają w ogóle lub nie posiadają aktualnych instrukcji serwisowych i umów licencyjnych, Zamawiający umożliwia nieautoryzowany dostęp do wykonywania usług i jako ich zleceniodawca bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność.

W przypadku napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione, Zamawiający nie ma żadnych gwarancji sprawności sprzętu medycznego.

ODPOWIEDŹ 9

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami, m.in. §2 ust. 5, 6 i 7 stanowią:

5. Wykonawca dokonuje w trakcie realizacji usług wymiany części i materiałów w sposób zgodny z zaleceniami producenta serwisowanych urządzeń. Wymienione części i materiały są fabrycznie nowe oryginalne, z wyłączeniem lampy rtg rok produkcji 2022/2023. Materiały użyte przez Wykonawcę do wykonania zleconych usług muszą posiadać odpowiednie atesty oraz spełniać inne, odpowiednie wymagania techniczne.
6. Wszelkie usługi objęte niniejszą umową muszą być realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania.
7. Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania przeglądu technicznego, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu.

PYTANIE 10

dotyczy umowy

Rozdział V. punkt 11. Prosimy o modyfikację zapisu i wyszczególnienie pakietu nr 107 jako pakiet, którego przegląd może być wykonany w siedzibie Wykonawcy bez podawania konieczności. Wykonywanie przeglądów w siedzibie Wykonawcy wpłynie korzystanie na aspekty ekonomiczny, ponieważ taki przegląd będzie dla Państwa dużo tańszy, ponieważ Wykonawca nie doliczy kosztów dojazdu.

ODPOWIEDŹ 10

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 11

Pakiet 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 57 niżej wymienionych pozycji do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej?

L.p.	NAZWA APARATU	Producent	Model	NR SERYJNY	ROK PRODUKCJI
2	3	4	5	6	7
2	Materac przeciwodleżynowy	Konkret	ADS ECO	10-0150-01226	2020
3	Materac przeciwodleżynowy	Konkret	ADS ECO	10-0150-01452	2020
4	Materac przeciwodleżynowy	Konkret	ADS ECO	10-0150-01332	2020

ODPOWIEDŹ 11

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 12

Pakiet 66

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 66 niżej wymienionych pozycji do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej?

L.p.	NAZWA APARATU	Producent	Model	NR SERYJNY	ROK PRODUKCJI
2	3	4	5	6	7
1	Podnośnik pacjenta	Konkret	Vega 505	660313444	2020
7	Podnośnik pacjenta	Konkret	VEGA 505	660313759	2020
8	Podnośnik pacjenta	MIKROLIFE CHDE	VEGA 505EE	660313758	2020

ODPOWIEDŹ 12

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 13

Pakiety 55 i 66

Czy Zamawiający będzie wymagać uwzględnienia w ofercie kosztu wymiany akumulatorów sprzętów objętych pakietem nr 55 oraz 66?

ODPOWIEDŹ 13

Zakres przeglądu powinien być zgodny z zaleceniami producenta, ponieważ Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami (m.in. § 1 ust. 5).

PYTANIE 14

Pakiet 55

Czy w odniesieniu do wyposażenia objętego pakietem nr 55, Zamawiający będzie wymagać realizacji zadania przez autoryzowany serwis producenta? Wprowadzenie wymogu wykonywania czynności wchodzących w zakres niniejszego postępowania przez autoryzowany podmiot stanowić będzie dla Zamawiającego gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług, zgodnie z aktualnymi wymogami ustanowionymi przez producenta danego sprzętu. Ponadto, autoryzowany serwis jako jedyny podmiot ma dostęp do oryginalnych części zamiennych. Dopuszczenie nieautoryzowanych wykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia obarczone jest znacznym ryzykiem utraty statusu wyrobu medycznego przez dane wyposażenie, gdyż wykonawcy ci nie mają dostępu do oryginalnych części zamiennych oraz serwisowej dokumentacji producenta, tym samym nie mogą poświadczyć wykonania przeglądu zgodnego z jego zaleceniami.

ODPOWIEDŹ 14

Zapisy swz pozostają bez zmian.

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami (m.in. § 1 ust.5, ust. § 2 ust. 5,6,7,8).

PYTANIE 15

dotyczy umowy

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w § 2 ust. 8 doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w związku z odesłaniem do ust. 2.

ODPOWIEDŹ 15

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską i zmienia treść zapisu wzoru umowy w §2 ust. 8 w następujący sposób:

„W sytuacji nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 6 i 7, Zamawiający może nie dopuścić Wykonawcy do wykonania przedmiotowej usługi oraz jest uprawniony do żądania kary umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy w sytuacji jeżeli Wykonawca nie przedstawi możliwości wykonania usługi objętej niniejszą umową przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania danej usługi

W załączeniu zmieniony załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Umowy.

PYTANIE 16

Jakich Zamawiający wymaga dokumentów poświadczających spełnienie przez Oferenta norm jakościowych poświadczających, że stosuje On system zarządzania jakością zgodnie z obowiązującą Go normą EN ISO 9001, ISO 13485?

ODPOWIEDŹ 16

Zapisy swz pozostają bez zmian.

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami, m.in. § 1 ust.5 stanowiącym: „Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, z wymogami producenta (instrukcje, standardy, normy) aparatury medycznej i sprzętu, obowiązującymi normami, przepisami prawa, technicznymi warunkami wykonywania usług,

Strona 5 z 21

wiedzą techniczną, określonymi w odrębnych przepisach, w tym przepisach BHP i ppoż oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.”

PYTANIE 17

Pakiet 57

W Pakiecie nr 57 dotyczącym materacy przeciwoleżynowych zmiennociśnieniowych wraz z pompami Zamawiający zawarł systemy p/odleżynowe trzech odrębnych firm.

Firma REVITA Ewa Krutul jest producentem materacy i pomp od numeru 5 do 34 (tabela formularz asortymentowo-cenowy) i świadczy usługi serwisowe, naprawy i przeglądy tylko dla swoich wyrobów.

W związku z powyższym, czy Zamawiający mógłby wyodrębnić z Pakietu nr 57 materace przeciwoleżynowe Revita? - w przeciwnym wypadku nie będziemy kompetentni, jako producent i autoryzowany serwis tych wyrobów, przystąpić do postępowania a jego aktualnej formie.

ODPOWIEDŹ 17

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 18

dot. SWZ rozdz. V, pkt. 5.1.11 oraz wzór umowy §1 ust. 4 pkt. 1.11

Proszę potwierdzić, że jeżeli producent nie przewiduje w corocznym przeglądzie technicznym wymiany akumulatora (podtrzymującego pracę urządzenia od odłączeniu go od sieci elektrycznej), a tylko wtedy, kiedy jest on faktycznie zużyty/uszkodzony, to wymiana tego akumulatora będzie potraktowana jako naprawa na podstawie akceptacji odrębnej wyceny.

Takie rozwiązanie jest bardziej uzasadnione ekonomicznie, ponieważ cena akumulatora (a nawet dwóch w ciągu trwania umowy) znacznie podwyższa koszt przeglądu technicznego.

ODPOWIEDŹ 18

Zakres przeglądu powinien być zgodny z zaleceniami producenta, ponieważ Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami (m.in. § 1 ust. 5).

PYTANIE 19

dot. SWZ rozdz. XXIII, pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie ewentualnej umowy w formie elektronicznej?

ODPOWIEDŹ 19

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 20

Pakiet 80

Czy zamawiający potwierdza, że w punkcie 6 w paragrafie 2 projektu umowy:

Wszelkie usługi objęte niniejszą umową muszą być realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania.

Udokumentowane kwalifikacje to aktualne szkolenie producenta urządzenia medycznego potwierdzone imiennym certyfikatem.

ODPOWIEDŹ 20

Tak. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami (m.in. § 2 ust. 6,7,8).

PYTANIE 21

Pakiet 80

Czy zamawiający w cenie przeglądu respiratora oczekuje również wymiany akumulatorów?

ODPOWIEDŹ 21

Zakres przeglądu powinien być zgodny z zaleceniami producenta, ponieważ Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami (m.in. § 1 ust. 5).

PYTANIE 22

dot. umowy

Czy zamawiający zgodzi się na obniżenie kar w §11 ust. 1 pkt 2 i 3 umowy do 0,5%?

ODPOWIEDŹ 22

Patrz odpowiedzi na pytania 51 i 52.

PYTANIE 23

dot. umowy

Czy zamawiający zgodzi się na obniżenie kar w §11 ust. 1 pkt 4 umowy do 1%?

ODPOWIEDŹ 23

Patrz odpowiedź na pytanie 53.

PYTANIE 24

dot. umowy

Czy zamawiający zgodzi się na obniżenie limitu kar w §11 ust. 3 umowy do 20%?

ODPOWIEDŹ 24

Patrz odpowiedź na pytanie 54.

PYTANIE 25

Pakiet 67

Prosimy o wyjaśnienie par. 1, pkt. 1.1. czy Wykonawca w ramach standardowej procedury przeglądu ma doliczyć do każdego urządzenia koszt akumulatora? Nadmieniamy, że konieczność wymiany akumulatora może być stwierdzona tylko i wyłącznie podczas przeglądu, a jego wymiana nie jest standardową procedurą wymaganą przez producenta. W związku z powyższym proponujemy zmianę zapisu w tym zakresie „na wymianę akumulatora w przypadku stwierdzenia takiej konieczności na podstawie przedstawionego kosztorysu przez Wykonawcę.”

ODPOWIEDŹ 25

Zakres przeglądu powinien być zgodny z zaleceniami producenta, ponieważ Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami (m.in. § 1 ust. 5).

PYTANIE 26

Prosimy o dodanie zapisu w par. 1 „Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przeglądów/napraw w siedzibie Wykonawcy. Koszty transportu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.”

Powyższa prośba wynika z faktu, że część usług przeglądów i napraw z powodów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych może być wykonana tylko w serwisie Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 26

Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami (m.in. § 1 ust. 7).

PYTANIE 27

Pakiet 67

Prosimy o usunięcie terminów wykonania przeglądów w kolumnie 11 w poz. 22,23,24 i 63. Prośba wynika z faktu, iż Zamawiający wyznaczył zakończenie przeglądów do 30.04.2025r.

ODPOWIEDŹ 27

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 2 do SWZ w zakresie częstotliwości przeglądu wskazanych urządzeń.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.

PYTANIE 28

Pakiet 67

Prosimy o usunięcie poz. 16, 18, 20 i 29 Pokrywa do stacji dokującej.

Informujemy, że pokrywa do stacji dokującej jest częścią stacji dokującej. Sama pokrywa nie wymaga przeglądu technicznego.

ODPOWIEDŹ 28

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować jedną cenę za stację dokującą z pokrywą, czyli poz. 15 i 16, 17 i 18, 19 i 20, 28 i 29.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.

PYTANIE 29

Dot. umowy §2, ust. 5

Prosimy o rezygnację z wymogu. Zwracamy uwagę, że z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniej jakości nie ma znaczenia rok produkcji części. Taka sytuacja ma miejsce wobec zdecydowanej większości części dla urządzeń z pakietu 9 i 98. Tam, gdzie data produkcji części ma wpływ na ich trwałość/jakość, produkcja odbywa się "na bieżąco" i data produkcji części jest najczęściej nie starsza niż kilka miesięcy (np. w odniesieniu do lamp rtg). Ale w odniesieniu do innych części nie ma to żadnego praktycznego znaczenia. Nadto żaden dostawca części nie jest w stanie zapewnić dostawy części wyprodukowanych w określonym czasie, bowiem dostawa części odbywa się z zapasów magazynowych a te uzupełniane są w zależności od potrzeb.

Prosimy o aprobatę powyższego, w przeciwnym razie nie ma możliwości złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu chcąc spełnić wymóg gwarancji dostawy części nie starszych niż produkcja 2022.

ODPOWIEDŹ 29

Zamawiający zmienia treść zapisu wzoru umowy w §2 ust. 5 w następujący sposób:

„Wykonawca dokonuje w trakcie realizacji usług wymiany części i materiałów w sposób zgodny z zaleceniami producenta serwisowanych urządzeń. Wymienione części i materiały są fabrycznie nowe oryginalne, z wyłączeniem lampy rtg rok produkcji 2022/2023. Materiały użyte przez Wykonawcę do wykonania zleconych usług muszą posiadać odpowiednie atesty oraz spełniać inne, odpowiednie wymagania techniczne.”

PYTANIE 30

Dot. umowy §2, ust. 6

Prosimy o potwierdzenie, że kwalifikacje i uprawnienia umożliwiające serwisowanie urządzeń z pakietu 9 i 98 nabywa się po wykonaniu niezbędnych szkoleń zgodnie z polityką edukacyjną producenta ww. urządzeń przeprowadzonych u producenta lub upoważniony przez niego podmiot.

ODPOWIEDŹ 30

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami (m.in. § 2 ust. 6,7,8).

Sposób nabywania uprawnień niezbędnych do dokonywania przeglądów należy do obowiązków wykonawcy będącego profesjonalistą w swojej dziedzinie i obejmuje m.in. znajomość obowiązującego prawa oraz następstw z niego wynikających w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

PYTANIE 31

Dot. umowy §2, ust. 7

Czy dokumentami, o których mowa w ustępie 7 dla pakietu 9 i 98 będą certyfikaty/zaświadczenia i inne wydane przez producenta urządzeń z pakietu 9 i 98 lub upoważniony przez niego podmiot (po zaliczeniu niezbędnych szkoleń wymaganych przez producenta).

ODPOWIEDŹ 31

Tak, mogą być. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty zgodnie z postanowieniami umowy (m.in. §2, ust. 7).

PYTANIE 32

Dot. umowy §2, ust. 15

Czy Zamawiający oczekuje, by Wykonawca dla pakietu 9 i 98 posiadał odpowiednie dokumenty (umowy licencyjne, upoważnienia producenta) upoważniające Wykonawcę do posługiwania się nimi w sposób legalny?

ODPOWIEDŹ 32

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami (m.in. § 2 ust. 15).

PYTANIE 33

Dot. umowy §5, ust. 4

Zwracamy się z prośbą o rezygnację ze wskazanego ustępu względnie określenie, że okres obowiązywania rękojmi jest tożsamy z okresem udzielonej gwarancji.

Ograniczenie rękojmi ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy – słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a Wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę za swoje usługi. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja nie są objęte rękojmią producenta w odniesieniu do urządzeń z pakietu 9 i 98, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ograniczenie rękojmi.

ODPOWIEDŹ 33

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 34

Pakiet 100

Prosimy o wydzielenie z pakietu 100 urządzenia opisanego pod pozycją 7 do osobnego pakietu. Przy braku wydzielenia do odrębnego zadania autoryzowany podmiot nie ma możliwości złożenia ważnej oferty w zakresie tego pakietu.

ODPOWIEDŹ 34

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 35

dot. umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:

„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

ODPOWIEDŹ 35

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 36

dot. umowy

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.

ODPOWIEDŹ 36

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 37

dot. umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, iż w sytuacji zmiany danych adresowych Stron umowy nie będzie konieczności zawierania dodatkowego aneksu, a zmiana danych adresowych nastąpi na podstawie pisemnego oświadczenia Strony umowy?

ODPOWIEDŹ 37

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający zmienia treść zapisu wzoru umowy w §9 ust. 3 pkt 1 w następujący sposób:

„zmiany w nazwach lub adresach stron, przy czym w razie zmian zapisanych wyłącznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie notyfikowane przez stronę, której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę.”

W załączeniu zmieniony załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Umowy.

PYTANIE 38

Dot. umowy §1 ust. 5

Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem.

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zobowiązani są do stosowania się do najnowszych wymagań producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu będącego przedmiotem umowy?

ODPOWIEDŹ 38

Tak. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami (m.in. § 2 ust. 6,7,8).

PYTANIE 39

Dot. umowy §2 ust. 12

Zwracamy się o doprecyzowanie postanowienia §2 ust. 12 poprzez wskazanie, że obowiązek utrzymania podstawowego zapasu materiałów dotyczy usługi serwisowania urządzeń:

„Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać podstawowy zapas materiałów, niezbędnych do wykonywania na podstawie niniejszej umowy przeglądów.”

ODPOWIEDŹ 39

Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami.

PYTANIE 40

Dot. umowy §3 ust. 4

Wykonawca prosi o doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie, że wyłączenie, o którym mowa w zapisie dotyczy nie dni „świętecznych” a „ustawowo wolnych od pracy”

ODPOWIEDŹ 40

Zamawiający zmienia treść zapisu wzoru umowy w §3ust. 4 w następujący sposób:

Usługi serwisowe Wykonawca wykonywał będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 14:30.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Umowy.

PYTANIE 41

Dot. umowy §3 ust. 4

Prosimy o zmianę formy dokonywania ustaleń w zakresie terminu przeglądu z „pisemnej” na „mailową”, co z całą pewnością ułatwi i przyspieszy przepływ informacji pomiędzy stronami.

ODPOWIEDŹ 41

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść zapisu wzoru umowy w §3ust. 5 w następujący sposób:

Wykonawca z Zamawiającym, ustalają pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail datę i godzinę rozpoczęcia przeglądu. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przegląd w uzgodnionym przez obie strony Umowy dniu i godzinie.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Umowy.

PYTANIE 42

Dot. umowy §5 ust. 2

Mając na uwadze, że na podstawie przepisów kodeksu cywilnego gwarancji jakości udziela się na towary/rzeczy, czyli w przypadku umów serwisowych sprzętu medycznego - na części zamienne (co potwierdza także treść §5 ust. 1), prosimy o zmodyfikowanie postanowienia §5 ust. 2 zgodnie z propozycją:

„W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w §2 ust. 11, okres gwarancji dla naprawionych w istotny sposób lub dostarczonych zamiennych materiałów lub części, biegnie na nowo od daty usunięcia wad lub usterek lub dostarczenia materiałów lub części wolnych od wad potwierdzonego podpisaniem przez obie Strony protokołem bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.”

ODPOWIEDŹ 42

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 43

Dot. umowy §5 ust. 5

W związku z tym, że przedmiotem umowy jest usługa przeglądów/serwisu a nie dostawa urządzeń, prosimy o wykreślenie postanowienia §5 ust. 5, jako nieadekwatnego z punktu widzenia przedmiotu umowy (dotyczy on gwarancji na Urządzenia, nie zaś elementy i części zamienne).

ODPOWIEDŹ 43

Zamawiający zmienia treść zapisu wzoru umowy w §5 ust. 5 w następujący sposób:

„Wskazany w Umowie okres gwarancji dla części i zestawów materiałów nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem tych części i zestawów materiałów, a warunki gwarancji producenta przewidują dłuższy okres gwarancji niż zastrzeżony w niniejszej Umowie, wówczas gwarancja Wykonawcy udzielona jest na okres wskazany w gwarancji producenta. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy.”

W załączeniu zmieniony załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Umowy.

PYTANIE 44

Dot. umowy §7 ust. 2

Wskazujemy, iż realizacja roszczeń gwarancyjnych uzależniona jest od rzeczywistego istnienia wad fizycznych w wymienianych elementach/częściach. W związku z czym nie jest zasadne zamieszczanie w umowie zastrzeżeń, że wady i usterki mają być usuwane na każde żądanie Zamawiającego (nawet jeśli nie jest ono obiektywnie uzasadnione).

Ponadto, usprawiedliwione w naszej ocenie pozostaje doprecyzowanie przedmiotu umowy, do jakiego odnoszą się koszty opisane w §7 ust. 2.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie zmiany postanowienia zgodnie z poniższą propozycją:

„Wartość umowy ustalona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, **o którym mowa w §1 ust. 1** oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania usługi **przeгляdu**, a także uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty osobowe i organizacyjne, do czasu podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo - odbiorczego przez Zamawiającego, materiałów, urządzeń, koszty serwisantów (dojazdów/pobytów/powrotów), koszty transportowe, dojazd do miejsca wykonania usługi, ewentualne koszty transportu z/do siedziby Zamawiającego, **koszty gwarancji obejmujące wszelkie usterki i wady usuwane w okresie gwarancyjnym**, oraz należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz uwzględnia rabaty, upusty i marże.”

ODPOWIEDŹ 44

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 45

Dot. umowy §7 ust. 3

Z przyczyn wskazanych jak dla §3 ust. 5 - Wykonawca zwraca się o zmianę formy komunikacji dla złożenia i akceptacji oferty naprawy, o czym mowa w §7 ust. 3 zdanie 2 i n.:

*„Jeżeli w trakcie wykonywania przeglądu, wykonawca stwierdzi, że sprzęt nie jest sprawny i posiada usterkę/wadę którą należy usunąć w celu wykonania przeglądu i dokonania wpisu w paszporcie technicznym sprzętu dot. sprawności sprzętu, składa Zamawiającemu **mailową** informację w tym zakresie oraz ofertę cenową usunięcia usterki (wymiany części itp.), i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego kończy przegląd i wystawia wymagane w umowie dokumenty. Wykonanie naprawy sprzętu może nastąpić na podstawie odrębnego zlecenia i jeśli to konieczne dla dokonania dostawy wymienianej na nową części sprzętu, w takim przypadku strony ustalą nowy termin zakończenia przeglądu. Jeśli Zamawiający, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania w formie **mailowej** oferty, nie zaakceptuje oferty cenowej usunięcia awarii sprzętu, Wykonawca zwolniony jest z obowiązku dokonania przeglądu serwisowego uszkodzonego sprzętu.”*

ODPOWIEDŹ 45

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść zapisu wzoru umowy w §7 ust. 3 w następujący sposób:

„Wykonawca zabezpiecza i wlicza w cenę zamawianej usługi wraz z dostawą części i materiały potrzebne do przeprowadzenia przeglądu serwisowego sprzętu. Jeżeli w trakcie wykonywania przeglądu, wykonawca stwierdzi, że sprzęt nie jest sprawny i posiada usterkę/wadę którą należy usunąć w celu wykonania przeglądu i dokonania wpisu w paszporcie technicznym sprzętu dot. sprawności sprzętu, składa Zamawiającemu informację pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail w tym zakresie oraz ofertę cenową usunięcia usterki (wymiany części itp.), i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego kończy przegląd i wystawia wymagane w umowie dokumenty. Wykonanie naprawy sprzętu może nastąpić na podstawie odrębnego zlecenia i jeśli to konieczne dla dokonania dostawy wymienianej na nową części sprzętu, w takim przypadku strony ustalą nowy termin zakończenia przeglądu. Jeśli Zamawiający, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania za pomocą poczty elektronicznej e-mail w postaci papierowej lub elektronicznej oferty, nie zaakceptuje oferty cenowej usunięcia awarii sprzętu, Wykonawca zwolniony jest z obowiązku dokonania przeglądu serwisowego uszkodzonego sprzętu.”

W załączeniu zmieniony załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Umowy.

PYTANIE 46

Dot. umowy §9 ust. 7

Wykonawca wnosi o wykreślenie z postanowienia §9 ust. 7 terminu na złożenie wniosku o waloryzację. Jeśli ewentualna zmiana ma odnieść co do zasady skutek na przyszłość – interes Zamawiającego pozostaje zabezpieczony – podwyżka wynagrodzenia nastąpi po podjęciu odpowiednich działań przez Wykonawcę. Zapis w obecnym kształcie w nieuzasadniony sposób ogranicza Wykonawcy możliwość wystąpienia z wnioskiem o waloryzację.

Nadto, należy zauważyć, że Zamawiający jest zobowiązany do znajomości przepisów prawa powszechnie obowiązującego – nie ma uzasadnienie do przerzucania w całości obowiązków informacyjnych na Wykonawcę.

Prosimy zatem o wykreślenie z treści §9 ust. 7 fragmentu: *„w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 4”.*

ODPOWIEDŹ 46

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 47

Dot. umowy §9A ust. 1 pkt. 1

Wykonawca zwraca się o zmianę wskaźnika inflacji określonego tym postanowieniem na 7%. Mechanizm ustawowy ma służyć zabezpieczeniu interesów Wykonawcy w zwykłych warunkach utraty rentowności kontraktu. Postanowienia umowne nie powinny prowadzić w praktyce do blokowania mechanizmu waloryzacyjnego. Zaproponowana przez Zamawiającego wartość minimalna warunkująca zmianę wynagrodzenia zmusza wykonawców do wkalkulowywania ewentualnego ryzyka podwyżek na poziomie określonym postanowieniem do ceny usługi, co jak się wydaje nie jest zjawiskiem korzystnym dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 47

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 48

Dot. umowy §9A ust. 1 pkt. 1 lit. a

Zwracamy się o wykreślenie z postanowienia §9A ust. 1 pkt 1) lit. a) fragmentu: „*wyłącznie w stosunku do kosztów nabycia i przetworzenia surowca niezbędnego do przygotowania posiłków ponoszonych w związku z realizacją przedmiotu Umowy.*”, jako niezwiązanego z przedmiotem umowy.

ODPOWIEDŹ 48

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść zapisu wzoru umowy w §9A ust. 1 pkt 1) lit. a) w następujący sposób:

„Zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie wniosku Wykonawcy o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku wyłącznie w stosunku do kosztów nabycia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Przegładów w związku z realizacją przedmiotu Umowy.”

W załączeniu zmieniony załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Umowy.

PYTANIE 49

Dot. umowy §9A ust. 1 pkt. 1 lit. f

Prosimy o modyfikację postanowienia poprzez wskazanie, że „Zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie częściej niż co 6 miesięcy”.

Ustanowienie wyłącznie jednokrotnej możliwości dokonania waloryzacji w okresie 24 miesięcy przewidzianego czasu obowiązywania umowy będzie skutkowało wkalkulowaniem ryzyka finansowego związanego z ewentualnym wzrostem kosztów w całym okresie realizacji do ceny ofert Wykonawców.

ODPOWIEDŹ 49

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 50

Dot. umowy §11 ust. 1 pkt. 1

Wykonawca wnosi o wykreślenie z treści postanowienia zastrzeżenia: „*albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego*”.

Wykonawca ponosi co do zasady odpowiedzialność kontraktową na zasadzie winy (art. 471 k.c.), nie ma zatem podstaw, aby karać go za rozwiązanie umowy z innych przyczyn niż leżące po jego stronie.

ODPOWIEDŹ 50

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 51

Dot. umowy §11 ust. 1 pkt. 2

Zaproponowana wartość kar z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy (2%) jest w ocenie Wykonawcy wygórowana już w dacie jej zastrzegania, co zaburza równowagę kontraktową pomiędzy stronami, skutkuje niesymetrycznym kreowaniem uprawnień na rzecz Zamawiającego.

Zgodnie z poglądami sądów powszechnych kara umowna naliczana za zwłokę powinna być naliczana w wartości ułamkowej, zaczynającej się od 0,1% (np. SO Łódź, XII C 698/19).

Ponadto podatek VAT ma charakter neutralny, w związku z czym kara za zwłokę powinna być w naszej ocenie naliczana od wartości netto.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę współczynnika kary na „0,2% wartości umowy netto określonej w Załączniku nr 2 do Umowy dla danego sprzętu za 12 miesięcy

ODPOWIEDŹ 51

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść zapisu wzoru umowy w §11 ust. 1 pkt 2 w następujący sposób: „za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w §3 w wysokości 0,2% wartości umowy brutto określonej w Załączniku nr 2 do Umowy dla danego sprzętu za 12 miesięcy, za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, nie więcej niż 7% łącznej wartości Umowy dla danego sprzętu za 12 miesięcy wyrażonej w złotych brutto”.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Umowy.

PYTANIE 52

Dot. umowy §11 ust. 1 pkt. 3

Wykonawca wskazuje, że obowiązek polegający na dostarczeniu określonego dokumentu nie wpływa na prawidłową realizację usługi przeglądu, stąd też zastrzeżona przez Zamawiającego w §11 ust. 1 pkt 3) kara umowna za zwłokę w dostarczeniu dokumentów dot. uprawnień serwisantów powinna zostać wykreślona, jako niezgodna z art. 433 pkt 2) ustawy Pzp (zakazane postanowienie umowne).

ODPOWIEDŹ 52

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści zapisu wzoru umowy poprzez skreślenie pkt. 3) w §11 ust. 1.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Umowy.

PYTANIE 53

Dot. umowy §11 ust. 1 pkt. 4

Stosownie do argumentacji dotyczącej §11 ust. 1 pkt 2) – zwracamy się o zmianę poziomu kary, o której mowa w tym postanowieniu na „0,5% wartości umowy netto określonej w Załączniku nr 2 do Umowy dla danego sprzętu za 12 miesięcy”.

ODPOWIEDŹ 53

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść zapisu wzoru umowy w §11 ust. 1 pkt 4, który obecnie otrzymał numerację 3 w następujący sposób:

„za wadliwie wykonaną usługę, zwłaszcza za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie pełnego zakresu czynności w trakcie okresowego przeglądu serwisowego, przewidzianych do wykonania przez producenta aparatury medycznej lub sprzętu w dokumentacji serwisowej. w wysokości 0,5 % wartości brutto dla danego sprzętu za 12 miesięcy”.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Umowy.

PYTANIE 54

Dot. umowy §11 ust. 3

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę limitu kar, jakie mogą być naliczone w ramach umowy ze 25% na 15%.

Ze względu na koszt zamówienia będący punktem odniesienia do naliczania kar zasadne jest, aby ryzyka związane z umową zostały wyważone należycie, a zatem tam, gdzie jest to możliwe zminimalizowane. Kumulowanie ryzyka na skutek wprowadzenia do umowy kwestionowanego postanowienia będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty Wykonawcy. Ponadto, zważywszy na wartość kary z tytułu zerwania umowy – 10% zaproponowana wartość 25% dla wszystkich kar wydaje się nadmierna.

ODPOWIEDŹ 54

Zamawiający zmienia treść zapisu wzoru umowy w §11 ust. 3 w następujący sposób:

Suma kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wartości umowy brutto za pakiet określonej w § 7 ust. 1.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Umowy.

PYTANIE 55

Dot. umowy §11 ust. 4

Wnosimy o przywrócenie równowagi kontraktowej stron w ramach postanowienia §11 ust. 4 i dokonanie jego zmiany: „*Niezależnie od uprawnienia w zakresie dochodzenia kar umownych **Stronom** przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.*”

ODPOWIEDŹ 55

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść zapisu wzoru umowy w §11 ust. 4 w następujący sposób:

„*Niezależnie od uprawnienia w zakresie dochodzenia kar umownych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.*”

W załączeniu zmieniony załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Umowy.

PYTANIE 56

Dot. umowy §12 ust. 6

Nie jest możliwe założenie z góry, jaki minimalny termin w zależności od przyczyny wezwania, będzie umożliwiał Wykonawcy przywrócenie stanu zgodnego z umową. Stąd też mając na względzie, aby procedura naprawcza zapewniała Wykonawcy realną możliwość prawidłowej realizacji zobowiązań, prosimy o zmianę postanowienia poprzez dopisanie w §12 ust. 16 fragmentu: „(...) *wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, **uzasadnionym technicznie i logistycznie, nie krótszym niż 3 dni.***”

ODPOWIEDŹ 56

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść zapisu wzoru umowy w §12 ust. 6 w następujący sposób:

„*Rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub ich skutków, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, **uzasadnionym technicznie i logistycznie, nie krótszym niż 3 dni.***”

W załączeniu zmieniony załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Umowy.

PYTANIE 57

Dot. umowy §12 ust. 8

Wykonawca wnosi o uzupełnienie postanowienia poprzez wskazanie, że tylko zawiniona przez Wykonawcę nieobecność może być poczytywana, jako odmowa realizacji umowy. Wykonawca wskazuje, że nie może ponosić odpowiedzialności przykładowo za skutki zdarzeń losowych, uniemożliwiających mu udział w czynnościach serwisowych. Prosimy zatem o zmianę postanowienia zgodnie z poniższym: „*Za odmowę wykonania usług objętych niniejszą umową uważa się m. in. zawinione niestawienie się Wykonawcy u Zamawiającego w terminie wykonania usługi wskazanym w § 3 Umowy.*”

ODPOWIEDŹ 57

„Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść zapisu wzoru umowy w §12 ust. 8 w następujący sposób: Za odmowę wykonania usług objętych niniejszą umową uważa się m. in. zawinione niestawienie się Wykonawcy u Zamawiającego w terminie wykonania usługi wskazanym w § 3 Umowy.”
W załączeniu zmieniony załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Umowy.

PYTANIE 58

Dot. umowy §12 ust. 9

W celu wyeliminowania sytuacji dublowania kary umownej opisanej w §12 ust. 9 zdanie 2 oraz kary umownej, o której mowa w §11 ust.1 pkt 1) (kara za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy) Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia: „*W takim wypadku Zamawiający uprawniony jest również do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto umowy.*”

ODPOWIEDŹ 58

„Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść zapisu wzoru umowy w §12 ust. 9 w następujący sposób: Zamawiający w przypadkach określonych w ust. 5 i 6 powyżej oraz w razie wadliwego wykonywania usługi ma prawo zlecić wykonanie koniecznych prac innemu podmiotowi, a kosztami wykonanych usług obciążyć Wykonawcę, z którym zawarto niniejszą umowę.”
W załączeniu zmieniony załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Umowy.

PYTANIE 59

Dot. umowy §12 ust. 10

Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia. Wskazujemy, iż postanowienia §12 ust. 1 oraz §11 ust. 1 w wystraszający sposób zabezpieczają interes Zamawiającego. Niepotrzebne w ocenie Wykonawcy mnożenie ryzyk związanych z zerwaniem umowy i naliczaniem kar będzie skutkowało doliczanie takiego zagrożenia finansowego do ceny oferty.

ODPOWIEDŹ 59

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści zapisu wzoru umowy poprzez jego skreślenie ust. 10 w §12.
W załączeniu zmieniony załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Umowy.

PYTANIE 60

Pakiet 81

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w cenę jednostkową przeglądu mają zostać w kalkulowane wszystkie materiały potrzebne do jego wykonania zgodnie z danym rokiem przeglądownym aparatu (zgodnie z zaleceniem producenta), w tym również akumulatory?

ODPOWIEDŹ 60

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować ceny jednostkowe i cenę oferty zgodnie z postanowieniami pkt XVIII SWZ.

PYTANIE 61

Pakiety 81 i 95

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż od wszystkich wykonawców będzie wymagał posiadania i przedstawienia (na etapie badania ofert, przed wyborem oferty najkorzystniejszej) ważnych certyfikatów (nie starszych niż 24 miesiące) producenta uprawniających do serwisowania tego typu respiratorów.

ODPOWIEDŹ 61

Zamawiający dokona badania i oceny ofert zgodnie z postanowieniami SWZ.

PYTANIE 62

Pakiety 81 i 95

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż będzie wymagał od Wykonawców udokumentowania w paszporcie technicznym również informacji na temat wymienianych części podczas przeglądu urządzenia (części, których wymiana przewidziana jest podczas przeglądu właściwego dla danego roku przeglądowego danego urządzenia).

ODPOWIEDŹ 62

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami (m.in. §1 ust.4 pkt. 1) ppkt 1.13).

PYTANIE 63

Pakiety 81 i 95

Prosimy Zamawiającego o informacje z jakimi modułami współpracują kardiomonitoring B850. Prosimy o podanie także ich numerów seryjnych i informacje czy mają zostać ujęte w kalkulacji cenowej.

ODPOWIEDŹ 63

Wszystkie moduły, które powinny zostać ujęte w kalkulacji cenowej, zostały umieszczone w Formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

PYTANIE 64

Pakiety 81 i 95

Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych?

ODPOWIEDŹ 64

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami (m.in. § 52 ust. 5).

PYTANIE 65

Pakiet 24

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie modelu defibrylatora Lifepak o numerze seryjnym 48766326 (rok prod. 2020) z pozycji 3 w/w pakietu. Jaki typ/ model defibrylatora jest na wyposażeniu UCMMiT ?

ODPOWIEDŹ 65

Defibrylator Physio Control CR2

PYTANIE 66

Dot. umowy §11 ust. 1 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary z 2 % na 0,5% ?

ODPOWIEDŹ 66

Patrz odpowiedź 51.

PYTANIE 67

Dot. umowy §11 ust. 1 pkt. 3-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 0,5% ?

ODPOWIEDŹ 67

Patrz odpowiedzi pytania 52 i 53

PYTANIE 68

Dot. umowy §11 ust. 1 pkt. 3-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie suma kar umownych do wysokości 25% wartości umowy brutto za pakiet określonej w § 7 ust. 1?

ODPOWIEDŹ 68

Patrz odpowiedzi pytania 53 i 54

PYTANIE 69

Pakiet 10

Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy w ramach zalecanych przez producenta czynności podczas przeglądu okresowego aktualizacji oprogramowania aparatu rentgenowskiego DR800 objętego zakresem pakietu nr 10? Według naszej wiedzy, jako producenta systemu, taka aktualizacja jest dostępna.

ODPOWIEDŹ 69

Zakres przeglądu powinien być zgodny z zaleceniami producenta, ponieważ Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami m.in. § 1 ust.5.

PYTANIE 70

Dot. umowy §12 ust. 5 pkt. 2

Czy Zamawiający poprzez dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osób skierowanych do wykonania przeglądu okresowego w odniesieniu pakietu nr 10 ma na myśli pisemne potwierdzenie odbycia szkolenia z zakresu przeprowadzania przeglądów okresowych oraz konserwacji wydane przez producenta urządzenia?

Zwracamy uwagę, że wymóg przedłożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentu „potwierdzającego kwalifikacje i uprawnienia osób skierowanych do wykonania przeglądu technicznego” jest sformułowany ogólnie. W praktyce każdy wykonawca sam może wystawić swoim inżynierom serwisu tego typu dokument, co nie gwarantuje w żaden sposób Zamawiającemu rzeczywistych kwalifikacji, potwierdzenia kompetencji osób realizujących przedmiot zamówienia, zatem wymóg jest wyłącznie pozorny. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że chodzi o aktualne, pisemne potwierdzenie wystawione przez producenta urządzenia/-eń.

ODPOWIEDŹ 70

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy, zgodnie jej postanowieniami.

PYTANIE 71

Dot. umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ 71

Zamawiający zawarł takie zapisy w §8 ust. 5-7 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

PYTANIE 72

Dot. umowy §11 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
 - 1) za odstąpienie od umowy, rozwiązanie lub wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego - w wysokości 10% wartości niewykonanej części umowy brutto za pakiet określonej w § 7 ust. 1;
 - 2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w §3 w wysokości 0,5% wartości niewykonanej części umowy brutto określonej w Załączniku nr 2 do Umowy dla danego sprzętu za 12 miesięcy, za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, nie więcej niż 7% wartości niewykonanej części Umowy za pakiet wyrażonej w złotych brutto,
 - 3) za nie przedstawienie w wyznaczonym terminie stosownych uprawnień osób wykonujących usługę w wysokości 1 % wartości brutto za pakiet określonej w § 7 ust. 1,
 - 4) za wadliwie wykonaną usługę, zwłaszcza za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie pełnego zakresu czynności w trakcie okresowego przeglądu serwisowego, przewidzianych do wykonania przez producenta aparatury medycznej lub sprzętu w dokumentacji serwisowej. W wysokości 2,5 % wartości brutto za pakiet określonej w §7 ust. 1

ODPOWIEDŹ 72

Patrz odpowiedzi na pytania 50-55 i 66-68.

W świetle powyższego, na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.04.2023 r. do godz. 10.00 oraz zmienia treść SWZ w sposób następujący:

- a) pkt XVI pkt 2) SWZ otrzymuje brzmienie:
Termin składania ofert upływa w dniu 03.04.2023 r. o godz. 10.00
- b) pkt XVII pkt 1) SWZ otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2023 r. o godz. 10.15.
- c) pkt XIII pkt 1) SWZ otrzymuje brzmienie:
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 02.05.2023 r.



**UNIWERSYTECKIE CENTRUM
MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ**

Ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia



- d) ppkt 4 w pkt 8, który w wyniku zmiany numeracji otrzymał nr 9, w formularzu OFERTA otrzymuje brzmienie:

uwagam się za związanego ofertą do 02.05.2023

Załączniki:

Zmieniony załącznik nr 1 – Formularz „OFERTA”

Zmieniony załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy

Zmieniony załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Umowy