



DZP/250/IM/2024

Tychy, 15.05.2024r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne pn. :

„Dostawa implantów ortopedycznych do zabiegów urazowych i artroskopowych”

Nr postępowania: 4/24/ZP/PN

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 13 STALOWE DRUTY KOSTNE

POZ. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grot Steinmanna L = 80 – 225 mm

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

POZ. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotokręt Schanza samowierzące (do stabilizatora zewnętrznego) Ø 3,0 - Ø 6,0mm L = 60-150 mm gwint A = 25 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

POZ. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotokręt Schanza samowierzące rozmiar Ø 2,5 mm L = 60-120 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 132 867 750,00 zł



Pytanie nr 2

Pakiet nr 32 NARZĘDZIA CHIRURGICZNE

POZ. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 200 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3

Pakiet nr 6 poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie w pakiecie nr 6 poz. 3 oprócz opisanych implantów również płyty tytanowej jednootworowej, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 7 poz. 27

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie w pakiecie nr 7 poz. 27 płyt tytanowych, dłoniowych, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 25 otworowych, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. Płyty 20 otworowe z 1 otworem do wykonywania kompresji zostały już zawarte w pozycji 26 tego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 9 poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie w pakiecie nr 9 poz. 3 oprócz opisanych implantów również płyty tytanowej, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 0.5-1.6 mm, 6 otworowej, blokowanej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 14

Dot. rozdz. III pkt. 13 SWZ oraz §6, §7 wzoru umowy – Czy Zamawiający wykreśli Pakiet 14 z wymogu depozytu oraz użyczenia instrumentarium? Pakietu 14 zawiera implanty drobne, które zwyczajowo dostarczane są sukcesywnie na bieżące zamówienia, nie wymagają też stosowania specjalistycznego instrumentarium.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla wymóg depozytu oraz instrumentarium w zakresie pakietu nr 14.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 15

Zapis UWAGA pod formularzem cenowym – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wymogu użyczenia instrumentarium z zapisu „nowego instrumentarium” na zapis „w pełni zregenerowanego i w pełni funkcjonalnego instrumentarium”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapis UWAGA pod formularzem cenowym – Czy Zamawiający doprecyzuje zapis, iż Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Szpitalowi instrumentarium nieodpłatnie na czas trwania umowy zaś do czasu wykorzystania wszystkich posiadanych przez szpital implantów - instrumentarium będzie dowożone na zabieg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 16

Poz. 6 – Czy Zamawiający ujednotyli zapis w kolumnie „rozmiar” z opisem asortymentu tj. wiertło kaniulowane o rozmiarze $\varnothing 2,5/1,2$ mm L = 150 mm?

Odpowiedź: Zamawiający ujednotyli:

6	Wiertło kaniulowane \varnothing 2,5/1,2 mm L=150 mm	\varnothing 2,5/1,2 mm L=150 mm	sztuka
---	--	--------------------------------------	--------

Zapis UWAGA pod formularzem cenowym oraz rozdz. III pkt. 13 SWZ oraz §6, §7 wzoru umowy - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu utworzenia depozytu oraz dostarczenia instrumentarium na rzecz dostaw sukcesywnych według bieżących zamówień?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu utworzenia depozytu oraz dostarczenia instrumentarium na rzecz dostaw sukcesywnych według bieżących zamówień

Pytanie nr 9

Pakiet nr 17

Poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści płytkę obojczykową posiadającą 6-10 otworów L=66-104mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 19 - Czy Zamawiający dopuści płytkę blokowaną prostą 1/3 rurki o wymiarze L=46-118mm (4-10 otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 21 - Czy Zamawiający dopuści płytkę puszczelową wąską „L” - do bliższej nasady kości puszczelowej posiadającą w części trzonowej 3-9 otworów - otwory blokowane oraz w zależności od długości płytki do 2 otworów kompresyjnych. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu, L=100-178mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 24 - Czy Zamawiający dopuści płytkę puszczelową dalszą przyśrodkową posiadającą w części trzonowej 4-8 otworów - otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne, L=108-160mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 25 - Czy Zamawiający dopuści płytkę puszczelową dalszą przednio-boczną posiadającą w części trzonowej 5-9 otworów - otwory blokowane oraz, w zależności od długości płytki do 2 otworów kompresyjnych. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów, L=114-166mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 28 - Czy Zamawiający dopuści płytkę ramienną bliższą posiadającą w części trzonowej 4-8 otworów - otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne, L=95-147mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 31 - Czy Zamawiający skoryguje zapis w rubryce „Rozmiar” dla płytki kształtowej blokowanej do dalszej nasady kości ramiennej zakładanej od strony bocznej na 4-12 otworów zgodnie z opisem asortymentu zamiast „L=88-181mm (2-8 par otworów)”?

Odpowiedź: Zamawiający skoryguje:

31	<p>Płytką kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytką występująca w rozmiarach 4÷12 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowno ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmiennosiowymi 3,5mm. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką: przyśrodkową oraz tylną przyśrodkową. Tytan.</p>	4-12 OTWORÓW	sztuka
----	--	--------------	--------

Zapis UWAGA pod formularzem cenowym – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wymogu użyczenia instrumentarium z zapisu „nowego instrumentarium” na zapis „w pełni zregenerowanego i w pełni funkcjonalnego instrumentarium”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Zapis UWAGA pod formularzem cenowym – Czy Zamawiający doprecyzuje zapis, iż Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Szpitalowi instrumentarium nieodpłatnie na czas trwania umowy zaś do czasu wykorzystania wszystkich posiadanych przez szpital implantów - instrumentarium będzie dowożone na zabieg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 10

Pakiet nr 18

Poz. 9 - Czy Zamawiający skoryguje zapis w rubryce „Rozmiar” dla wkrętu blokującego śr.1,5/2,7mm na L=16-26mm zgodnie z opisem asortymentu?

Odpowiedź:

Zamawiający skoryguje zapis w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 20

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści wkręt blokujący \varnothing 4,5 mm o rozmiarze 30-90mm zamiast 25-100mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 18, 19, 20

Zapis UWAGA pod formularzem cenowym – Czy Zamawiający doprecyzuje zapis, iż Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Szpitalowi instrumentarium nieodpłatnie na czas trwania umowy zaś do czasu wykorzystania wszystkich zakupionych gwoździ - instrumentarium będzie dowożone na zabieg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 13

Pakiet nr 33

Czy Zamawiający skoryguje nazwę śruby o rozmiarze średnicy d=11mm z „zaślepiającej” na zespalającą?

Odpowiedź:

Zamawiający skoryguje nazwę.

Pytanie nr 14

Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy – załącznik nr 4 do SWZ:

Czy Zamawiający w §9 ust. 1 odstąpi od wymogu podania na opakowaniu daty ważności w przypadku implantów niesterylnych, dla których nie określa się powyższych terminów?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający zmieni §10 :

- a. ust. 2 pkt 1 i 2 z „5%” na „0,5% wartości niedostarczonego towaru”,
- b. ust. 2 pkt 3 z „0,1% wynagrodzenia netto określonego w §3 ust. 3 na „0,5% wartości niedostarczonego towaru”
- c. ust. 2 pkt 4,5,6 z „0,1% na 0,01% ?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243).

Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §10 umowy dotyczących wysokości kar umownych. Wszelkie opóźnienia w dostawie implantów lub dostępności niezbędnego instrumentarium do wykonania zabiegów może mieć wpływ na zdrowie i życie ludzkie pacjentów, a Zamawiającego naraża na koszty związane z wydłużoną hospitalizacją pacjenta. Zamawiający nie podziela zdania, że zapisy §10 nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanych kar umownych.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający doda zapis w §11 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami, oraz dookreśli w §11 ust. 1 pkt 1 iż termin pięciokrotnego niedotrzymania terminu odnosi się do kolejnych dostaw, a nie całego okresu umowy? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno-gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający przychyliła się do propozycji zmian w umowie.

Pytanie nr 17

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §10 ust. 2:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

1) w wysokości **0,5 %** wartości netto niedostarczonego w terminie towaru, , za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego w terminie towaru**

2) w wysokości **0,5 %** wartości netto niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego w terminie towaru**

7) w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia netto, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §10 umowy dotyczących wysokości kar umownych. Wszelkie opóźnienia w dostawie implantów lub dostępności niezbędnego instrumentarium do wykonania zabiegów może mieć wpływ na zdrowie i życie ludzkie pacjentów, a Zamawiającego naraża na koszty związane z wydłużoną hospitalizacją pacjenta.

Pytanie nr 18

Dot. pakietu nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie gwoździ o śr. 9mm? Wykonawca ma w swojej ofercie gwoździe o śr. 10-11-12mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na boczno-przyśrodkowe zagięcie gwoźdźcia w części proksymalnej wynoszące 6° jedynie w przypadku gwoździ długich?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gwoździe o dł. 180mm w zamian za 170mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gwoździe i śruby główne niesterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gwoździe ze śrubą główną wymagająca blokowania śrubą kompresyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na śrubę główną o śr. 11mm w zamian za 10,5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na śrubę do blokowania dystalnego o śr. 5,0mm w zamian za 4,9mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający wyrazi zgodę jedynie na zaślepkę o dł. 28mm? Wykonawca nie posiada w ofercie zaślepki o dł. 45mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 19

Dot. pakietu nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wkręty o śr. 3,5mm pod drut prowadzący o śr. 1,2mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wkręty o śr. 3,5mm o dł. 14mm-50mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wkręty o śr. 3,5mm i dł. gwintu B=5-16mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wkręty o śr. 4,5mm pod drut prowadzący o śr. 1,5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wkręty o śr. 4,5mm i dł. gwintu B=6,5-32mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający w pozycji nr 5 wyrazi zgodę na podkładki tytanowe o wymiarach \emptyset 7,0 x 16?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający w pozycji nr 6 wyrazi zgodę na wiertło o dł. 160mm w zamian za 150mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający w pozycji nr 7 wyrazi zgodę na wiertło \emptyset 3,2/1,7mm i dł. 200mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający w pozycji nr 8 wyrazi zgodę na wiertło o dł. 230mm w zamian za 200mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wypożyczenia ZAMYKANYCH SZAF DO PRZECHOWYWANIA IMPLANTÓW?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 19

Dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na druty o śr. od 1,0mm-2,0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 wyrazi zgodę na wykluczenie śr. 1,4mm oraz 2,4mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 wyrazi zgodę na groty o śr. 3,5mm w zamian za 3,0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 wyrazi zgodę na groty o dł. od 120mm-210mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający w pozycji nr 6 wyrazi zgodę na grotowkręty z gwintem A=25-36mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający w pozycji nr 7 wyrazi zgodę na grotowkręty o dł. od 60-120mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 20

Dot. Pakietu 1 poz. 46,47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla Pakietu 1 pozycja 46 i 47 implanty oraz instrumentarium konieczne do przeprowadzenia zabiegu były dostarczane w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21

Dot. Pakietu 1

Prosimy o potwierdzenie, że dla Pakietu 1 ostateczny kształt i zakres depozytu zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dla Pakietu 1 ostateczny kształt i zakres depozytu zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem.

Pytanie nr 22

Dot. Rozdz. IX ust. 1 lit. b) SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia wraz z ofertą katalogów w j. polskim wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dopuszcza możliwość przedłożenia wraz z ofertą katalogów w j. polskim wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski.

Pytanie nr 23

Dot. §6 ust. 5 wzoru umowy

Czy Zamawiający odstąpi od składania zamówień poprzez faks? W dobie elektroniczacji Wykonawca odchodzi od komunikacji za pośrednictwem faksu. Komunikacja drogą mailową pozwala na natychmiastową wymianę informacji, co jest kluczowe w terminowej realizacji zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od składania zamówienia poprzez fax.

Pytanie nr 24

Dot. §6 ust. 7 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnianie depozytu do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25

Dot. §6 ust. 7 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę przedmiotu umowy na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 15 miesięcy przed upływem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26

Dot. §9 ust. 1 wzoru umowy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający mając na uwadze zapisy Ustawy o wyrobach medycznych, tj. „Dopuszcza się aby wyroby przeznaczone do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim...” wyrazi zgodę na zaoferowane produktów w opakowaniach w języku angielskim? Opakowania oferowanych wyrobów – mimo innego języka są łatwo rozumiane poprzez oznaczenia fabryczne oraz opisy wskazane są za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27

Dot. §9 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie braków/wymianę towaru w terminie do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 wymaga bezwęzłowego systemu do naprawy więzozrostu barkowo-obojczykowego składający się z guzika tytanowego o średnicy 10 mm oraz osobno ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej dł. 13 mm, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SWZ są jej integralną częścią. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert, w tym załączników, druków i wymaganych dokumentów.