



Kraków, dn. 19.07.2022r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-19/22

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa sprzętu medycznego”

### SPROSTOWANIE DO PISMA Z DNIA 15.07.2022 R. (ODPOWIEDZI NA PYTANIA\_3) W ZAKRESIE PYTANIA NR XIV

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie w związku z omyłką polegającą na braku dołączenia informacji odnośnie doprecyzowania jakiego zakresu dotyczyły pytania XIV, informuje, iż pytania XIV zostały zadane w zakresie pakietów nr 6, 10, 13 niniejszego postępowania.

#### **BYŁO:**

#### **PYTANIA XIV**

Pytanie 1, § 5 , pkt 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 72h od dnia otrzymania zgłoszenia?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym Zamawiający modyfikuje §5 ust. 6 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie :**

**„Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy sprzętu w ciągu:**

**a) 48 godzin (dotyczy pakietu nr 1-5,7-9,11,12)**

**b) 72 godzin (dotyczy pakietu nr 6,10,13)**

**od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.”**

Pytanie 2, § 5 , pkt 10

Czy zamawiający wyrazi na dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt zastępowany w przypadku gdy naprawa sprzętu będzie trwała dłużej niż 10 dni roboczych, do czasu zakończenia naprawy gwarancyjnej? Dostarczanie sprzętu do 48h od zgłoszenia bez zdiagnozowania usterki, często może być nie zasadne i generować ogromne koszty.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację §5 ust. 10 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie:**

**„W przypadku awarii, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt zastępowany w ciągu:**

**a) 48 godzin (dotyczy pakietu nr 2,4,7,8,11,12);**

**b) 7 dni (dotyczy pakietu nr 6,10,13);**

**od momentu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu do czasu zakończenia naprawy gwarancyjnej.”**



Pytanie 3, § 10, pkt 2, a), b) oraz c)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych dla punktu a), b) oraz c) do 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki? Obecna kara jest rażąco wysoka w stosunku do rynkowych wartości kar w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na obniżenie kary umownej w odniesieniu do § 10 ust. 2 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy, pismem z dnia 12.07.2022r. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

#### **POWINNO BYĆ:**

#### **PYTANIA XIV - dotyczy pakietów nr 6, 10, 13**

Pytanie 1, § 5, pkt 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 72h od dnia otrzymania zgłoszenia?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym Zamawiający modyfikuje §5 ust. 6 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie :**

**„Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy sprzętu w ciągu:**

**a) 48 godzin (dotyczy pakietu nr 1-5,7-9,11,12)**

**b) 72 godzin (dotyczy pakietu nr 6,10,13)**

**od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.”**

Pytanie 2, § 5, pkt 10

Czy zamawiający wyrazi na dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt zastępowany w przypadku gdy naprawa sprzętu będzie trwała dłużej niż 10 dni roboczych, do czasu zakończenia naprawy gwarancyjnej? Dostarczanie sprzętu do 48h od zgłoszenia bez zdiagnozowania usterki, często może być nie zasadne i generować ogromne koszty.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację §5 ust. 10 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie:**

**„W przypadku awarii, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt zastępowany w ciągu:**

**a) 48 godzin (dotyczy pakietu nr 2,4,7,8,11,12);**

**b) 7 dni (dotyczy pakietu nr 6,10,13);**

**od momentu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu do czasu zakończenia naprawy gwarancyjnej.”**

Pytanie 3, § 10, pkt 2, a), b) oraz c)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych dla punktu a), b) oraz c) do 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki? Obecna kara jest rażąco wysoka w stosunku do rynkowych wartości kar w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na obniżenie kary umownej w odniesieniu do § 10 ust. 2 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy, pismem z dnia 12.07.2022r. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**



Sprostowanie wprowadzone niniejszym pismem stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa prowadzonego postępowania
- ✓ a/a

**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy**

**im. św. Ludwika w Krakowie**

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków

tel.(12) 619 86 01, fax.(12) 619 86 10

e-mail: [info@dziecieczpital.pl](mailto:info@dziecieczpital.pl), [www.dziecieczpital.pl](http://www.dziecieczpital.pl)

NIP: 6751199459, KRS: 0000009118



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO 9001:2015