



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP *UK* /01/2021

Chrzanów, *29* 01.2021 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na „Dostawa środków ochrony osobistej oraz bielizny dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na okres 6 m-cy - sprawa nr 6/2021.

1. Czy w **zadaniu 4** - ubranie chirurgiczne zamawiający dopuści odzież chirurgiczną medyczną w kolorze niebieskim wykonaną z tkaniny typu SMS35 gr/m²?
Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.
2. **Pakiet 2,**
 - Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²? **Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.**
 - Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m²? **Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.**
 - Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? **Odp. Dopuszczamy.**
3. **Pakiet 5**
 - Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odp. Dopuszczamy.
4. **Pakiet 6**
 - Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m²? **Odp. Dopuszczamy.**
 - Czy zamawiający wymaga czepek typu beret? **Odp. Tak.**
 - Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? **Odp. Dopuszczamy.**
5. **Pakiet 10**
 - Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 200 szt. na rolce z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odp. Dopuszczamy.
6. **Pakiet 11**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- Poz.1 - Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odp. Dopuszczamy z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę.

7. Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z niebieskiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², rękaw zakończony lekką, elastyczną, nieuciskającą gumką?

Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

8. Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania operacyjnego wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 35g/m². Oferowane rozmiary: M, L, XL, XXL.

Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

9. Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczki ochronnej typu IIR zgodnie z normą 14683:2019+AC?

Odp. Dopuszczamy.

10. Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka typu beret wykonanego z włókniny typu PPSB o gramaturze 17-20g/m²?

Odp. Dopuszczamy.

11. Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej na twarz FFP3 o właściwościach opisanych poniżej:

Pięciowarstwowa struktura filtrująca

Wysokiej jakości i przyjazne dla skóry materiały z włókniny

Komfortowy nosek i wygodna opaska na głowę

Bez zaworu oddechowego

Elastyczna i miękka opaska na głowę

Ochrona przed cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu, zanieczyszczeniami, pyłami, itp.

Lekka, oddychająca, hipoalergiczna, o wysokiej wydajności filtracji

Kolor: biały

Wymiary: 159,99mm*104,44 jeden rozmiar

Materiały: Włóknina polipropylenowa

Zgodna z normą: EN149:2001+A1:2009

Klasa ochronna: FFP3

Wydajność filtracji: ≥99%

Produkt ten jest przeznaczony do odpowiedniego uszczelnienia twarzy użytkownika przed atmosferą otoczenia oraz ochrony układu oddechowego, przeszedł normę EN149:2001+A1:2009 w celu wykazania zgodności z EHSR Rozporządzenia (UE) 2016/425. Stawka podatku VAT 23%.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

12. Pakiet 13 Prosimy o określenie czy Zamawiający ma na myśli koce pasywne, czy koce przeznaczone do stosowania z urządzeniami do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta? Jeśli do stosowania z urządzeniami to prosimy o podanie modelu urządzenia, z którym mają współpracować i dopuszczenie rozmiaru 195x100 cm

Odp. Zamawiający ma na myśli koce jednorazowe do przykrywania pacjenta na oddziale (bawełniane) lub z innej włókniny.



13. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odp. Postępowanie realizowane jest zgodnie z art. 6a ustawy szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która wyłącza stosowanie ustawy PZP. Zamawiający prowadzi zapis do paragrafu §4 ust. 2: (...) z zastrzeżeniem postanowień zawartych w art. 15 r ustawy z dnia 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(...)"

Zamawiający prowadzi zapis do paragrafu §6 ust. 2: (...) z zastrzeżeniem postanowień zawartych w art. 15r¹ ustawy z dnia 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(...)"

14. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?

Odp. Szpital w umowie nie przewidział naliczania i egzekwowania kar umownych oraz odstąpienia od umowy przez zamawiającego w sposób kategoriyczny, a zatem w przypadku, gdy Wykonawca uzasadni, dlaczego asortymentu nie może dostarczyć przy jednoczesnym wskazaniu, że za okoliczność tę nie ponosi winy, to zważywszy na §6 ust. 2 oraz §8 ust. 1 umowy Zamawiający ani nie naliczy kary, ani nie odstąpi od umowy. W odniesieniu do §6





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

ust. 2 oraz §8 ust. 1 Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar oraz odstąpienia od umowy, nie jest to obowiązek.

15. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odp. Zapisy pozostają bez zmian.

16. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odp. Postępowanie realizowane jest zgodnie z art. 6a ustawy szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która wyłącza stosowanie ustawy PZP. Zapisy pozostają bez zmian.



17. Prosimy o doprecyzowanie sposobu realizacji Pakietu Nr 5. Czy Zamawiający złoży zamówienie na dostawę jednorazową czy dostawy sukcesywne?

Odp. Zamawiający będzie składał zamówienia sukcesywnie.

18. Czy w pakiecie 13 Zamawiający ma na myśli koc grzewczy do ogrzewacza suchym, ciepłym powietrzem?

Odp. Zamawiający ma na myśli koc do przykrywania pacjenta, jednorazowy z bawełny lub innej włókniny.

19. **Pakiet nr 1 , poz. 1** Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie kombinezonów wykonanych z laminatu włóknina /folia PE o gramaturze 55 g/m2, typ ochrony 3 i 4 w rozmiarze M,L,XL,XXL, XXXL(rozmiar w klatce piersiowej 124-132 cm), będący środkiem ochrony osobistej.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE


32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

20. Pytanie 2, Pakiet 7, poz.1 Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie maski o klasie FFP2 bez zaworka, która nie jest wyrobem medycznym a środkiem ochrony osobistej.

Oferowany przez nas produkt jest zgodny publikowanymi przez MZ informacjami dot. produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19:

- normą europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2009 (EN 149:2001+A1:2009)

„Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami.

Wymagania, badanie, znakowanie”;

- certyfikowana znakiem CE,

- Klasa ochrony P2,

- odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.


Proponowana maska wykonana jest z wielowarstwowego materiału filtrującego, z zaciskiem nosowym, zakładana na gumkę.

Proponowane przez nas maski pakowane są po 10 szt.

Odp. Dopuszczamy.

21. Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30g/m²?

Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

22. Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS powlekany w całości folią PE, fartuch o gramaturze 40g/m²?
Odp. Dopuszczamy.

23. Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze Uniwersalnym?
Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

24. Pakiet 4 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompletów chirurgicznych dopuszczonych do stosowania na bloku operacyjnym zgodnych z wymaganiami normy EN 13795?
Odp. Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

25. Pakiet 4 Czy Zamawiający oczekuje w celu potwierdzenie spełnienia wymogów normy EN 13795 przedstawienia raportu z badania gotowego produktu?
Odp. Dopuszczamy.

26. Pakiet 4 Czy Zamawiający wymaga, aby komplety posiadały bluzę wyposażoną w min. 3 kieszenie?
Odp. Dopuszczamy.

27. Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści wycenę masek w opakowaniu a'50 sztuk z przeliczeniem ilości.
Odp. Dopuszczamy.

28. Pakiet 6 Czy Zamawiający dopuści czepek włókninowy okrągły z gumką, niesterylny o gramaturze 25g/m²?
Odp. Dopuszczamy.

29. Pakiet 10 Czy Zamawiający dopuści wycenę fartuchów za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem wymaganej ilości?
Odp. Dopuszczamy.

30. Pakiet 13 Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający o wymiarach 210x160 cm?
Odp. Dopuszczamy.


31. Pakiet 14 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści poszwę jednorazową w rozmiarze 160 x 210 cm?
Odp. Dopuszczamy.

32. Pakiet 14 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210cm?
Odp. Dopuszczamy.

33. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści Fartuch ochronny z włókniny 30g/m² z mankietami, jednorazowego użytku, niesterylny, rozmiar uniwersalny. W kolorze zielonym lub niebieskim. Na opakowaniu informacja o produkcji.?
Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym

34. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści Fartuch ochronny z włókniny 35g/m² z mankietami, jednorazowego użytku, niesterylny, rozmiar uniwersalny. W kolorze zielonym lub niebieskim. Na opakowaniu informacja o produkcji.?
Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

35. Pakiet nr 3 Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny z nieprzemakalnymi wstawkami (nieprzemakalne wstawki w części przedniej i w rękawach) 35g/m², jednorazowego użytku,



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

długi rękaw zakończony mankietem niesterylny. W kolorze zielonym lub niebieskim. Rozmiar XL-XXL - do wyboru. Na opakowaniu informacja o produkcji.?

Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

36. Pakiet nr 4 Czy Zamawiający dopuści ubranie medyczne w których spodnie są mocowane na gumkę w pasie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Dopuszczamy.

37. Pakiet nr 4 Czy Zamawiający dopuści ubranie medyczne z włókniny SMS 35g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

38. Pakiet nr 6 Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny z włókniny PP 16g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Dopuszczamy.

39. Pytanie 1 pakiet nr 7, 8

Ze względu na planowane użycie masek z filtrem FFP2 oraz FFP3 w środowisku medycznym, czyli w szpitalach lub innych jednostkach o podobnym charakterze maski żądane przez Zamawiającego powinny dodatkowo spełniać wymogi ustawy o wyrobach medycznych i Dyrektywy Rady 93/42/EWG. W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie z zapisach SIWZ wymogu rejestracji oferowanych masek FFP2 i FFP3 jako wyrób medyczny, czyli masek objętych 8 % stawką podatku VAT o podwójnej ochronie pasywno – aktywnej, chroniącej zarówno użytkownika (jako środek ochrony indywidualnej) jak i otoczenie (jako wyrób medyczny), spełniają normy PN – EN 149+A1:2010 plus normę EN 14683:2019+AC:2019 oraz zgodną z Dyrektywy Rady 93/42/EWG

Odp. Dopuszczamy.

40. Pytanie 2 pakiet nr 7, 8

Czy Zamawiający kierując się Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych wymaga aby każda maska była pakowana indywidualnie w opakowania zawierające instrukcję użytkowania? Indywidualne opakowania dadzą Zamawiającemu możliwość zachowania czystości biologicznej oraz zapobiegą zakażeniom krzyżowym?

Odp. Dopuszczamy.

41. Pytanie 3 pakiet nr 7, 8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek przeznaczonych do procedur medycznych i chirurgicznych?

Odp. Dopuszczamy.


42. Pytanie 4 pakiet nr 7, 8

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy zgodnie z normą 149:2001 Zamawiający wymaga aby na każdej masce była uwidoczniona nazwa producenta, znakowanie identyfikujące typ maski, numer i rok publikacji normy oraz CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej? Zwracamy się z prośbą aby w przypadku postawienia takiego wymogu, Zamawiający w celu potwierdzenia uwidocznienia powyższego oznakowania wymagał dostarczenia próbek oferowanego produktu? Tylko weryfikacja próbek pozwoli Zamawiającemu na określenie spełnienia powyższych wymogów.

Odp. Dopuszczamy.

43. Pytanie 5 pakiet nr 7, 8

Biorąc pod uwagę fakt że maseczki spełniają swoje właściwości tylko w momencie gdy ściśle przylegają do twarzy, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy chcąc zapewnić szczelność podczas użytkowania, wymaga aby maseczki oprócz zacisku nosowego posiadały również



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

dodatkową piankową uszczelką oraz **klips z możliwością regulacji** do połączenia gumek z tyłu głowy?

Odp. Dopuszczamy.

44. Pakiet 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 35 g/m kw., rozmiar L?
Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

45. Pakiet 3 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 30 g/ m kw., rozmiar L (dl. 127 cm szer. 130 cm) i XL (dl. 142 cm . szer. 150 cm) w kolorze żółtym?

Odp. Gramatura ma być zgodna z zapytaniem ofertowym, pytanie odnośnie roz. L, XL oraz koloru- dopuszczamy.

46. Pakiet nr 4. Czy zamawiający zezwala na zaoferowanie spodni w gumkę a nie wiązanych na troki? Reszta wymagań zgodna z zapytaniem ofertowym.

Odp. Dopuszczamy.

47. Pakiet nr 3 Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego z nieprzemakalnymi wstawkami?

Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

48. Pakiet nr 4 Poz. nr 5 i 6 (roz. XXXL) – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania operacyjnego w roz. XXXL gdzie bluza i spodnie pakowane są osobno?

Odp. Dopuszczamy.

49. Pakiet nr 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z włókniny trójwarstwowej typu SMS gramatura 35g/m² z nieprzemakalnymi wstawkami o gramaturze 40g/m² (nieprzemakalne wstawki w części przedniej i w rękawach), jednorazowego użytku, długi rękaw zakończony ściągaczem, niesterylny. W kolorze niebieskim. Rozmiar XL-XXL - do wyboru. Na opakowaniu informacja o produkcie?

Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

50. Zadanie 5 czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek o szerokości 18 cm +/-0,5cm po całkowitym rozłożeniu zakładek dopasowujących maskę do twarzy? Maski, zgodnie z normą, powinna być dokładnie dopasowana do nosa, ust i podbródka - niektóre oferowane obecnie maski są wąskie mało stabilnie trzymają się na podbródku, podciągając się w kierunku ust.

Odp. Rozmiar wyrobu na płasko ma mieć wymiary co najmniej 17,5 cm x 9cm.

51. Zadanie 5 czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych z ciśnieniem różnicowym 25 Pa/cm² +/-5 Pa/cm² i czystością mikrobiologiczną na poziomie maksimum 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1? Szczególnie ważne jest ciśnienie różnicowe, które na poziomie 25 Pa/cm² daje gwarancję swobody w oddychaniu, co pozwala na zachowanie pełnego komfortu pracy przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika.

Odp. Dopuszczamy.

52. Dot. umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby data ważności i numer serii były naniesione na dokument WZ?

Data ważności i numer serii nie muszą być zamieszczane na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania daty ważności i numeru serii na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione. Bezwzględne wymaganie zamieszczenia daty ważności i numeru serii na fakturze wymusi więc na tych wykonawcach zorganizowanie dla Zamawiającego specjalnej obsługi, co będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, które wpłyną na kalkulację i wysokość oferowanej ceny. Brak modyfikacji § 3 ust. 3 wzoru umowy może zatem doprowadzić do zaoferowania w przetargu wyższych cen.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 3 ust. 3 na następujący: "Do dostarczonego w ramach zamówienia towaru musi być załączona faktura zawierająca: producenta, ilość, cenę jednostkową i wartość całej faktury".

53. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 c) wzoru umowy wyrażenie „10% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym

54. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu § 7 ust. 1 „Zmiana stawki podatku VAT nie powoduje zmiany ceny brutto, zmianie ulega cena netto.” Na „Zmiana stawki podatku VAT nie powoduje zmiany ceny netto, zmianie ulega cena brutto”?

Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

55. Pakiet 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kombinezonów odpowiednio w rozmiarach:

- rozmiar M (szerokość w klatce piersiowej 94-102cm)
- rozmiar L (szerokość w klatce piersiowej 102-110cm)
- rozmiar XL (szerokość w klatce piersiowej 110-118cm)
- rozmiar XXL (szerokość w klatce piersiowej 118-129cm)?

Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

55. Pakiet 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha o gramaturze 25g/m²?



Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

56. Pakiet 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha sterylnego?

Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

57. Pakiet 3 – Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszywkę przy lamówce. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Rozmiar: L, XL. Wyrób medyczny zgodny z obowiązującą dyrektywą 93/42/EWG?


Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16




Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

58. Pakiet 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrań w rozmiarach M – XXL (XXL – w klatce piersiowej 136cm)?
Odp. Dopuszczamy.
59. Pakiet 6 – Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m²?
Odp. Dopuszczamy.
60. Pakiet 6 – Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 25g/m²?
Odp. Dopuszczamy.
61. Pakiet 8 – Czy Zamawiający dopuści: półmaska filtrująca FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 . Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,28 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 0,72 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 2,77 mbar (277 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 2,37 mbar (237 Pa), z zaworem, kopułowa konstrukcja, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nos, pianka uszczelniająca od strony wewnętrznej na całym obwodzie półmasksi, regulowane gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Opakowanie a'5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. W celu potwierdzenia zgodności produktu należy załączyć deklarację zgodności, certyfikat badania typu UE?
Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.
62. Pakiet 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ochraniaczy włókninowych?
Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.
63. Pakiet 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ochraniaczy polietylenowo – polipropylenowych o gramaturze 63g/m²?
Odp. Dopuszczamy.
64. Pakiet 11, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu bibułowego 2-warstwowego?
Odp. Dopuszczamy.
65. Pakiet 13 – Czy Zamawiający dopuści koc w rozmiarze 210cm x 110cm?
Odp. Dopuszczamy.
66. Pakiet 14, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści poszewkę medyczną jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowa, kolor zielony. Wymiary 60cm x 80cm, szerokość zakładki zamykającej 10cm?
Odp. Dopuszczamy.
67. Pakiet 14, pozycja 1-3 – Czy Zamawiający dopuści poszewkę, poszwę i prześcieradło o gramaturze 25g/m²?
Odp. Dopuszczamy.
68. Pakiet 14, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści poszwa medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowa, kolor zielony. Wymiary 160cm x 210cm, szerokość zakładki zamykającej 15cm?
Odp. Dopuszczamy.
69. Pakiet 14, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160 x 210cm?
Odp. Dopuszczamy.
70. Pakiet 14, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 35g/m²?





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp. Dopuszczamy.

Sporządziła:

Dział Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Szpital Powiatowy w Chrzanowie
32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16
tel. 32 624 70 34 ; 32 624 70 39
fax. 32 623 70 72

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Ingr Artur Burawski

