

ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
Szef płk Jarosław NĘCKA

Warszawa, dnia 17 września 2024 r.

Adresaci:

Do wszystkich

dotyczy: Il wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), oznaczenie RZP/37/OZZW/2024

Zamawiający – Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej **zawiadamia**, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp.), w dniu **16.09.2024 r.** wpłynął wniosek o **wyjaśnienie treści SWZ**, w postępowaniu oznaczonym nr RZP/37/OZZW/2024, **dostawa elementów rotacyjnych do zestawów IPMED i walizek reanimacyjnych dla ŻW.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp. **udziela wyjaśnień treści SWZ**, w załączniku do niniejszego pisma – WYKAZ PYTAŃ i WYJAŚNIEŃ treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że w wyniku konieczności udzielenia wyjaśnień na podstawie art. 286 ust. 2 ustawy Pzp. przedłuża termin składania ofert wyznaczając go w dacie **20.09.2024 r.**, godz. **10:00**. Zmianę treści ogłoszenia w zakresie zmiany terminu składania ofert w dniu **17.09.2024 r.** Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Załącznik: **WYKAZ PYTAŃ i WYJAŚNIEŃ w treści SWZ**

Sporządzający:

Katarzyna AKONOM
tel. 261-853-247
e-mail: ozzw.szp@ron.mi.pl
T. SZP 241 kat. B-5

Zatwierdzający:

Szef Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
płk Jarosław NĘCKA

WYKAZ PYTAŃ i WYJAŚNIŃ treści SWZ

III. Pytania z dnia 16.09.2024	
Zapytanie:	Odpowiedź:
<p>4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobów pochodzących z produkcji z IV kwartału 2023 r. tj. spełniającego wytyczne Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia. Według wytycznych dopuszczalna jest dostawa produktów z terminem ważności wynoszącym 80%.</p>	<p>Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie wyrobów z zalecanym okresem ważności w dniu dostawy nie krótszym niż 80% całkowitego okresu ważności.</p>
<p>Zamawiający w wyniku udzielonych wyjaśnień przekazuje zmodyfikowane załączniki do SWZ.</p>	
<p>5. Dotyczy pozycji RURKA KRTANIOWA Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dwukanałowej rurki krtaniowej LTS-D. Rurka LTS-D to rurka z dwoma niezależnymi kanałami otwartymi. Jeden kanał do drenażu do sondy żołądkowej oraz drugi kanał do wentylacji. Rurka LT-D tj. JEDYNA z pojedynczym kanałem oddechowym nie jest już produkowana od 2017 r. i została zastąpiona dwukanałową rurką LTS-D.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwukanałowej rurki krtaniowej LTS-D zgodnie z „Instrukcją eksploatacji medycznej zestawów ratownictwa taktycznego”.</p>
<p>6. Biorąc pod uwagę fakt, iż zestaw dojścia doszpikowego wskazany w pozycji 4 zadania nr 3 aktualnie posiada maksymalnie 2letni termin ważności od dnia produkcji czy Zamawiający podobnie jak w postępowaniach przetargowych ogłaszanych przez inne Wogi oraz WOFITM dopuści na zasadzie równoważności możliwość zaoferowania jednorazowego zestawu do szybkiej infuzji doszpikowej NIO z dłuższym niż wymagany (5 letnim) całkowitym terminem ważności, o następujących parametrach: - bardzo prosta, automatyczna konstrukcja, pozwalająca na szybką lokalizację miejsca wkłucia i dostęp naczyniowy w ciągu 10 sekund zarówno z kości piszczelowej oraz z kości ramiennej w każdych warunkach - system jest bardzo prosty w stosowaniu, a umiejętności konieczne do obsługi wymagają minimalnego treningu, - konstrukcja zabezpieczająca przed zbyt głębokim wbiciem mandrynu w szpik, a po założeniu dostępu pozwalająca na jego automatyczną stabilizację - sterylne, nie wymagający czynności konserwacyjnych, gotowy do natychmiastowego użycia - niewielkie wymiary opakowania. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności wyżej oferowanego rozwiązania. Jest to wkłucia dopuszczane już w chwili obecnej przez wszystkie WOGi oraz WOFITM. JEDYNY zestaw dojścia doszpikowego, które spełniał wymagania ma obecnie skrócony przez producenta całkowity termin ważności wynoszący 2 lata. Złożenie oferty na ten asortyment bez dopuszczenia produktu 2letniego lub wyżej opisanego wkłucia 5letnie spowoduje, iż złożenie oferty w postępowaniu będzie nierealne a postępowanie będzie musiało zostać unieważnione. PRODUKT OPISANY W WYMAGANIACH OBECNIE NIE ISTNIEJE.</p>	<p>Zgodnie z „Instrukcją eksploatacji medycznej zestawów ratownictwa taktycznego” Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie, czyli zestaw do szybkiej infuzji doszpikowej NIO posiadający 5-letni termin ważności.</p> <p>Ponadto Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotu opisanego w OPZ w zadaniu nr 3, poz. 4 Zestaw dojścia doszpikowego, pkt k) z okresem ważności min. 2 lata.</p>
<p>Specyfikacja Warunków Zamówienia, w Rozdziale XIV, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, ust. 4 i 6</p>	
Przed zmianą:	Po zmianie:
<p>4. Termin składania ofert upływa 18.09.2024 r. godz. 10:00. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w Platformie, poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę.</p> <p>6. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w dniu 18.09.2024 r. godz. 10:15, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin przyjmowania ofert.</p>	<p>4. Termin składania ofert upływa 20.09.2024 r. godz. 10:00. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w Platformie, poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę.</p> <p>6. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w dniu 20.09.2024 r. godz. 10:15, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin przyjmowania ofert.</p>
<p>Specyfikacja Warunków Zamówienia, w Rozdziale XV, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, ust. 1</p>	
Przed zmianą:	Po zmianie:
<p>1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17.10.2024 r. (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.</p>	<p>1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.10.2024 r. (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.</p>
<p>Zamawiający w wyniku zmian treści SWZ w Biuletynie Zamówień Publicznych dokonał zmiany treści ogłoszenia w zakresie wskazanym powyżej.</p>	