



Nr postępowania: WIM/ZP/25/2023

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI DO SWZ

Działając na podstawie **art. 284 ust 1 i 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) zawiadamia się, że w dniu 10.10.2023 r. wpłynęło pytanie w postępowaniu, na:

„dostawę maszyny wytrzymałościowej dedykowanej do rozciągania mini próbek z jednoczesnym zastosowaniem cyfrowej korelacji obrazu (DIC)”

o treści:

Pytanie 1:

Część 1, pozycja 7

Czy zamawiający dopuści urządzenie o częstotliwości próbkowania 1000Hz?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na urządzenie o częstotliwości próbkowania 1000Hz i nie zmienia zapisu w Załączniku nr 2 Formularza wymagań technicznych do SWZ, w poz. 7, w części nr 1.

Sprostowanie do wyjaśnienie nr 1 do SWZ

Zamawiający omyłkowo wpisał w części nr I, w poz. 2 i 5 parametry i zmienia jego zakres w tych pozycjach.

Było:

Poz. 2 Zakres pomiaru siły bez przeciążania dla ramy maszyny - 2-4 kN

Poz. 5 Zakres czujnika siły - 2-4 kN

Jest:

Poz. 2 Zakres pomiaru siły bez przeciążania dla ramy maszyny - 3-5 kN

Poz. 5 Zakres czujnika siły - 3-5 kN

Jednocześnie Zamawiający na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. poz. 1605) modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

Było:

„ XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

2. Ofertę należy złożyć do dnia 12.10.2023 r. do godziny 10:00.

3. Otwarcie ofert nastąpi 12.10.2023 r. o godz. 10:15.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.11.2023 r. (art. 307 ust.1 ustawy PZP).”



Jest:

„ XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 2. Ofertę należy złożyć do dnia ~~12.10.2023 r.~~ 17.10.2023 r. do godziny 10:00.**
- 3. Otwarcie ofert nastąpi ~~12.10.2023 r.~~ 17.10.2023 r o godz. 10:15.**

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia ~~10.11.2023 r.~~ 17.11.2023 r. (art. 307 ust.1 ustawy PZP).”

Zatwierdzam

/-/

PRODZIEKAN

Wydziału Inżynierii Materiałowej
dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski
– profesor uczelni