

## OGŁOSZENIE

### Odowiedzi do zapytań, do postępowania 09/TP/2024

(art. 135 pzp)

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne,  
w trybie PODSTAWOWYM,  
zgodnie z art. 275, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm), zwanej dalej „ppz”,  
wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,  
na: **DOSTAWĘ GAZÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO**

Z dnia: **01-07-2024r.**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Nazwa (firma) Zamawiającego | SZPITAL TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA   |
| Adres Zamawiającego         | SZPITAL TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA<br>UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.<br>TEL./FAX 58.777.66.73<br>Adres poczty elektronicznej: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl<br>Adres strony internetowej: <a href="http://www.szpitaletczewskiesa.pl">www.szpitaletczewskiesa.pl</a><br>KRS:0000386185, NIP: 593-25-26-795, REGON: 220620689, BDO000038394 |

## Pytania 1.

### 1.1. Podpisanie umowy

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

### Uzasadnienie (Interpretacja UZP):

<https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzp-mozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej,-czyli-w-postaci-elektronicznej-opatrzonej-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym-2020-12-04>

### 1.2. Załączniki nr 4 do SWZ projekt umowy §1 pkt. 6

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania, rozładunku oraz wniesienia (w tym także napełnienia zbiornika) PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na własny koszt i ryzyko do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego, w Tczewie:

- przy ulicy 30-go Stycznia 57/58, lub/i
- przy ulicy 1 Maja 2, lub/i
- przy ulicy Paderewskiego 11

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu dotyczącego wnoszenia butli, gdyż w związku z obowiązującymi przepisami przewozu substancji niebezpiecznych ADR, a także zgodnie z ogólnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, kierowcy przekazują odbiorcy produkty butlowe wyłącznie w specjalnie do tego przeznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw. Ze względów bezpieczeństwa wykluczone jest pozostawienie

przez kierowcę pojazdu i dostarczanie produktów butlowych bezpośrednio do oddziałów szpitalnych, aptek szpitalnych, oddziałów ratunkowych, izb przyjęć, gabinetów lekarskich i zabiegowych. Ta sama zasada dotyczy również odbioru pustych butli.

Wnosimy do Zamawiającego o uszczegółowienie zapisów dotyczących docelowego miejsca dostarczania zamówionego towaru (butle) na brzmienie: Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczanie gazów do magazynów Zamawiającego przeznaczonych na gazy butlowe zlokalizowanych na terenie Szpitala wskazanych w zamówieniu.

### **1.3. Załączniki nr 3 do SWZ Pakiet 8. Dostawa podtlenku azotu**

W celu przygotowania rzetelnej, a jednocześnie konkurencyjnej oferty prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie formularza cenowego poprzez dodanie dodatkowych pozycji i określenie ilości dzierżawionych butli dla podtlenku azotu medycznego (podobnie jak w pakiecie nr 3):

- Transport butli – ilość sztuk
- Cena dzierżawy 1 butli podtlenku azotu medycznego tzw. butlodniach – 1 butlodzień

### **1.4. Załączniki nr 3 do SWZ Pakiet 6. Dostawa gazu medycznego sprężonego - mieszanina medycznego podtlenku azotu z tlenem medycznym w proporcji 50% na 50%**

1.4.1. Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, oferowany konkretny typ/model zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu ma być dedykowany przez producenta tylko i wyłącznie do podawania tejże mieszaniny, z wyłączeniem innych gazów sprężonych?

1.4.2. Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, fabrycznie oryginalny zawór dozujący (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny, tzn. nie ma w nim być elementów, które pacjent i/lub osoba odwiedzająca i/lub personel Zamawiającego (w zgodzie z definicją zawartą w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, w art. 2 pkt. 37 i/lub 38 – użytkownik/laik) bez użycia dedykowanych do tego narzędzi może swobodnie odkręcić, usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu.

1.4.3. Czy Zamawiający może potwierdzić z pełną stanowczością, iż w trakcie realizacji umowy i wynikającego z niej użytkowania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu, nie będzie wykorzystywał w/w mieszaniny do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądanym jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego, w zależności od zaistniałych potrzeb, tj. w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 godzin bez kontrolowania morfologii krwi.

1.4.4. Czy przedmiotem oferty ma być urządzenie (zaworu dozującego do podawania

mieszaniny gazów tj. 50 % tlen i 50% podtlenek azotu), które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części”, dotyczące wszystkich sytuacji przewidzianych przez producenta w instrukcji obsługi?

1.4.5. Czy mieszanina gazów N<sub>2</sub>O 50% + O<sub>2</sub> 50% (przeznaczona do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądanym jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego) ma być dostarczana w lekkich butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym wyposażonym w przepływomierz umożliwiającym ustawienie przepływu co najmniej w 12 różnych zakresach przepływu wyrażonych w l/min (w tym wartość początkowa - 0 l/min)?

1.4.6. Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną 50% tlen medyczny/ 50% podtlenek azotu medyczny wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem lub inny równoważny sprzęt jednorazowy, ewentualnie dopuszczony przez Zamawiającego) mają być zapakowane wspólnie w jednym najmniejszym dostępnym opakowaniu jednostkowym – 1 pojedynczy komplet ? i pochodzić od producenta, który jest jednocześnie wytwórcą zaworu dozującego do podawania opisanej powyżej mieszaniny?

**Odpowiedź:**

**Ad. 1.1. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający może jednak wysłać umowę do podpisu, pod warunkiem szybkiego zwrotu podpisanego egzemplarza.**

**Ad. 1.2. Zapis powyższy jest zapisem ogólnym, który zostanie dostosowany na etapie sporządzenia umowy, w zależności od oferowanego pakietu. W przypadku dostawy butli wyrażamy zgodę na dostarczanie ich do wyznaczonego miejsca w odpowiedniej lokalizacji. Stosowne modyfikacje (MIN. WYKREŚLENIE SŁOWA WNIESIENIA) zostaną wprowadzone na etapie sporządzania umowy, zaś o miejscu do którego należy dostarczać butle i odbierać puste Zamawiający poinformuje Wykonawcę przed pierwszą dostawą.**

**Ad. 1.3. Te koszty muszą być wliczone w cenę gazu. Postępować zgodnie ze SWZ**

**Ad. 1.4.1. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

**Ad. 1.4.2. Ma być jednoelementowy i nierozkręcalny. Pozostałe parametry zgodne ze SWZ. Zamawiający oczekuje urządzenia bez konieczności ingerencji w jego strukturę. Wykonawca musi tak skalkulować cenę oferty, aby Zamawiający nie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.**

**Ad. 1.4.3. Wymagania, co do przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w zał. nr 3 do SWZ. Proszę postępować zgodnie z zapisami SWZ.**

**Ad. 1.4.4. Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie zawarte w instrukcji użytkowania wydanej przez producenta.**

**Ad. 1.4.5. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 1.4.6. Opakowanie / producent / wytwórca do decyzji Wykonawcy. Wszystko musi jednak być ze sobą kompatybilne.**

Zatwierdził: Prezes Zarządu – Maciej Bieliński