



Nr ref. 33/2019

Katowice, 2019-11-26

W y k o n a w c y
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego w postępowaniu pn:
„Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018 poz.1986 z późn. zm.) w poniższej tabeli udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy Część 2 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego. Parametry wymagane Pkt. 9: „Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora (+2°C + 12°C).” Zapytanie: Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający system chłodzenia odczynników w zakresie (+2°C + 8°C)? Uzasadnienie: Oferowany system chłodzenia odczynników posiada węższy zakres temperatury co zapewnia prawidłowe przechowywanie oraz wydłużenie stabilności odczynników na pokładzie analizatora.</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza.
2.	<p>Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy Część 2 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego. Parametry wymagane Pkt. 22: „Melodyki badań, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i autoryzowane przez producenta aparatu aplikacje (dołączyć obowiązkowo z pierwszą dostawą analizatora w formie papierowej).” Zapytanie: Czy Zamawiający dopuści aplikacje opracowane i sprawdzone przez autoryzowanego dystrybutora analizatora na terenie RP nie posiadające autoryzacji producenta analizatora? Uzasadnienie: Oferowany analizator posiada system odczynnikowy całkowicie otwarty w związku z czym może pracować z odczynnikami pochodzącymi od innego producenta niż analizator i nie wymaga autoryzacji aplikacji przez producenta analizatora. Aplikacje do poszczególnych testów zostały opracowane przez producenta odczynników oraz autoryzowanego dystrybutora oferowanego analizatora na terenie RP. Ponad 30 letnie doświadczenie w branży diagnostyki laboratoryjnej oraz wieloletnia współpraca z producentem oferowanego analizatora pozwoliły na opracowanie aplikacji w taki sposób aby otrzymane wyniki były prawidłowe i dokładne.</p>	Zamawiający nie dopuszcza aplikacji nie posiadających autoryzacji producenta analizatora.
3.	<p>Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy Część 2 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego. I Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych. Zapytanie: Czy oprócz amylazy, białka i kwasu moczowego Zamawiający zamierza wykonywać oznaczenia dodatkowych parametrów w moczu? Jeśli tak to prosimy o udzielenie informacji jakie będą to parametry. Uzasadnienie: Informacja na temat parametrów oznaczanych w moczu jest niezbędna do prawidłowego przygotowania oferty.</p>	Zamawiający informuje, że oprócz amylazy, białka i kwasu moczowego w moczu oznaczone będą: kreatynina, elektrolity, wapń i fosfor. Harmonogram wykonywania badań kontrolnych i moczu 4 razy w tygodniu na dwóch poziomach.
4.	<p>Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy Część 2 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego. I Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych.</p>	Zamawiający wymaga skalkulowania ilości Kalibratorów zgodnie z SIWZ, zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce. Ilość kontroli zgodnie z SIWZ – zgodnie z



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

lp	Pytanie	Odpowiedź
	Zapytanie: Czy Zamawiający wymaga skalkulowania ilości Kalibratorów i Kontroli zgodnie informacjami zawartymi w ulotce na temat ich stabilność po otwarciu?	harmonogramem.
5.	Pytania do wzoru umowy: (§ 9 ust 1 pkt 1 i b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
6.	Pytania do wzoru umowy: (§ 9 ust 1 pkt b i ust 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7.	Pytania do wzoru umowy: W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.	Zamawiający informuje, iż kara ma również charakter dyscyplinujący a nie tylko ekonomiczny, wobec czego nie przedstawia kalkulacji.
8.	Pytania do wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?	Zmiany będą wprowadzane zgodnie z zapisami w pkt 16.4 i 16.5 SIWZ.
9.	Pytania do wzoru umowy: Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?	Zmiany będą wprowadzane zgodnie z zapisami w pkt 16.4 i 16.5 SIWZ.
10.	Pytania do wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dołączą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
11.	Pytania do wzoru umowy: Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?	Zmiany będą wprowadzane zgodnie z zapisami w pkt 16.4 i 16.5 SIWZ.
12.	Pytania do wzoru umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego produktu?	Zamawiający będzie rozpatrywał wszelkie okoliczności potencjalnych zmian indywidualnie w przypadku ich zaistnienia oraz zweryfikowania powodów tych zmian.
13.	Pytania do wzoru umowy: Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?	Nie.
14.	Pytania do wzoru umowy: Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.	Zamawiający będzie rozpatrywał wszelkie okoliczności potencjalnych zmian indywidualnie w przypadku ich zaistnienia oraz zweryfikowania powodów tych zmian.
15.	Pytania do Części 2 postępowania dotyczy wymagania techniczne nr 5 Czy zamawiający wymaga aby modul ISE wykonywał oznaczenia metodą potencjometrii bezpośredniej?	Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.
16.	Pytania do Części 2 postępowania dotyczy wymagania techniczne nr 7 Czy zamawiający wymaga aby proponowany analizator umożliwiał identyfikację próbek oraz odczytników za pomocą zewnętrznego i wewnętrznego czynnika kodów kreskowych?	Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.



lp	Pytanie	Odpowiedź
17.	Pytania do Części 2 postępowania dotyczy wymagania techniczne nr 9 Czy zamawiający dopuści analizator z chłodzeniem odczynnika na pokładzie analizatora w zakresie +4°C do +8°C?	Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.
18.	Pytania do Części 2 postępowania dotyczy wymagania techniczne nr 11 Czy Zamawiający wymaga monitorowania zużycia odczynników w czasie rzeczywistym z weryfikacją ilości testów na podstawie objętości odczynnika?	Zgodnie z SIWZ.
19.	Pytania do Części 2 postępowania dotyczy wymagania techniczne nr 12 Czy zamawiający dopuści analizator pracujący w trybie badanie po badaniu i umożliwiający dostawianie próbek CITO w dowolnym miejscu na statywie i oznaczania ich jako CITO bez przerywania pracy analizatora?	Zamawiający nie dopuszcza analizatora pracującego w trybie badanie po badaniu.
20.	Pytania do Części 2 postępowania dotyczy wymagania techniczne nr 13 Czy zamawiający wymaga aby próbki, odczynniki były podawane na pokład analizatora w stawach nie jako rotor bez przerywania pracy, bez zmiany trybu pracy na stand-by, stop, itp.	Zgodnie z SIWZ.
21.	Pytania do Części 2 postępowania dotyczy wymagania techniczne nr 16 Czy zamawiający wymaga aby analizator posiadał możliwość automatycznego rozcieńczania próbek poza zakresem liniowości oraz rozcieńczania służyonych kalibratorów?	Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.
22.	Pytania do Części 2 postępowania dotyczy wymagania techniczne nr 17 Czy zamawiający dopuści możliwość wstawienia do analizatora dwóch serii odczynnika jednej metody oraz możliwość ich jednoczesnego używania na wykonanej najświeższej kalibracji?	Zgodnie z SIWZ.
23.	Pytania do Części 2 postępowania dotyczy wymagania techniczne nr 24 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora który o wszelkich nieprawidłowościach informuje poprzez kody błędów?	Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.
24.	Pytania do Części 2 postępowania Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kalkulując częstość kalibracji i ilość kalibratorów założyć że kalibracja będzie wykonywana dopiero w sytuacji, kiedy kontrole jakości będą przekraczały dopuszczalne granice, a tym samym będą wskazywały na konieczność jej wykonania? Takie rozwiązanie pozwoli na zaoferowanie ilości materiału kontrolnego i kalibratorów zgodnie ich rzeczywistym zużyciem, a nie z ich teoretyczną stabilnością? Taka kalkulacja pozwoli na ekonomiczne skalkulowanie wartości oferty.	Zamawiający nie wyraża zgody.
25.	Pytania do Części 2 postępowania Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w pytaniu nr 6 prosimy o potwierdzenie że oferent może zaproponować i wycenić kontrole, kalibratory, odczynniki oraz części zużywalne kierując się najlepszą wiedzą i doświadczeniem producenta i użytkownika.	Zamawiający nie wyraża zgody.
26.	Pytania do Części 2 postępowania Czy zamawiający wymaga aby analizator pracował z wykorzystaniem jednorazowych kuwet pomiarowych?	Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.
27.	Pytania do Części 2 postępowania Czy zamawiający wymaga zaoferowania do wszystkich parametrów oprócz analiz wykonywanych w moczu oraz CK-MB nieproducentckich kontroli płynnych, gotowych do użycia?	Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.
28.	Pytania do Części 2 postępowania Czy zamawiający wyrazi zgodę aby dla parametrów rzadko wykonywanych – alkohol etylowy, albumina, amylaza w moczu – zostało założone wykonywanie kontroli przy każdym oznaczeniu gdyż według ilości podanych badań powyższe parametry nie będą wykonywane codziennie.	Zamawiający wyraża zgodę.
29.	Dotyczy – Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator z wbudowanym komputerem sterującym (środowisko Windows) zapewniający dwukierunkową komunikację z systemem informatycznym Zetnet?	Zamawiający wyraża zgodę.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

lp	Pytanie	Odpowiedź
30.	Dotyczy – Załącznik nr 1 do SWIZ, pkt 5 Czy Zamawiający wymaga podanej w zał. nr 1, pkt 5 liniowości (parametr WBC – od zera do 40 tys/ul) dla próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczenia	Zamawiający wymaga liniowości od 0 do 400 tys/ul dla próbki pierwotnej bez wstępnego rozcieńczenia.
31.	Dotyczy – Załącznik nr 1 do SWIZ, pkt 10 Prosimy o podanie z jaką częstotliwością Zamawiający wymaga bezpłatnego udziału w kontroli SOWAMED dla rozdziału 5-DIFF.	Zamawiający informuje iż 1 raz w roku.
32.	Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 2: § 2 ust. 3 Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużycia odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużycia odczynników przez Zamawiającego. Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu: „z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
33.	Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 2: § 2 ust. 7 Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: „z wyłączeniem krwi kontrolnej, która jest rozdysponowywana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”. Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.	Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji zapisów § 2 ust. 7 który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Towar którego termin ważności do użycia jest nie krótszy niż 2/3 terminu ważności określonej przez producenta z wyłączeniem krwi kontrolnej, która jest rozdysponowywana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”
34.	Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 2: § 4 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez zmianę określenia: z „od dnia zawarcia umowy” na „od dnia podpisania umowy przez obie Strony”	Zamawiający nie wyraża zgody.
35.	Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 2: § 4 ust. 10 tiret drugie Czy poprzez zapis „blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych „materiałów” niezbędnych do prawidłowej pracy Urzędu” należy rozumieć opis analizatora i/lub instrukcje.	Tak. Zamawiający potwierdza.
36.	Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 2: § 5 ust. 4 Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni umowę szczególnie podatną na oddziaływanie czynników cenotwórczych. Prosimy zatem o uzupełnienie zapisu w § 5 ust. 4 poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu”	Zmiany będą wprowadzane zgodnie z zapisami w pkt 16.4 i 16.5 SIWZ.
37.	Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 2: § 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby faktura VAT nie była dostarczana razem z wymaganym dokumentem o którym mowa § 3 ust. 7 umowy – protokołem zdawczo-odbiorczym. Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlową, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona wraz z towarem do którego Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca zgodnie z treścią art. 106i. ustawy z	Zamawiający informuje iż dopuszcza przekazanie faktury VAT w terminie późniejszym niż prawidłowo potwierdzony list przewozowy lub protokół zdawczo-odbiorczy



Ip	Pytanie	Odpowiedź
	<p>dnia 11 marca 2004 r. o podalku od towarów i usług zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, nie ma zatem obowiązku wystawiania faktury i dostarczania jej wraz z chwilą wydania towaru. Jeżeli tak prosimy o wykreślenie zapisu „wraz z wymaganym dokumentem o którym mowa §3 ust. 7 umowy”</p> <p>Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z towarem elektronicznej faktury VAT na wskazany adres poczty elektronicznej?</p> <p>Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodanie zapisu „Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty elektronicznej.....”</p>	
38.	<p>Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 2: § 7 ust. 6 Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
39.	<p>Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 2: § 8 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”?</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
40.	<p>Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 2: § 8 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu na usunięcie wady Urządzenia poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”?</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
41.	<p>Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 2: § 8 ust. 5 Prosimy o dookreślenie zapisu poprzez dodanie „W przypadku przedłużenia naprawy (powyżej 24 godzin w dni robocze)”.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
42.	<p>Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 2: § 9 ust. 1 pkt a) Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: „za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
43.	<p>Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 2: § 9 ust. 2 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu na wymianę wadliwego Towaru poprzez dodanie zapisu „w terminie 3 dni roboczych”?</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
44.	<p>Dotyczy Wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: 1. § 2 ust. 1 Prosimy o rozszerzenie katalogu przetwarzanych danych o adres, datę urodzenia, PESEL.</p>	Tak. Zamawiający rozszerza katalog o dane określone w zapytaniu.
45.	<p>Dotyczy SIWZ, Rozdział 6 pkt 6.3.1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przedstawił informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym? Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomił w dniu 28 czerwca 2012 roku internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.</p>	Tak.
46.	<p>dotyczy część nr 1 parametry wymagane nr 14 Prosimy o doprecyzowanie co zamawiający ma na myśli jako osobny tryb dla pomiaru próbek leukopenicznych. Czy zamawiający ma na myśli aby analizator posiadał możliwość flagowania leukopenii automatycznie przez analizator? Ze znajomości rynku analizatorów hematologicznych wnioskujemy, iż nie ma</p>	Zgodnie z SIWZ.



lp	Pytanie	Odpowiedź
	możliwości badania próbek oznaczonych jako leukopoemiczne w jakimkolwiek odrębnym kanale pomiarowym. Badanie próbki polega na zliczaniu leukocytów w kanale do tego przeznaczonym i flagowaniu wyniku jeżeli występuje leukopenia czyli przekroczenie w badanym materiale normy liczby leukocytów (równo lub mniej 4000 Leu/ul).	
47.	Rozdział 4 SIWZ oraz formularz oferty – Czy nie zaszła omyłka pisarska w określaniu daty rozpoczęcia obowiązywania umowy? Dwa razy została określona data dla części 1, natomiast brak informacji odnośnie rozpoczęcia obowiązywania umowy dla części 3.	Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji SIWZ. Zmodyfikowana SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.
48.	Pytania do Umowy: §3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw Towaru na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail?” Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
49.	Pytania do Umowy: §3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu ilość i asortyment zamawianego Towaru oraz harmonogram dostaw.”? Uzasadnienie: Wykonawca nie ma możliwości każdorazowego potwierdzania wszystkim Klientom faktu otrzymania zamówienia. Brak komunikatu o nieprawidłowym doręczeniu wiadomości jest równoznaczny z otrzymaniem zamówienia oraz rozpoczęciem procesu jego realizacji. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
50.	Pytania do Umowy: §4 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu? Uzasadnienie: To na dzierżawcy leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wyzierżawiający nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieży, ponieważ nie znane są mu warunki przechowywania, jakie Państwo posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem czy kradzieżą przedmiotu dzierżawy.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
51.	Pytania do Umowy: §7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Termin płatności faktury VAT wynosi 60 dni i będzie liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.”? Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikację postanowienia umownego poprzez usunięcie sformułowania nakładającego na Wykonawcę obowiązek dostarczenia wraz z fakturą podpisanego przez Zamawiającego listu przewozowego bądź protokołu odbioru. Wykonawca podobnie jak zdecydowana większość firm działających na rynku nie ma technicznej możliwości do spełnienia powyższego wymogu. Wykonawca w zakresie realizacji dostaw zamówionego asortymentu korzysta z usług zewnętrznej firmy przewozowej zapewniającej należyte warunki transportu. W związku z korzystaniem z usług zewnętrznej firmy przewozowej w zakresie realizacji dostaw, Wykonawca nie ma możliwości uzyskania od firmy przewozowej, a następnie doręczenia wraz z fakturą do Zamawiającego podpisanego listu przewozowego czy też protokołu odbioru. Standardowo potwierdzenie faktu realizacji zamówienia stanowi podpisany przez Odbiorcę list przewozowy, który pozostaje w posiadaniu Kuriera. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z uprzejmą prośbą o przychylne rozpatrzenie danego pytania.	Zamawiający informuje iż dopuszcza przekazanie faktury VAT w terminie późniejszym niż prawidłowo potwierdzony list przewozowy lub protokół zdawczo - odbiorczy
52.	Pytania do Umowy: §8 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

lp	Pytanie	Odpowiedź
	„Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony Towar. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do jakości dostarczonego Towaru w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji emailem na adres: Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.”? Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu przeznaczanego na rozpatrzenie reklamacji jakościowej. Wskazany przez Zamawiającego termin jest zbyt krótki do przeprowadzenia badań jakościowych i procedury reklamacyjnej.	
53.	Pytania do Umowy: §8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 3 dni roboczych?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
54.	Pytania do Umowy: §8 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania awarii Urzędnia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem emaila na adres: oraz w formie telefonicznej w godzinach 6:00- 20:00”?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
55.	Pytania do Umowy: §8 ust. 5, część 3 pkt. 15 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii i zobowiązany jest usunąć wadę Urzędnia w terminie 24 godzin od chwili przystąpienia do naprawy, chyba że wykaże, że z przyczyn o obiektywnym charakterze (np. względy techniczne) naprawa w tym terminie nie jest możliwa, co Zamawiający musi zaakceptować.”?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
56.	Pytania do Umowy: §8 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku przedłużenia naprawy (powyżej 48 godzin) Wykonawca niezwłocznie na swój koszt dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, wolne od wad, o co najmniej tych samych parametrach co Urządzenie pierwotne.”?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
57.	Pytania do Umowy: §9 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „wysokości 1 % wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy”? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację postanowienia umownego w taki sposób aby podstawą naliczania kary umownej była wartość niezrealizowanej w terminie dostawy a nie jak dotychczas wartość brutto całego trzyletniego kontraktu. W ocenie Wykonawcy tak wskazana kara jest karą rażąco wygórowaną. Zakładając przykładowo, że wartość kontraktu wyniesie 600 tys. zł, wówczas kara za dwa dni opóźnienia w dostawie wyniosłaby 12.000 zł.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
58.	Pytania do Umowy: §9 ust. 1 lit. a – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,01%?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
59.	Pytania do Umowy: §9 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3 tiret trzecie umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
60.	Pytania do Umowy: §9 ust. 1 lit. b – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
61.	Pytania do Umowy: §9 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 3 tiret trzecie umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, w	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



lp	Pytanie	Odpowiedź
	przypadkach gdy:	
62.	Pytania do Umowy: §9 ust. 2 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
63.	Pytania do Umowy: §9 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy Towaru tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający może bez uprzedniego wezwania, mając na uwadze cel umowy, powierzyć wykonanie dostawy Towaru podmiotom trzecim. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu różnicy poniesionych przez Zamawiającego kosztów wynikających z ceny zakupu u podmiotu trzeciego oraz ceny odczynnika określonej w umowie. Zamawiający zobowiązany jest do uprzedniego udokumentowania poniesionych kosztów”?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
64.	Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia – część 3: Czy w związku z koniecznością zaproponowanie w części 3 dwóch automatycznych analizatorów immunochemicznych, o różnych wymogach w zakresie zastosowanych rozwiązań technologicznych (co wynika z opisu parametrów wymaganych), Zamawiający wyrazi zgodę na podział części 3 na dwa nienależne pakiety, tj. analizator immunochemiczny I oraz analizator immunochemiczny II	Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji SIWZ. Zmodyfikowana dokumentacja stanowi załącznik do niniejszego pisma.
65.	Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia – część 3: Część 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę przeprowadzanie zdalnego serwisu analizatora immunochemicznego? Jeśli tak to wprowadzi zmiany postanowienia umowy: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych Osobowych”. Uzasadnienie: Niniejsze rozwiązanie zapewnia bezpieczne środowisko połączeniowe oraz możliwość szybszego reagowania i rozwiązania problemów technicznych, szybszy dostęp do diagnostyki zakłóceń pracy urządzenia i udzielania dodatkowych porad merytorycznych. Jednocześnie stanowi jedyną drogę zdalnego przeprowadzenia nieodpłatnych, obowiązkowych aktualizacji oprogramowania aparatu.	Zamawiający wyraża zgodę.
66.	Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia – część 3: Część 3 - Czy Zamawiający wymaga, aby do podanych w części 3 ilości badań, dodać i uwzględnić w wycenie, testy konieczne na wykonanie kalibracji i kontroli – zgodnie z oficjalną walidacją metody, potwierdzoną w ulotce metodycznej?	Tak, Zamawiający wymaga.
67.	Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia – część 3: Część 3, analizator immunochemiczny II, pkt. 19 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie: „... lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”? Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.	Zamawiający nie wyraża zgody.
68.	W związku z zapisem w umowie w §7 ust 9. „Towar wyszczególniony na fakturach VAT wraz z kodami, będzie zgodny z nazewnictwem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.” – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie w załączniku nr 1 kolumny z numerem katalogowym i nazwą handlową odczynników która pojawi się na fakturze? Uzasadnienie: System fakturowania nie pozwala na wprowadzanie alternatywnego nazewnictwa dla sprzedawanego asortymentu. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim.	Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.
69.	Część 1 załącznik nr 1 pkt 20 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby maksymalny czas usunięcia awarii wynosił 48h?	Zamawiający nie wyraża zgody.
70.	Część 1 załącznik nr 1 pkt 20 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na:	Zamawiający nie wyraża zgody.



lp	Pytanie	Odpowiedź
	... W czasie awarii Wykonawca pokryje różnicę kosztów wykonanych badań u podwykonawcy.?	
71.	Część 1 załącznik nr 1 pkt 5 „Liniowość pomiaru WBC i PLT od zerowych wartości. Zakres liniowości dla WBC min 400 000/ μ l.” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie analizatora zapewniającego liniowość dla WBC w zakresie 0,050–400,000x103 kom/ μ l, RBC 0,005–8,500x106 kom/ μ l oraz PLT 3,0–3000x103 kom/ μ l? W przypadku pracy z próbkami o krytycznie niskiej liczbie elementów morfotycznych krwi, nasz analizator hematologiczny zapewnia rozwiązania gwarantujące uzyskanie wiarygodnych wyników poprzez automatyczny pomiar parametrów WBC, RBC oraz PLT w trzech niezależnych aperturach, wydłużony pomiar w przypadku próbek ubogokomórkowych oraz rygorystycznie niskie Ilo eliminujące ryzyko wyników fałszywie zawyżonych (WBC \leq 0,05x103 kom/ μ l; RBC \leq 0,005x106 kom/ μ l; PLT \leq 3,0x103 kom/ μ l).	Zgodnie z SIWZ
72.	Część 1 załącznik nr 1 Pkt 12 – „Możliwość sprawdzenia wartości niedojrzałych granulocytów jako parametr raportowany.” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie analizatora zapewniającego możliwość sprawdzenia wartości bezwzględnych i % niedojrzałych granulocytów, dostępnych jako parametr badawczy w ramach każdego pomiaru CBC/DIFF? W przypadku wykrycia obecności niedojrzałych granulocytów nasz analizator każdorazowo sygnalizuje taką sytuację poprzez rozbudowany system flag oraz dostępne skatogramy (w tym 3D), wyświetlane rułnowo przy każdym pomiarze.	Zamawiający nie wyraża zgody.
73.	Część 2 załącznik nr 1 pkt 27 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby maksymalny czas usunięcia awarii wynosił 48h?	Zamawiający nie wyraża zgody.
74.	Część 2 załącznik nr 1 pkt 20 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dokumenty zostały załączone na CD?	Zamawiający nie wyraża zgody.
75.	Część 2 załącznik nr 1 pkt 20 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania aplikacji, gdy są one instalowane przez specjalistę aplikacyjnego wykonawcy?	Zamawiający nie odstąpi od wymogu.
76.	Część 2 Prosimy o potwierdzenie, że analizator biochemiczny o maksymalnej wydajności teoretycznej do 400 testów fotometryczny i do 400 ISE na godzinę spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.	Tak, podana wydajność spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.
77.	Część 2 Czy Zamawiający zaakceptuje analizator zapewniający chłodzenie odczynników w zakresie (+4°C - +12°C).	Tak. Zamawiający dopuszcza.
78.	Część 2 Czy poprzez zapis „Wbudowana przystawka ISE” Zamawiający rozumie przystawkę ISE wyposażoną w elektrody wymieniane pojedynczo i ze stabilnością kalibracji minimum 24 godziny.	Tak. Zamawiający potwierdza.
79.	Część 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika	Zamawiający wyraża zgodę.
80.	Część 2 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanego analizatora biochemicznego na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów.	Zamawiający wyraża zgodę.
81.	Część 2 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym elektrody referencyjnej i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny oraz elektroda referencyjna są dostarczane przez serwis producenta w czasie konserwacji tej elektrody?	Tak pod warunkiem, iż do oferty należy przedłożyć stosowane oświadczenie w tym zakresie potwierdzone przez producenta i z będzie w imieniu wykonawcy dostarczał elektrody referencyjne podczas wszelkich procedur konserwacyjnych.
82.	Część 2 Prosimy o wykreślenie pozycji 22 (LDL wyliczeniowy) z tabeli asortymentowo-cenowej. Parametr ten nie wymaga zaoferowania odczynnika. W przypadku wymagania zaoferowania odczynnika do oznaczania bezpośredniego LDL prosimy o podanie ilości oznaczeń w skali 36 m-cy.	Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ poprzez wykreślenie wiersza 22 w części 2.
83.	Część 2 Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis „ Wykonawca który złoży w formie oświadczenia zapewnienie istnienia grupy metodycznej (składającej się z minimum 25 użytkowników pracujących na zaoferowanych przez Wykonawcę odczynnikach) w programie kontrolnym Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce	Tak. Zamawiający uzna za spełniony.



lp	Pytanie	Odpowiedź
	Laboratoryjnej w Łodzi (oświadczenie dotyczy wszystkich wymienionych w specyfikacji parametrów dla zaoferowanych analizatorów" jeżeli potwierdzenie w postaci zaświadczenia z COBJwDL będzie dotyczyło liczby oferowanych analizatorów oferenta biorących udział w wyżej wymienionej kontroli?	
84.	Część 2 Czy Zamawiający oprócz białka i amylazy w moczu będzie wykonywał inne badania w moczu w tym elektrolity? Jeśli tak, prosimy o podanie tych parametrów oraz o podanie harmonogramu wykonywania badań kontrolnych w moczu	Zamawiający informuje, że oprócz amylazy, białka i kwasu moczowego w moczu oznaczone będą: kreatynina, elektrolity, wapń i fosfor. Harmonogram wykonywania badań kontrolnych i moczu 4 razy w tygodniu na dwóch poziomach.
85.	Część 2 Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki i analizator biochemiczny stanowiły spójny system analityczny i produkowane były przez tego samego producenta w odniesieniu do minimum 90 % oferowanych odczynników?	Tak. Zamawiający wymaga.
86.	Część 2 W związku z tym że Zamawiający zamierza oznaczać tylko jedno białko specyficzne - CRP prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg" Możliwość wykonywania oznaczeń białek specyficznych w każdym rodzaju materiału: surowica, osocze, moczu, pmi" jeżeli oferowany analizator wykonuje oznaczenie CRP w surowicy i osoczu pobranym na EDTA lub heparynę liliową?	Tak. Zamawiający potwierdza, iż uzna za spełniony.
87.	Część 2 Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku parametrów wykonywanych w niewielkich ilościach, również należy przyjąć schemat kontroli 6 razy w tygodniu na 2 poziomach.	Zamawiający informuje, że oprócz kontroli moczu schemat kontroli 6 razy w tygodniu na 2 poziomach.
88.	Część 3 załącznik nr 1 analizator II pkt 15 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby maksymalny czas usunięcia awarii wynosił 48h?	Zamawiający nie wyraża zgody.
89.	Część 3 Prosimy o potwierdzenie, że analizator immunochemiczny o maksymalnej teoretycznej wydajności do 100 oznaczeń na godzinę spełnia wymagania Zamawiającego „wydajność minimum 85 oznaczeń/h”.	Tak. Spełnia wymagania.
90.	Część 3 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamierza przechowywać odczynniki na pokładzie analizatora 24 h na dobę i że fakt ten należy uwzględnić kalkulując niezbędną ilość opakowań odczynnika zgodnie ze stabilnością odczynników na pokładzie analizatora sugerowaną w ulotkach odczynnikowych oraz częstość kalibracji na podstawie częstości sugerowanej w ulotkach odczynnikowych.	Tak. Zamawiający zamierza przechowywać odczynniki na pokładzie analizatora przez 24 h na dobę.
91.	Część 3 Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis „ Wykonawca który złoży w formie oświadczenia zapewnienie istnienia grupy metodycznej (składającej się z minimum 25 użytkowników pracujących na zaoferowanych przez Wykonawcę odczynnikach) w programie kontrolnym Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostics Laboratoryjnej w Łodzi (oświadczenie dotyczy wszystkich wymienionych w specyfikacji parametrów dla zaoferowanych analizatorów" jeżeli potwierdzenie w postaci zaświadczenia z COBJwDL będzie dotyczyło liczby oferowanych analizatorów oferenta biorących udział w wyżej wymienionej kontroli?	Tak. Zamawiający uzna za spełniony.
92.	Część 3 Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „Pokrycie kosztów kontroli zewnątrzlaboratoryjnej SOWAMED w zakresie wyspecyfikowanych parametrów wg harmonogramu na okres 36 miesięcy" jeżeli Wykonawca pokryje koszty uczestnictwa w w/w kontroli 2 razy w roku co jest jednoznaczne z uzyskaniem przez Zamawiającego Certyfikatu Uczestnictwa?	Tak. Zamawiający uzna za spełniony.
93.	Część 3 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kontroli do testu Przeciwciała + Antygen HIV Zamawiający wymaga zaoferowania ujemnego materiału kontrolnego producenta odczynnika oraz minimum 3 dodatnich materiałów kontrolnych producenta odczynnika: dla antygeny p24, dla przeciwciał anty HIV1 oraz przeciwciał anty HIV2. Tylko taki materiał kontrolny zapewni możliwość kontroli poprawności wykonywania oznaczeń wszystkich trzech oznaczanych analitów – antygeny oraz przeciwciał.	Tak. Potwierdzamy
94.	Pytania do umowy §8 ust 1. – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony Towar. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do jakości dostarczonego Towaru w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji na nr faksu Wykonawcy Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.”?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
95.	Pytania do umowy §8 ust 2. – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany wadliwego Towaru na Towar zgodny z umową.”?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
96.	Pytania do umowy §8 ust 5. – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „ Wykonawca	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



lp	Pytanie	Odpowiedź
	przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii i zobowiązany jest usunąć wadę Urządzenia w terminie 24 godzin od chwili przystąpienia do naprawy, chyba że wykaze, że z przyczyn o obiektywnym charakterze (np. względy techniczne) naprawa w tym terminie nie jest możliwa, co Zamawiający musi zaakceptować.?"	
97.	Pytania do umowy §8 ust 6. – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „W przypadku zgłoszenia po raz trzeci awarii (wady) tego samego elementu Urządzenia, Wykonawca na swój koszt wymieni Urządzenie na zastępcze, urządzenie wolne od wad, o co najmniej tych samych parametrach co Urządzenie pierwotne.?"	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
98.	Pytania do umowy §9 ust. 1 a) Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „ w wysokości 1 % wynagrodzenia opóźnionej dostawy - za każdy dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy?"	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
99.	Pytania do umowy §9 ust. 1 b) Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy brutto wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.?" Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
100	Pytania do umowy §10 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie pkt. i: „zmiany producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie"?	Zmiany będą wprowadzane zgodnie z zapisami w pkt 16.4 i 16.5 SIWZ. Zamawiający będzie rozpatrywał wszelkie okoliczności potencjalnych zmian indywidualnie w przypadku ich zaistnienia oraz zweryfikowania powodów tych zmian.

Zamawiający informuje, iż pomimo dokonanych modyfikacji nie zachodzą przesłanki określone w art. 12a ust 2 ustawy PZP wobec czego, podtrzymuje termin składania i otwarcia ofert.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. sierżanta Grzegorza Załogi
dr n. med. Piotr Grażda