

ZP/12/23

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami), dalej: „ustawa” pn. **„Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników i materiałów kontrolnych z dzierżawą analizatorów do Laboratorium Analitycznego Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”**

I

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy, Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Pytanie dotyczące Projektu umowy załącznik 12: Dotyczy § 4

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto dla części nr 6 i r 7”? Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Pytanie dotyczące Projektu umowy załącznik 12: Dotyczy § 9 ust. 2.c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „(...) w wysokości 20% wartości brutto umowy” na zapis „(...) 10% niezrealizowanej części umowy”? *Wprowadzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty*

należną Wykonawcy za dostarczony towar. Liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.

Dlaczego Wykonawca ma ponosić koszt ewentualnej kary liczonej od wartości umowy, jeśli np. wykonał ¾ umowy prawidłowo?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

3. Pytanie 1 Dotyczy Części 6 pozycji 6

Zamawiający wymaga korków pasujących do probówek o średni 13 mm jak również do probówek o średnicy zewnętrznej 12mm, w związku z tym prosimy o dopuszczenie korków uniwersalnych wargowych do probówek o średnicy zewnętrznej od 11 do 13mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie Wykonawcy.

4. Pytanie 2 Dotyczy Części 6 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki z PS posiadające oprócz znaczników na 5ml i 10ml znacznik na 1mm i 2,5mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza probówki ze znacznikiem na 1 ml, 2,5ml, 5ml, 10ml.

5. Dotyczy części nr 4: Prosimy o doprecyzowanie, czy w wycenie Wykonawca ma uwzględniać trwałość odczynników po rozpuszczeniu?

Odpowiedź: Tak. W wycenie Wykonawca ma uwzględniać trwałość odczynników po rozpuszczeniu.

6. Dotyczy części nr 4: Prosimy o doprecyzowanie, czy podaną w specyfikacji szacunkową liczbę oznaczeń należy traktować jako oznaczenia pojedyncze czy w dublecie?

Odpowiedź: Szacunkową liczbę oznaczeń należy traktować jako oznaczenie pojedyncze.

7. Dot. zał. 4 pkt. 8 tabeli minimalnych wymagań analizatora: Czy Zamawiający dopuści analizator z jednokierunkową transmisją danych?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość, pod warunkiem, że analizator będzie wysyłał wyniki do sieci informatycznej szpitala.

8. Część nr 1: Czy Zamawiający zezwala, aby oferowany analizator hematologiczny posiadał wydajność 43 oznaczenia / h zarówno w trybie manualnym jak i automatycznym, analizator posiada podajnik na 40 próbek?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

9. Część nr 1: Czy Zamawiający zezwala, aby oferowany analizator hematologiczny posiadał liniowość dla parametrów : WBC od 0 – 300 tys/ul , PLT od 0 – 2500 tys/ul , HGB od 0 – 24 g / dl ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

10. Część nr 1: Czy Zamawiający zezwala aby oferowany analizator hematologiczny rozdzielał WBC na 6 populacji z wykorzystaniem cytometrii przepływowej i pomiaru absorbancji światła, technologia z wykorzystaniem odczynników fluorescencyjnych zawierających toksyczne substancje konserwujące takie jak glikol etylenowy stanowi zagrożenie dla środowiska?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza analizator hematologiczny posiadający rozdział na 6 populacji leukocytów, ale przy metodzie oznaczenia zawartej w specyfikacji.

11. Część nr 1: Czy Zamawiający zezwala, aby pomiar niedojrzałych granulocytów odbywał się jako

wspólna frakcja młodych form leukocytarnych zawierających dodatkowo młode formy limfocytarne i monocytarne, zwiększając w ten sposób wartość diagnostyczną tego parametru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zawarte w pytaniu pod warunkiem, że parametr będzie wyrażony w wartościach bezwzględnych i procentach i będzie raportowany na wyniku.

12. Część nr 1: Czy Zamawiający zezwala, aby oferowany analizator hematologiczny oznaczał płyny z jam ciała w trybie morfologii?

Odpowiedź: Ze względu na specyfikę płynów z jam ciała, które różnią się od morfologii krwi obwodowej Zamawiający wymaga oddzielnego trybu pracy dla tego oznaczenia, które będzie zwalidowane przez producenta.

13. Czy z uwagi na fakt, że pomiar wydłużony w trybie próbki leukopenicznej zmniejsza wydajność analizatora do połowy (30 oznaczeń /h) zamawiający dopuszcza analizator bez tego trybu pracy?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

14. Dot. formularza ofertowego Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wypełnienie i pozostawienie jedynie części, na które wykonawca składa ofertę?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

15. dot. projektu umowy: par. 3 ust.6 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie:

Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający ubezpiecza analizatory jako mienie podmiotów trzecich. Zamawiający oczekuje jednak, że Wykonawca również będzie ubezpieczał przekazywany sprzęt. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ

16. dot. projektu umowy: par. 4 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy dzierżawy w miejsce umowy użyczenia, w związku z tym, że umowy o zamówieniach publicznych są z definicji umowami odpłatnymi (Art. 7 Pkt 32, Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa o zamówienie publiczne, odpłatna, na okres 24 miesięcy. Kwestia użyczenia nie wchodzi już w zakres przedmiotu umowy, a tylko Zamawiający pozostawia sobie możliwość wykorzystania ewentualnie pozostających w magazynie odczynników. W przypadku kiedy Zamawiający nie będzie posiadał zapasów, postanowienie umowne nie znajdzie zastosowania.

17. dot. projektu umowy: par.12 ust. 2 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej?

Uzasadnienie: funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego i powinna służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do wzbogacenia się jednej ze stron kontraktu, ponadto mogłaby zostać uznana za rażąco wygórowaną. To w konsekwencji mogłoby narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty choćby postępowania sądowego, którego przedmiotem byłoby miarkowanie.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

18. dot. projektu umowy: par. 12 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

19. dot. projektu umowy: par. 12 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "za które odpowiada Wykonawca" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

20. par. 12 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

21. par. 15 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy postanowienia umożliwiającego dokonanie waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z poniższą propozycją?

Ceny wskazane w załączniku cenowym po zakończeniu każdego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszej Umowy mogą podlegać podwyższeniu w wyniku waloryzacji w oparciu o oficjalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny ze skutkiem na dzień 1 marca kolejnego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy. W celu dokonania waloryzacji Strony w dobrej wierze w każdym kolejnym roku obowiązywania Umowy przystąpią do negocjacji wysokości waloryzacji cen na kolejny rok obowiązywania Umowy. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia co do waloryzacji cen na kolejny rok obowiązywania Umowy, każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie rodzi żadnych dodatkowych obciążeń po żadnej ze Stron, w szczególności nie skutkuje koniecznością zapłaty kary umownej. Strony przewidują możliwość dokonania modyfikacji niniejszego postanowienia, jeżeli w

trakcie obowiązywania Umowy wejdą w życie przepisy regulujące możliwość dokonywania waloryzacji wynagrodzenia wykonawców w sposób odmienny od przewidzianego przez Strony.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ. Klauzula waloryzacyjna została zaproponowana przez Zamawiającego w § 15 projektu umowy.

22. Dot. część 3. Zał. nr 3 do SWZ parametry oznaczane, Prokalcytonina

Czy Zamawiający wymaga aby metoda oznaczania prokalcytoniny była wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT, co umożliwi wykorzystanie do interpretacji wyników punktów odcięcia do diagnostyki sepsy ustalonych dla wszystkich testów oznaczających prokalcytoninę w oparciu o licencję i standaryzację Brahms PCT?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu ale nie jest ono wymagane.

23. Dot. część 3. Zał. nr 3 do SWZ parametry oznaczane, beta-HCG

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG total wyłącznie jako test ciążyowy, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej?

Odpowiedź: Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG total głównie jako test ciążyowy, ale także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej.

24. Dot. część 3. Zał. nr 3 do SWZ, pkt. 5 wymagane parametry

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który produkowany jest przez innego producenta wyłącznie dla firmy Oferenta produkującej odczynniki, i stanowi jednolity system analityczny z oferowanymi odczynnikami? Oferent gwarantuje pełną dokumentację walidacyjną oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z oferowanym analizatorem, potwierdzone w deklaracjach CE. W Deklaracji CE dla analizatora umieszczone są obie firmy: producent aparatu i producent odczynników.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taki analizator.

25. Dot. część 2. Zał. nr 2 do SWZ, pkt. 6 Wymagania minimalne stawiane automatycznemu analizatorowi biochemicznemu

Czy Zamawiający dopuści taki system chłodzenia w stałej temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta i który opisany jest w instrukcji obsługi co gwarantuje stabilność tych materiałów zgodnie z rekomendacjami producenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taki system chłodzenia.

26. Dot. część 2. Zał. nr 2 do SWZ, pkt. 11 Wymagania minimalne stawiane automatycznemu analizatorowi biochemicznemu

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania analizatora posiadającego zakres pomiarowy fotometru od 340nm do 800nm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku analizatora z zakresem fotometru od 340nm do 800nm.

27. Dot. część 2. Zał. nr 2 do SWZ, pkt. 18 Wymagania minimalne stawiane automatycznemu analizatorowi biochemicznemu

Czy Zamawiający wymaga aby moduł ISE wykorzystywał pojedyncze elektrody nie wymagające uzupełniania płynów lub wymiany membran (Na, K, Cl, Ref.) niezależnie kto tą czynność wykonuje?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

28. Dot. część 2. Zał. nr 2 do SWZ, pkt. 3 parametrów ocenianych:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator miał możliwość dostawiania lub wymiany odczynników w sposób ciągły w dowolnym czasie pracy analizatora bez konieczności zmiany trybu pracy na Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator miał możliwość dostawiania lub wymiany odczynników w sposób ciągły w dowolnym czasie pracy analizatora bez konieczności zmiany trybu pracy na Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop. Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ.

29. Dot. część 3. Zał. nr 3 do SWZ, pkt. 12 wymagane parametry, część 5. Zał. nr 5 do SWZ, pkt 12 parametry wymagalne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli międzynarodowej oznaczanej częściej niż 1 raz w miesiącu, oraz wprowadzanie wyników elektronicznie, raporty z wprowadzonych wyników dostępne w ciągu powyżej 5dni?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

30. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o 1-2 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z dokonanymi modyfikacjami treści SWZ.

31. Dotyczy Formularza cenowego_ Część 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zamieszcza do oferty formularz cenowy, wg poniższego wzoru:

I. Dotyczy Formularza cenowego_ Część 1:
 Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zamieszcza do oferty formularz cenowy, wg poniższego wzoru:

Nr katalogowy	Nazwa handlowa	Jednostka miary	Producent	Ilość op.	Cena 1 opak. netto	Wartość netto	VAT %	Cena 1 opak. brutto	Wartość brutto
Odczynniki, kontrole									
Dzierżawa analizatora									
Razem						zł	X	X	zł

Odpowiedź: Zamawiający przedłożył w załączniku nr 14 do SWZ formularze asortymentowo-cenowe i określił jakich danych wymaga w tych dokumentach. Wykonawca może użyć do złożenia oferty innego formularza, ale pod warunkiem, że będzie zawierał on wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego, wskazane w załączniku nr 14 do SWZ.

32. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia/Wykaz parametrów technicznych – wymagania minimalne stawiane analizatorowi hematologicznemu Lp. 19: Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem:

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

33. Dotyczy Załącznika nr 14 do SWZ: Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych pakietów, do których Wykonawca przystępuje?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

34. Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Tak. W formularzu ofertowym znajduje się zapis: „W przypadku wyboru oferty w postępowaniu jako najkorzystniejszej wyrażamy zgodę/nie wyrażamy zgody* na zawarcie umowy w formie elektronicznej (właściwie zaznaczyć)”.

35. Dotyczy Załącznika nr 11 do SWZ – projekt umowy nr ZP/12/23 – dla części 1-5:

§3 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysłanie certyfikatów zgodności/deklaracji zgodności wraz umową z biura Wykonawcy? Wykonawca motywuje prośbę względami technicznymi.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

36. Projekt umowy §4 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”?

Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w §4 ust. 5

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

37. Projekt umowy: §6 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy o treść: „z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www.....pl”.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ.

38. Projekt umowy §11 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę? Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

39. Projekt umowy: §11 ust. 2 pkt 1): Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia faktury w jednym egzemplarzu w oryginale po dostawie lub wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z towarem elektronicznej faktury VAT w oryginale na wskazany adres poczty elektronicznej bez konieczności wystawiania faktury również w formie papierowej?

Wykonawca motywuje prośbę powodami technicznymi oraz organizacyjnymi. Dopuszczenie takiej możliwości jest również korzystne dla Zamawiającego, gdyż wystawienie i wysłanie faktury po dostawie, wydłuża w praktyce termin płatności. Jednocześnie zwiększa konkurencyjność i umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego większej liczby ofert, nie blokując rezygnacji Wykonawcy z udziału w postępowaniu z powodu technicznej formy faktury.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ.

40. Projekt umowy §11 ust. 5: Prosimy o usunięcie zapisu lub o jego modyfikację poprzez dodanie zdania: *„z wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”*. Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

41. Projekt umowy: §14 ust. 1 pkt 3): Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych. Prosimy zatem o uzupełnienie zapisu w §14 ust. 1 pkt 3) poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: *„W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu”*.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ.

42. Projekt umowy: §17 ust. 4:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie poprzez dodanie:

„Strony dopuszczają dokonanie zmian wskazanych w §14 ust. 1 pkt 7) bez konieczności wprowadzenia ww. zmian aneksem do umowy. Jednocześnie Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdej ww. zmianie na adres e-mail:

Zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. W przypadku zmiany wskazanej w §14 ust. 1 pkt 3) zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie stawki podatku VAT”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ wyłącznie o kwestię wynikającą z §14 ust. 1 pkt 3 umowy.

43. Dotyczy Załącznika nr 13 do SWZ – projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – dla części 1-5:

§2 ust. 1: Uprzejmie prosimy o rozszerzenie kategorii osób, których dotyczy przetwarzania danych osobowych o personel administratora.

W rzeczywistości dzierżawiony analizator gromadzi dane zwykle oraz dane szczególne: imion i nazwisk, adresu zamieszkania, daty urodzenia, nr PESEL, wyników badań, imienia i nazwiska lekarza zlecającego badanie.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ.

44. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, Część nr 1: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych, pkt 6: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający przez określenie „minimalny zakres liniowości” wymaga, aby zakresy te były wartościami możliwymi do uzyskania bez wstępnego rozcieńczenia zarówno manualnego, jak i automatycznego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że minimalny zakres liniowości dla parametrów morfologicznych są wartościami możliwymi do uzyskania bez wstępnego rozcieńczenia zarówno manualnego, jak i automatycznego.

45. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, Część nr 1: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych, pkt 10: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż ze względu na specyfikę płynów z jam ciała, a w szczególności płynu mózgowo-rdzeniowego wymagana jest objętość materiału badanego max. 200 µL łącznie z objętością martwą do wykonania pełnego oznaczenia BF (Body Fluid).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza objętość próbki do badania max.200 µl dla płynów z jam ciała i płynu mózgowo-rdzeniowego (jak w pytaniu).

46. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, Część nr 1: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych, pkt 11: Czy Zamawiający wymaga, aby Użytkownik analizatora miał możliwość manualnego wyboru trybu pomiaru dla próbek leukopenicznych, co daje Użytkownikowi możliwość decyzji, kiedy i w jakiej sytuacji klinicznej dodatkowy pomiar będzie wykonany?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga.

47. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, Część nr 1: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych, pkt 13: Czy Zamawiający wymaga, aby monitorowanie stanu odczynników było prezentowane w formie graficznej, z podaniem ilości testów jakie można wykonać z danego odczynnika do końca jego terminu ważności na pokładzie analizatora (z wyłączeniem odczynnika rozcieńczającego)? Daje to Zamawiającemu możliwość kontroli nad stanem magazynowym odczynników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

48. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tego pakietu, na który składana jest oferta?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

49. SWZ V.11 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 4 dni roboczych ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

50. SWZ V.15 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na : „Czas reakcji serwisu od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego telefonicznie, na numer telefonu wskazany przez Wykonawcę wynosić będzie maksymalnie 12 godziny.” ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

51. SWZ V.16 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

52. SWZ XIII 2 w związku z przedłożeniem wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w swz pkt „zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy PZP: „Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

53. SWZ XV.14 w związku z zapisem w ppkt. 3 czy Zamawiający oczekuje złożenia wykazu dostaw razem z ofertą? Jeżeli tak to które podmiotowe środki dowodowe będą składane na wezwanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje złożenia wykazu dostaw razem z ofertą. Zgodnie z obowiązującą ustawą na wezwanie składany jest wykaz dostaw z referencjami, jako podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

54. SWZ XV.14 2) – czy nie nastąpiła pomyłka w podaniu nr załącznika c- czy nie powinno być załącznik nr 9 do SWZ

Odpowiedź: Tak. Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. Oświadczenie dot. wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

55. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie analizatorów do usługi zdalnego dostępu o nazwie ProService? Usługa umożliwi serwisowi technicznemu i aplikacyjnemu na zdalne rozwiązywanie problemów. W badaniach laboratoryjnych czas odgrywa kluczową rolę, a przestój analizatora spowodowany jego awarią może znacznie wydłużyć oczekiwanie na wynik. Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o techniczne zapewnienie naszym analizatorom łącza z dostępem do Internetu.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu.

56. Część 2 W związku z wymogiem „Wszystkie odczynniki płynne, gotowe do bezpośredniego wstawienia do analizatora, niewymagające rozpuszczenia czy łączenia składników” prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie odczynnika Mleczany w formie liofilizowanej? Czynności związane z przygotowaniem odczynnika zostały maksymalnie uproszczone i polegają na przelaniu zawartości fiolki z buforem do fiolki z liofilizatem.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu.

57. Część 2 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów do elektrody referencyjnej? Płyny są dostarczane przez serwis producenta w czasie konserwacji elektrody referencyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki analizator pod warunkiem, że serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej.

58. Część 2 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanego analizatora biochemicznego na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

59. Część 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników zużywanych przez Zamawiającego w mniejszych ilościach, zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań? Takie rozwiązanie umożliwiłoby bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatorów i pozwoliłoby na bardziej ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na porcjowanie odczynników.

60. Część 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na połączenie w ofercie cenowej liczby badań wykonywanych w surowicy, PMR i moczu w przypadku kiedy wykonywane są przy pomocy tego samego odczynnika. Pozwoli to na precyzyjne wyliczenie ilości potrzebnych opakowań całości asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na połączenie w ofercie cenowej liczby badań wykonywanych w surowicy, PMR i moczu w przypadku kiedy wykonywane są przy pomocy tego samego odczynnika

61. Część 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowany analizator miał możliwość oznaczeń w surowicy, osoczu, krwi pełnej lub hemolizacie, moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

62. Część 2 Czy uzna za spełniony punkt „Analizator ma mieć możliwość oznaczeń w surowicy, osoczu, krwi pełnej, hemolizacie, moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym” jeśli aparat ma możliwość oznaczania w surowicy, osoczu, moczu i innych płynach o lepkości mieszczącej się w zakresie lepkości surowicy?

Odpowiedź: Analizator ma mieć możliwość oznaczeń w płynie mózgowo-rdzeniowym i w płynach z jam ciała, laboratorium nie ma możliwości badania lepkości tych materiałów.

63. Część 2 Prosimy o potwierdzenie, że analizator pracujący w zakresie w zakresie od 340 nm do 800 nm spełnia wymagania Zamawiającego w odniesieniu do punktu 11 SWZ.

Odpowiedź: Tak, analizator pracujący w zakresie od 340nm do 800nm spełnia wymagania.

64. Część 2 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku informacji o objętości aspirowanej próbki i objętość martwa w ulotkach metodycznych wystarczającym dowodem jest oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie tych parametrów.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

65. Część 3 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku testu P/c HIV Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu HIV IV generacji.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu HIV IV generacji.

66. Część 3 Prosimy ponadto o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednego odczynnika (HIV), którego opakowanie zbiorcze zawiera 2 x 100 testów. Na pokład analizatora umieszczamy jednorazowo opakowanie 100 testów z bardzo długą stabilnością na pokładzie (112 dni).

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu.

67. Część 3 Czy Zamawiający uzna wymóg „Odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych.” za spełniony, jeśli dla odczynników TSH, fT4 i fT3 specyficzne wartości referencyjne pochodzić będą z ulotek odczynnikowych oraz z niezależnych publikacji oraz z zaleceń i rekomendacji Towarzystw Naukowych oraz konsultantów w dziedzinie Endokrynologii?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający uzna wymóg, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy stosowne rekomendacje i publikacje w wersji papierowej.

68. Część 3 Prosimy o przyznanie punktów ocenianych za parametr „Możliwość wczytywania wartości kontroli co najmniej w 90% za pomocą kodów kreskowych”, jeśli oferowane materiały kontrolne wymagają manualnego wpisywania wartości kontrolnych, ale dla materiału kontrolnego wieloparametrowego konieczność zmiany wartości kontroli zachodzi raz na rok. Manualne wpisywanie wartości kontroli odbywać się przez serwis producenta i nie będzie obciążać personelu laboratorium.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

69. Część 3 Prosimy o potwierdzenie, że zapis Witamina D3 (25-hydroksywitamina D) oznacza, że należy zaoferować odczynnik do oznaczania całkowitej witaminy 25-OH D.

Odpowiedź: Tak, Zapis oznacza całkowitą 25-hydroksywitamine D

70. Część 3 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli do testu HIV Combo wystarczającym materiałem kontrolnym jest materiał obejmujący kontrolę ujemną i jedną kontrolę dodatnią pod względem przeciwciała anty HIV1 i kontrolę dodatnią pod względem antygenu p24

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza, że w przypadku zaoferowania kontroli do testu HIV Combo wystarczającym materiałem kontrolnym jest materiał obejmujący kontrolę ujemną i jedną kontrolę dodatnią pod względem przeciwciała anty HIV1 i kontrolę dodatnią pod względem antygenu p24.

71. Część 3 Czy kalkulując ofertę przetargową należy uwzględnić podaną i sugerowaną w ulotkach odczynnikowych stabilność odczynników na pokładzie oraz stabilność kalibracji poszczególnych analitów przy założeniu stałego przechowywania na pokładzie aparatu?

Odpowiedź: Ofertę należy przygotować w oparciu o dane zawarte w dokumentach postępowania.

72. Część 3 Czy kalkulując ofertę przetargową w odniesieniu do badań rzadkich można kierować się najlepszą wiedzą i doświadczeniem producenta w odniesieniu do rzeczywistej stabilności odczynników i rzeczywistej stabilności kalibracji poszczególnych analitów?

Odpowiedź: Ofertę należy przygotować w oparciu o dane zawarte w dokumentach postępowania.

73. Czy Zamawiający przyzna punkty oceniane za parametr „Maksymalna redukcja ryzyka wydawania wyników fałszywie ujemnych dla testów do oznaczania AgHBS, anty-HIV, anty-HCV : interpretacja wyników w oparciu o podaną wartość cutoff oraz wartości graniczne (tzw. szarą strefę)” jeśli interpretacja wyników w dla wszystkich testów odbywa się oparciu o podaną wartość cutoff oraz dodatkowo dla testów HIV i HBS Ag przy pierwszej analizie testu wprowadzona jest wartość w szarej strefie. Algorytmy diagnostyczne każdorazowo obejmują konieczność wykonywania dodatkowych oznaczeń dla wyników pierwszorazowo ujemnych i w szarej strefie co znaczenie zwiększa bezpieczeństwo wydanych wyników.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie przyzna punktów.

Pytania do umowy

74. §4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię wynosi 12 godziny od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

75. §4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

76. §4 ust. 9 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia? Uzasadnienie: Umowa użyczenia nie spełnia zasadniczego kryterium zamówienia publicznego, jakim jest odpłatność, a zatem nie może stanowić ona umowy w sprawie zamówienia publicznego. Definicja umowy użyczenia wynika z art. 710 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z powyższym przepisem przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowa użyczenia jest więc umową nieodpłatną.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ. Odpowiedź jak w pytaniu 16.

77. §6 ust 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień przy pomocy sklepu internetowego „E-store”? Uzasadnienie: Zamawiający korzystając z tej opcji ma możliwość składania zamówień przez całą dobę, może kontrolować prawidłowość zamówienia: nr katalogowe i ceny, otrzymuje automatyczne informacje o statusie zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, ma możliwość śledzenia przesyłki znajdującej się w dostawie, posiada dostęp do historii zamówień oraz dostęp do faktur oraz informacji o zaległych płatnościach

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

78. §11 ust. 2 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania faktury razem z dostawą? Uzasadnienie: Towar wysyłany jest z magazynu i do niego dołączany jest dokument WZ – który zawiera wszystkie dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji zamówienia - ze wszystkimi danymi dostarczanego towaru. Faktura VAT wysyłana jest niezwłocznie na adres e-mail lub pocztą na adres zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia w następujący sposób:

2. Doręczenie faktury VAT Zamawiającemu za zrealizowaną dostawę odbywać się będzie w jednej z dwóch przewidywanych form:

1) faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę w jednym egzemplarzu oraz dostarczona do Zamawiającego wraz z dostawą lub przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail:

.....,

2) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j Dz. U. z 2020 r., poz. 1666), za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

79. §12 ust. 2 pkt. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje postanowienia na: „za zwłokę w terminie montażu przedmiotu dzierżawy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto z tytułu dzierżawy, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki,”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

80. §12 ust. 2 pkt. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje postanowienia na: „za nieprzeprowadzenie szkoleń dla personelu z obsługi aparatury, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, w wysokości 200,00 zł za każde nieprzeprowadzone szkolenie lub szkolenie przeprowadzone niezgodnie z warunkami określonymi w załączniku”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

81. §12 ust. 2.2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: „za zwłokę w realizacji dostaw asortymentu, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki,”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

82. §12 ust. 2.4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części umowy brutto” ? Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

83. §12 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

II

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami) w wyniku dokonania wyjaśnień treści SWZ, Zamawiający dokonuje modyfikacji dokumentów postępowania w następującym zakresie:

1. Treść Specyfikacji warunków zamówienia:

1) Dział X, punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 29 czerwca 2023 roku.

2) Dział XVI punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2023 roku do godziny 11:00.

3) Dział XVII punkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2023 roku, o godzinie 11:30.

2. W celu zapewnienia przejrzystości dokonanych zmian Zamawiający publikuje zmodyfikowane, ujednolicone załączniki do SWZ, w których dokonane zmiany zaznaczone są kolorem żółtym:

- załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia, wykaz parametrów technicznych – część nr 2,

- załącznik nr 11 do SWZ – projekt umowy dla części 1-5,

- załącznik nr 12 do SWZ – projekt umowy dla części 6-7,

- załącznik nr 13 do SWZ – projekt umowy przetwarzania danych osobowych dla części nr 1-5.

3. Wszędzie tam, gdzie w ofercie Wykonawca będzie oferował rozwiązania dopuszczone wyjaśnieniami, a które to zmiany nie zostały naniesione w dokumentach postępowania, Wykonawca winien wskazać, że są to rozwiązania dopuszczone przez Zamawiającego.

Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje wiążą z chwilą ich publikacji.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu