

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury nukowej - Nr sprawy: FO-Z/ŁIT/23/2023.

Odpowiedź na pytania Wykonawców



1. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - dalej PZP) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający w kolejności przekazuje pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Część nr 2 - Mikroskop z odwróconą fluorescencją

Ponieważ określenie „obiektywy planarne” nie mieści się w nomenklaturze klas jakościowych obiektywów, w której wyróżnia się obiektywy:

- achromat
- semi plan achromat
- plan achromat

- semi plan apochromat

- apochromat

prosimy o potwierdzenie czy chodzi, po prostu, o obiektywy plan achromatyczne, z korekcją na nieskończoność oraz szkiełko 1mm?

Ad. 1.

Zamawiający wymaga obiektywów o parametrach nie gorszych niż:

Obiektywy planarne, wykonane ze szkła, korygowane na nieskończoność o standardowej odległości parafokalnej 45mm, o podanym poniżej powiększeniu/min. aperturze/ min.

odległości roboczej

4x/0,10/ WD=12.0mm

10x/0,25 Ph1/ WD=4.6mm

LD 20x/0,30 Ph1/ WD=4.6mm przy grubości szkiełka D=1mm

LD 40x/0,50 Ph1/ WD=2.81mm lub 2.7mm przy grubości szkiełka D=1mm

Pytanie nr 2

Część nr 2 - Mikroskop z odwróconą fluorescencją

Ponieważ przy obecnym opisie nie jest możliwe złożenie oferty ponieważ potencjalnie najdroższy element mikroskopu czyli wyposażenie do fluorescencji nie jest opisany, prosimy o uszczegółowienie co Zamawiający ma tu na myśli. Ile i jakich filtrów do fluorescencji wymaga oraz jakiego jeszcze wyposażenia?

Jeśli fluorescencja ma być funkcjonalna musi bowiem zawierać co najmniej:

a. - źródło światła do fluorescencji wraz z zasilaczem wyposażonym co najmniej w licznik czasu pracy źródła

b. - co najmniej jeden filtr do fluorescencji, mogą być dwa (najpopularniejsze to B - blue i G-green lub więcej

ewentualnie także:

c. - obiektywy ze szkła fluorytowego – w szczególności do fluorescencji w zakresie UV

d. - osłona ochronna dla oczu - antyUV do pracy z filtrem UV

e. – filtr UV

Czy wobec powyższego Zamawiający (skoro nie wymaga obiektywów ze szkła fluorytowego) wymaga tylko elementów a. i b.? A jeśli tak, to czy z punktu b. tylko jedną kostkę filtrów (B czy G?) czy też obie wymienione?

Ad. 2.

Zamawiający wymaga ledowego oświetlenia do fluorescencji o wzbudzeniu 470nm z płynną regulacją mocy oświetlenia, oraz zestawem filtrów fluorescencyjnych o parametrach: wzbudzenie: BP 450-490nm, dzielnik światła: 495nm, emisja: BP 500-550nm.

Zamawiający wymaga aby mikroskop był wyposażony w komputer umożliwiający przetwarzanie oraz rejestrację/archiwizację zdjęć oraz w kamerę o parametrach nie gorszych niż:

- Monochromatyczna kamera cyfrowa typu CMOS ze standardowym gwintem typu C
- Efektywna liczba pikseli: min. 2,3 milionów pikseli (min. 1930 x 1210 pikseli)
- Przetwornik obrazu min. 11,2 mm × 6,3 mm, o przekątnej min. 13 mm
- Wielkość piksela min.: 5,85 μm x 5,85 μm
- Głębokość odcieni szarości min. 8 oraz 12 bitów
- System chłodzenia pasywnego
- Czasy ekspozycji regulowany w zakresie min.: 0,3ms – 2s
- Prędkość rejestracji min. 30 ramek na sekundę przy rozdzielczości FullHD
- Funkcja wzmocnienia prądowego min. 1x - 16x
- Wbudowane złącze USB 3.0, HDMI, Ethernet
- Możliwość rozbudowy o adapter do pracy w sieci bezprzewodowej WiFi
- Adapter mechaniczno-optyczny z optyką 0,65x do podłączenia kamery.

Wymagany jest również ekran ochronny przed światłem UV.

Pytanie nr 3

Część nr 2 - Mikroskop z odwróconą fluorescencją

Czy Zamawiający dopuści także mikroskop odwrócony równoważny o lepszych parametrach technicznych i optycznych wyposażony w:

- rewolwer obiektywowy 5-pozycyjny – **lepszy**

- stolik przedmiotowy 230x250 mm z pokryciem ochronnym również odpornym na zarysowania i ścieranie lecz innym niż ceramiczne np. pokryciem galwanicznym i utwardzonym lakierem proszkowym. Wymaganie pokrycia akurat ceramicznego jest wymogiem mocno ograniczającym

- tubus o kącie nachylenia 45° i o polu widzenia FN 22 – **pole widzenia okularów 22 mm jest parametrem znacznie lepszym**, przekłada się wprost na widok większego fragmentu preparatu

- okularami 10x – 2 szt., oba z korekcją dioptrii, o polu widzenia FN 22mm – **jak wyżej – lepsze**

- z obiektywami o parametrach: **powiększeniu/aperturze/odległości roboczej**

PH4x/0,10/WD=10.40mm – przy dużych WD ta różnica nie ma znaczenia natomiast **apertura jest lepsza a nadto obiektyw jest uniwersalny – nie tylko do jasnego pola lecz także do kontrastu**

PH10x/0,25/WD=7,3mm

PH20x/0,40/WD=6,8mm przy grubości szkiełka D=1mm – **lepsza zarówno apertura (związana wprost z rozdzielczością obiektywu jak i WD (odległość robocza)**

PH40x/0,65/WD=3mm przy grubości szkiełka D=1mm – **lepsza zarówno apertura (związana wprost z rozdzielczością obiektywu jak i WD**

Jednocześnie spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?

Ad. 3.

TAK.

Pytanie nr 4

Część nr 2 - Mikroskop z odwróconą fluorescencją

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany mikroskop posiadał certyfikat CE dla wyrobu medycznego lub/oraz certyfikat RoHS?

Ad. 4.

Zamawiający dopuści sprzęt, który będzie spełniał wymagania minimalne. Zamawiający na tym etapie postępowania nie będzie oceniał jaki produkt spełnia jego wymagania. Ryzyko złożenia błędnej oferty ponosi zawsze Wykonawca.

Pytanie nr 5

Część nr 2 - Mikroskop z odwróconą fluorescencją

Czy oferent ma zapewnić autoryzowany serwis producenta mikroskopów na terenie Polski?

Ad. 5.

Nie Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści mikroskop odwrócony o tubusach nachylonych pod kątem 30°?

Ad. 6

NIE

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści mikroskop z modułem zasilania umieszczonym w statywie mikroskopu?

Ad. 7

TAK

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści mikroskop z obiektywami o odległości parafokalnej 45 mm i o podanych poniżej parametrach: 4x, NA 0,10, WD 17,3 mm, 10x, NA 0,25 PH, WD 10,2 mm, korekcja na szkło 1,2 mm 20x NA 0,40 PH, WD 5,1 mm, korekcja na szkło 1,2 mm 40x NA 0,65 PH, WD 2,1 mm, korekcja na szkło 1,2 mm

Ad. 8

Nie, zamawiający podtrzymuje swoje wymagania.

Pytanie nr 9

Prosimy o doprecyzowanie jakiego wyposażenia oczekuje Zamawiający opisując je jako „WYPOSAŻENIE DO FLUORESCENCJI”. Czy chodzi o moduł oświetlenia epifluorescencyjnego HBO z zestawami blokowe filtrów: "B", "G", "U" i "V" oraz specjalnymi obiektywami planachromatycznymi do epifluorescencji o powiększeniu 4x, 10x, 20x i 40x ?

Ad. 9

Zamawiający wymaga ledowego oświetlenia do fluorescencji o wzbudzeniu 470nm z płynną regulacją mocy oświetlenia, oraz zestawem filtrów fluorescencyjnych o parametrach: wzbudzenie: BP 450-490nm, dzielnik światła: 495nm, emisja: BP 500-550nm oraz komputer do obsługi archiwizacji danych, importowania i eksportowania danych w kilkunastu formatach, obróbkę obrazów, wprowadzanie opisów do obrazów itp.

Pytanie nr 10

Prosimy o sprecyzowanie zapisów OKRES i GWARANCJI – czy na pewno chodzi o warunki instalacji komory.

Ad. 10

Okres gwarancji zgodnie z zapisami, warunki instalacji dotyczą przed pierwszym uruchomieniem i w trakcie.

Pytania do części nr 1 - Zamrażarka

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w 4 półki o regulowanym położeniu, każda o nośności nie mniejszej niż 57 kg?

Ad. 11

TAK.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie bez prezentacji zapisu temperatury w postaci wykresu na panelu sterowania?

Ad. 12

TAK

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o zużyciu energii nie większym niż 11.2 kW/24h?

Ad. 13

TAK

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta zaoferowanego urządzenia na terenie Polski?

Ad. 14

TAK, Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta na terenie Polski dla zaoferowanego urządzenia.

Pytania do części nr 2 – Mikroskop

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający zaakceptuje w części 2 postępowania obiektyw 40x o odległości roboczej WD=2.7 mm przy grubości szkiełka D=1mm zamiast odległości roboczej WD=2.81 mm?

Ad. 15

TAK

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w stolik przedmiotowy o wymiarach 200 x 235 mm, z ceramicznym pokryciem ochronnym?

Ad. 16

TAK

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować parametry dotyczące wyposażenia do fluorescencji?

Ad. 17

Zamawiający wymaga ledowego oświetlenia do fluorescencji o wzbudzeniu 470nm z płynną regulacją mocy oświetlenia, oraz zestawem filtrów fluorescencyjnych o parametrach: wzbudzenie: BP 450-490nm, dzielnik światła: 495nm, emisja: BP500-550nm

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wymaga ekranu ochronnego przed światłem UV?

Ad. 18

TAK, Zamawiający wymaga ekranu ochronnego przed światłem UV

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wymaga aby mikroskop był wyposażony w kamerę? Jeśli tak, jakie parametry musi spełniać kamera?

Ad. 19

Zamawiający wymaga kamery o parametrach nie gorszych niż:

- Monochromatyczna kamera cyfrowa typu CMOS ze standardowym gwintem typu C
- Efektywna liczba pikseli: min. 2,3 milionów pikseli (min. 1930 x 1210 pikseli)
- Przetwornik obrazu min. 11,2 mm × 6,3 mm, o przekątnej min. 13 mm
- Wielkość piksela min.: 5,85 μm x 5,85 μm
- Głębia odcieni szarości min. 8 oraz 12 bitów
- System chłodzenia pasywnego
- Czasy ekspozycji regulowany w zakresie min.: 0,3ms – 2s
- Prędkość rejestracji min. 30 ramek na sekundę przy rozdzielczości FullHD
- Funkcja wzmocnienia prądowego min. 1x - 16x
- Wbudowane złącze USB 3.0, HDMI, Ethernet
- Możliwość rozbudowy o adapter do pracy w sieci bezprzewodowej WiFi

- Adapter mechaniczno-optyczny z optyka 0,65x do podłączenia kamery

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w komputer do obsługi urządzenia wraz z zainstalowanym oprogramowaniem do akwizycji i archiwizacji obrazu mikroskopowego, umożliwiającym akwizycje obrazów, importowanie i eksportowanie obrazów w kilkunastu dostępnych formatach (.bmp, tif, jpg, img), obróbkę obrazu (jasność, kontrast, gamma, wyostżanie/wygładzanie, redukcja szumów, balans bieli, korekcja tła i cieni), wprowadzanie opisów do obrazów, pomiary interaktywne (długość, obszar, obwód), archiwizację obrazów?

Ad.20

TAK.

Pytania do części nr 5 – Licznik komórek

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie bez sygnał akustycznego po każdym liczeniu?

Ad. 21

TAK.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali?

Ad.22

TAK.

Pytanie do części nr 4

Pytanie nr 23

Prosimy o dopuszczenie pojemnika na azot o pojemności 70 L oraz wymiarach śr. 586 x wys. 738 mm.

Ad. 23

TAK, Zamawiający dopuści zbiornik o wskazanych parametrach.

Pytania do części nr 2 – Mikroskop

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający zaakceptuje w części 2 postępowania obiektyw 40x o odległości roboczej $WD=2.7$ mm przy grubości szkiełka $D=1$ mm zamiast odległości roboczej $WD=2.81$ mm?

Ad. 24

Tak, dopuszczamy obiektyw 40x o odległości roboczej $WD=2.7$ mm przy grubości szkiełka $D=1$ mm zamiast odległości roboczej $WD=2.81$ mm.

Pytanie nr 25

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zamieszczenie we wzorze umowy zapisu dot. możliwości zmiany ceny łącznej brutto, spowodowanej uzasadnioną przez producenta zmianą klasyfikacji wyrobu i możliwością zaprzestania stosowania uprzywilejowanej stawki VAT.

Ad. 25

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku zaistnienia takiego przypadku zastosowanie mają przepisy art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp.

Pytanie nr 26

Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu: „Dostawca ma prawo zmiany ceny w przypadku ponad 5-procentowego wzrostu kursu EUR/PLN, liczonego jako odchylenie procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN do średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia oferty. Zmiana ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga pod rygorem nieważności zawarcia pisemnego aneksu. Rozliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie rozliczone poprzez wystawienie faktury korygującej.”

Ad. 26

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 27

(§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia nieprawidłowości z 7 dni roboczych do 21 dni?

Uzasadnienie:

Nie wszystkie oferowane produkty znajdują się na stałe na stanie w naszym magazynie, a w przypadku zgłoszenia reklamacji produkty te musimy wpieryw sprowadzić bezpośrednio od producenta do naszego magazynu. W związku z czym 7 dniowy termin realizacji jest trudny do dotrzymania.

Ad. 27

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu usunięcia nieprawidłowości z 7 dni roboczych do 21 dni. Każda reklamacja jest kwestią indywidualną.

Pytanie nr 28

(§ 9 ust. 3) Prosimy o zmianę zwrotu „od dnia zgłoszenia” na zapis w brzmieniu „od chwili uznania reklamacji”.

Uzasadnienie:

Realizacja reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 10 dni jest trudna do wykonania.

Ad. 28

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu „od dnia zgłoszenia” na „od chwili uznania reklamacji”.

Pytanie nr 29

(§ 9 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wad z 10 dni roboczych do 21 dni?

Uzasadnienie:

Nie wszystkie oferowane produkty znajdują się na stałe na stanie w naszym magazynie, a w przypadku zgłoszenia reklamacji produkty te musimy wpieryw sprowadzić bezpośrednio od producenta do naszego magazynu. W związku z czym 10 dniowy termin realizacji jest trudny do dotrzymania.

Ad. 29

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu usunięcia nieprawidłowości z 7 dni roboczych do 21 dni. Każda reklamacja jest kwestią indywidualną.

Pytanie nr 30

(§ 7 ust. 1) Prosimy o wyjaśnienie i podanie podstaw prawnych zapisu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% niezrealizowanej części umowy NETTO w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy?

Uzasadnienie:

Zastrzeżona we wzorze umowy kara umowna jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. Podstawową funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego. Powinna ona bowiem służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający wzbogaca się na niewykonaniu zobowiązania przez Wykonawcę (por. wyr. SA w Katowicach 17.12.2008 r., V ACA 483/08, OSA w Katowicach 2009, Nr 1, poz. 5) . W związku z tym, w przypadku utrzymania obecnego brzmienia postanowienia umowy (niewspółmierność z ewentualną szkodą Zamawiającego) ewentualnie naliczona kara umowna zostanie uznana za rażąco wygórowaną, a w konsekwencji tego możliwe będzie jej miarkowanie, co naraża instytucję zamawiającą na nieuzyskanie zakładanego odszkodowania oraz dodatkowe koszty postępowania sądowego. Mając na względzie z jednej strony ochronę słusznego interesu Zamawiającego, a z drugiej zasadę równości stron prawa kontraktów oraz regulację art. 484 § 2

kodeksu cywilnego proponujemy, aby podstawą naliczenia kary umownej było 5% wartości netto umowy.

Ad. 30

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Obniżenie kary umownej spowoduje możliwość wystąpienia ryzyka odstąpienia od umowy wykonawcy w każdej spornej sytuacji i braku zaspokojenia interesu zamawiającego.

Pytanie nr 31

(§ 7) Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Ad. 31

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 32

(§ 7 ust. 2) Prosimy o wyjaśnienie i podanie podstaw prawnych zapisu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 0,5 % NETTO wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy (inny niż zwłoka).

Uzasadnienie:

Prośbę swą motywujemy tym iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter. W treści KC nie ma postanowień, które wskazywałyby na preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o Zamówienie publiczne. Także żaden zapis z Prawa Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia odstępstw od zasady równości stron.

Powyższe stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Wyrok KIO z dnia 14 października 2021 r., sygn. 2762/21 przy formułowaniu postanowień dotyczących kar umownych niezwykle istotne jest wyważenie interesów obu stron stosunku zobowiązaniowego wynikających z przyszłej umowy. Z jednej strony należy zatem uwzględnić interes Zamawiającego wynikający z dbałości o środki publiczne i przejawiający się w zagwarantowaniu takich narzędzi, które pozwolą mu skutecznie domagać się od wykonawcy spełnienia jego zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego, z drugiej zaś strony należy mieć na uwadze również słuszny interes przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Przeciwwstawienie obu w/w interesów nie może prowadzić do nieuzasadnionego przerwania na wykonawcę nadmiernych ryzyk kontraktowych i do przypisywania mu odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie ma żadnego wpływu.

Powyższy problem został zauważony przez Urząd Zamówień Publicznych, który w raporcie dotyczącym stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych (Warszawa, 2018 r.), stwierdził że „kary umowne powinny być określane w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody - tak aby spełniały swoje funkcje, ale nie zniechęcały do udziału w zamówieniach publicznych. Zamawiający powinni mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu, a wysokość kar umownych nie może być dowolna”

Ad. 32

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, lecz z uwzględnieniem wynagrodzenia netto.

Pytanie nr 33

(§ 7 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 0,1

% NETTO wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku zwłoki w dostawie oraz w usunięciu wad, awarii i usterek.

Uzasadnienie:

Prośbę swą motywujemy tym iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter. W treści KC nie ma postanowień, które wskazywałyby na preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o Zamówienie publiczne. Także żaden zapis z Prawa Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia odstępstw od zasady równości stron.

Ad. 33

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, lecz z uwzględnieniem wynagrodzenia netto.

Pytanie nr 34

(§ 7 ust. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max 100 zł za każdy stwierdzony przypadek w przypadku braku dostępności części zamiennych oraz brak dostępności odpłatnego serwisu pogwarancyjnego, w okresach, o których mowa w § 8 ust. 2 i 3 umowy.

Uzasadnienie:

Prośbę swą motywujemy tym iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter. W treści KC nie ma postanowień, które wskazywałyby na preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o Zamówienie publiczne. Także żaden zapis z Prawa Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia odstępstw od zasady równości stron.

Ad. 34

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy wniosek.

Pytanie nr 35

(§ 7 ust. 7) Prosimy o podanie podstaw prawnych naliczania kar umownych w kwocie do 30% wynagrodzenia Wykonawcy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary tj. łączna kwota kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z nową ustawą prawa zamówień publicznych łączna kwota nie może być wyższa aniżeli 20%. W przypadku braku zgody na powyższe, proszę o podanie podstaw prawnych wraz z uzasadnieniem swojej odpowiedzi.

Ad. 35

Podstawa prawna – art. 436 pkt 3 PZP. Zamawiający może w sposób proporcjonalny i odpowiedni do przedmiotu umowy regulować poziom maksymalnej kary umownej. Wysokość kary umownej nie może mieć charakteru pozornego a taki zdaniem zamawiającego jest wnioskowany przez wykonawcę poziom kar w wysokości 20%.

Pytanie nr 36

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie instrukcji używania wyrobów medycznych dla użytkowników profesjonalnych w języku angielskim? **Uzasadnienie:**

Obowiązująca Ustawa o wyrobach medycznych z 07.04.2022, Art. 12 oficjalnie to umożliwia.

Żądanie od dystrybutora/importera instrukcji w języku polskim dla w/w wyrobu nie ma uzasadnienia prawnego, ponadto nie każdy dystrybutor będzie mógł spełnić to wymaganie również z uwagi na przepisy IVDR Artykuł 16.”

Ad. 36

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia instrukcji używania wyrobów medycznych dla użytkowników profesjonalnych w j. angielskim.

2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert. Nowe terminy Zamawiający ustala następująco:

- **nowy termin składania ofert** - **do 25 lipca 2023r. do godz. 8:15**
- **nowy termin otwarcia ofert** - **25 lipca 2023r. o godz. 8:30**
- **nowy termin związania ofertą** - **23 sierpnia 2023r.**

3. W celu ujednoczenia Zamawiający publikuje w załączeniu zmodyfikowaną treść SWZ uwzględniające powyższe zmiany wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Łódzki Instytut Technologiczny