

ZP/3/21

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) pn. Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów do Laboratorium Analitycznego Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

I

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1.Dot. punktu 8. Parametry graniczne. Prosimy o potwierdzenie, że (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 z dnia 2 marca 2021) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu Anty-SARS IgG metodą półilościową w kartridżach umożliwiających wstawienie na pokład aparatu jednorazowo do 100 testów, przy zbiorczym opakowaniu odczynnika zawierającym 2 kartridże ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.

2. W związku z odpowiedziami na pytania nr 18, 19 i 50 z dnia 2 marca 2021 prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie, że kalkulując ofertę przetargową w oparciu o dane zawarte w dokumentach postępowania należy kierować się najlepszą wolą i doświadczeniem producenta co do stabilności odczynników na pokładzie i stabilności kalibracji. Brak jednoznacznego potwierdzenia tego faktu może spowodować, że złożone oferty będą nieporównywalne.

Odpowiedź: Na pokładzie analizatora na stałe przechowywane będzie tylko odczynnik do troponiny i prokalcytoniny, pozostałe odczynniki przechowywane są w lodówce i wkładane są do aparatu w zależności od rodzaju zleconych badań. Zamawiający nie wymaga kalkulowania wszystkich testów na podstawie ich trwałości na pokładzie analizatora. Ponadto Zamawiający nie jest w stanie weryfikować poprawności wykonanych wyliczeń na kalibrację dlatego wymaga dokonania takich wyliczeń, które są zgodne z wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy i potwierdzone zapisem w ulotkach metodycznych.

3. Zwracamy się z ponowną prośbą o przyznanie punktów oceniane za parametr: „Odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych.”, jeśli dla odczynników TSH, fT4 i fT3 specyficzne wartości referencyjne pochodzić będą z ulotek odczynnikowych oraz z niezależnych publikacji oraz z zaleceń i rekomendacji Towarzystw Naukowych oraz konsultantów w dziedzinie Endokrynologii?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

4. Zwracamy się z prośbą o ponowne rozważenie możliwości przyznania punktów ocenianych za parametr „Możliwość wczytywania wartości kontroli co najmniej w 90% za pomocą kodów kreskowych”, jeśli oferowane materiały kontrolne wymagają manualnego wpisywania wartości kontrolnych, ale dla materiału kontrolnego wieloparametrowego konieczność zmiany wartości kontroli zachodzi raz na rok. Manualne wpisywanie wartości kontroli wykonywane będzie przez serwis producenta i nie będzie obciążać personelu laboratorium.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie Wykonawcy, pod warunkiem, że Wykonawca zagwarantuje, że w ciągu 48 h serwis producenta wprowadzi wartości kontroli do analizatora w godzinach wskazanych przez Zamawiającego (ze względu na zachowanie ciągłości pracy analizatora). Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ, w zakresie załączników nr 3 i 9 do SWZ.

5. dot. pkt 8 Załącznika nr 3 do swiz część nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby poza wymienionymi przez Zamawiającymi wyjątkami, jeszcze jeden odczynnik (SARS) był konfekcjonowany w op. większych niż 100 testów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie Wykonawcy, pod warunkiem, że opakowanie zbiorcze odczynnika nie będzie większe niż 200 testów.

II

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami), w wyniku dokonanych wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji dokumentów postępowania w następującym zakresie:

- Załącznika nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia cz. 3,
- Załącznika nr 9 do SWZ – opis parametrów technicznych cz. 3,

Zamawiający publikuje jako załączniki do niniejszego dokumentu teksty jednolite powyższych dokumentów.

- Zamawiający informuje, że ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 04 marca 2021

roku dokonał zmiany terminu składania, otwarcia ofert i związania ofertą.

Nowy termin składania ofert: 9 marca 2021 roku godzina 11:00,

Nowy termin otwarcia ofert: 9 marca 2021 roku godzina 11:30,

Nowy termin związania ofertą: 7 kwietnia 2021 roku.

Wyjaśnienia i modyfikacji są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich publikacji. Stanowią one integralną część dokumentacji postępowania.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu