



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4
W BYTOMIU**

ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567
KONTO BANKOWE ING Bank Śl. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 16.06.2020 r.

DZP – 16/2020

Wyjaśnienia treści SIWZ
do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę implantów i sprzętu ortopedycznego**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 18, poz. 1

Czy zamawiający dopuści w pkt. 1: Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych, posiadająca ośmioletnie badania kliniczne. Membrana posiada wymiary min. 20x30 +/- 1% ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 18, poz. 2

Czy zamawiający dopuści w pkt. 2: Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych, posiadająca ośmioletnie badania kliniczne. Membrana posiada wymiary min. 40x50 +/- 1% ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 6, poz. 1, 3, 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 1, 3, 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu nr 7, poz. 5

Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie nr 7 poz. 5 zamawiający wymaga wycenienia dwa razy śruby zaślepiającej?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga 12 szt. śruby zaślepiającej.

Pytanie nr 5

Dotyczy pakietu nr 7, poz. 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoźdźcia o średnicach 10-12 mm oraz długościach 200-440 mm zamiast średnicy 11-13 mm oraz długościach 150-440 mm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakietu nr 7, poz. 13

Czy w Pakiecie nr 7 poz. 13 nie zaszła omyłka w zakresie średnicy wkrętu i nie powinno być Ø 6,5 mm zamiast Ø 465 mm?

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż zaszła omyłka – powinno być Ø 6,5 mm.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 17, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie jednorazowy staplera skórniego z 35 zszywami. Narzędzie sterylne, do wykorzystania u jednego pacjenta z zszywkami ze stali nierdzewnej, przeznaczonymi do rutynowego zamykania skóry rany chirurgicznej. Z odpowiednią ilością zszywek 35 sztuk o wymiarach 6,4mm x 4,0mm po uformowaniu. Zszywki widoczne w magazynku dla oceny ilości pozostałych zszywek. Pakowane po 10 sztuk.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakietu nr 17, poz. 2

Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Dotyczy pakietu nr 17, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie sterylnego narzędzia do usuwania zszywek wykonanego z odpornego na uszkodzenie materiału z zagiętymi ergonomicznymi uchwytami dla pełnej kontroli. Pakowane po 20 sztuk.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu nr 45

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do retransfuzji pełnowartościowej krwi po zamknięciu pola operacyjnego bez niszczenia elementów morfotycznych. Zestaw pozwalający na automatyczne przejście aktywnego drenażu na pasywny bez rozłączania systemu i posiadający dwa poziomy filtrowania krwi, pierwszy na poziomie worka do 175 mikrometrów i drugi kaskadowy w linii do przetaczania krwi 175/40/10 mikrometrów. Zestaw posiada dodatkowo zbiornik na krew do 1000 ml z podziałką, mieszek do 200 ml, obydwie z systemem zastawek antyzwrotnych oraz dodatkowy worek na drenaż z zastawką antyzwrotną, bez filtra o pojemności do 1000 ml oraz łącznik typu Y z docinanymi połączeniami drenów. Linia do przetaczania krwi posiada dodatkowo zacisk rolkowy do regulacji przepływu oraz zakończenie kompatybilne z workiem na krew. Zestaw w komplecie z dwoma drenami z trokarem ze zmienną średnicą otworów w rozmiarach od 12 do 18 CH (do wyboru zgodnie z zamówieniem).

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Z up. Dyrektora

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Małgorzata Lipiec