




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



Nasz znak ZP 59/23

Poznań, dnia 15.01. 2024 roku

Szanowni Wykonawcy !

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawa materiałów szewnych, watki neurochirurgiczne, elektrody nasierdżiowe, staplery – 13 pakietów.

Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści tampony watki chirurgiczne ze sprasowanego jedwabiu o wymiarach:

- | | |
|--------|---|
| poz. 1 | 12x12mm |
| poz. 2 | 12x25mm |
| poz. 3 | 12x40mm |
| poz. 4 | 19x19mm |
| poz. 5 | 13x51mm |
| poz. 6 | 25x75mm |
| poz. 7 | 70x70mm |
| poz. 8 | 12x75mm |
| poz. 9 | 25x25mm? Pozostale parametry bez zmian. |

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 10

Proszę o doprecyzowanie Zamawiającego, czy ilość sztuk w pakiecie to ilość pakietów tj. 20 saszetek po 10 wacików w każdej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że opakowanie zawiera 20 saszetek w każdej saszetce 10 sztuk

Pytanie nr 3 dot. wzoru umowy §10 ust.1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w maksymalnej wysokości:
 - c) 0,3 % wartości netto zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści §2 ust 2 umowy - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru określonego w §2 ust 6 umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto zamówienia jednostkowego.**
 - d) 0,3 % wartości netto zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści §2 ust 2 umowy - za każdy dzień zwłoki w wydaniu towaru bez wad w miejsce wadliwego towaru w terminie o którym mowa w §7 ust 3 umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto zamówienia jednostkowego;**

e) 0,3 % wartości netto zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści §2 ust 2 umowy - za każdy dzień nienależytego wykonania zamówienia w sposób inny niż zwłoka tj. za nie wniesienie towaru do magazynu apteki , nie poinformowania Zamawiającego o możliwości zaistnienia braku w dostawach wynikających bezpośrednio z winy producenta/wytwórcy, za nie przekazanie dokumentów, o których mowa w § 6 ust 1 umowy - na żądanie Zamawiającego, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto zamówienia jednostkowego;**

e) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty lub braku zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcami (art. 439 ust 5 ustawy pzp), z którymi umowy zostały zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w zakresie (odpowiadającym zmianą cen materiałów i kosztów) w jakim świadczą oni usługi w ramach niniejszej umowy, w przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy (na wskutek zmiany cen materiałów lub kosztów), zostało zmienione zgodnie z § 5 ust 8 umowy, w wysokości **250,00 zł** za każdy ujawniony taki przypadek .

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 1 po.12

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 16 mm?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 3 po.4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnąca kosmetyczną?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 3 po.6

Czy Zamawiający dopuści szew 5/0 z igłą 10 mm?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 3 po.6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 13 mm?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 3 po.6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą ?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 3 poz.6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 3 poz.13

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 3 poz.14-16

Czy Zamawiający dopuści nici bez powłoki antybakteryjnej, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 12 dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści również długość nici 75 cm wszędzie tam gdzie wymaga długość 70 cm?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 13 dot. Pakietu nr 3 poz.17-20

Czy Zamawiający dopuści nici wchłaniające, syntetyczne, jednowłóknowe, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i okresie wchłaniania 180-210 dni, bez powłoczenia antybakteryjnego?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 14 dot. Pakietu nr 5 poz.3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 15 dot. Pakietu nr 11

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 11 opatrunek hemostatyczny w rozmiarze 5cm x 5cm ,składający się z włókniny impregnowanej kaolinem, aktywujący czynnik XII, przyspieszający naturalną zdolność krzepnięcia.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 16 dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści watki chirurgiczne w poniższych rozmiarach:

Dła poz. 1 – 12x12mm

Dła poz. 2 – 12x25mm

Dła poz. 3 – 12x40mm

Dła poz. 4 – 20x20mm

Dła poz. 5 – 12x50mm

Dła poz. 6 – 25x75mm

Dła poz. 7 – 70x70mm

Dła poz. 8 – 12x75mm

Dła poz. 9 – 25x25 mm?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 17 pytanie dotyczące wadium.

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 18 dot. wzoru umowy § 5 ust.5 pkt. e)

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację projektu umowy („Umowa”) poprzez zmianę brzmienia § 5 ust. 5 pkt e Umowy (tj. w postanowieniu określającym elementy wniosku/aneksu) i dodanie w nim lit. „P” o następującej lub zbliżonej treści: „informacje wykazujące, że zmiana wskaźnika ma realny wpływ na koszty wykonania Umowy”.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 19 dot. wzoru umowy § 10 ust.1 lit.c),d),e)

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie § 10 ust. 1 lit. c), d), e), poprzez wskazanie, iż oznaczone tam kary będą naliczane od wartości wyrobów medycznych, których dotyczy zwłoka – a nie od wartości całego zamówienia. W ocenie Wykonawcy naliczanie kary od wartości całego zamówienia w sytuacji, gdy naruszenie dotyczy np. wyłącznie jednego produktu, stanowi niezasadne rozszerzenie potencjalnej odpowiedzialności Wykonawcy. Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się”.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Z treści zapisu umowy wynika, że kara jest naliczana od zamówienia jednostkowego , a nie od wartości całej umowy.

Pytanie nr 20 dot. Pakietu nr 3 poz.7

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści szew z igłą ostrą- konwencjonalnie tnącą kosmetyczną dwuwkłęsłą typu PRIME z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 21 dot. Pakietu nr 3 poz.7

Czy Zamawiający w pozycji 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobów w pełnych opakowaniach handlowych zawierających 36szt czyli łącznie 144szt?

Odpowiedź :

Wykonawca może zaproponować wielkość opakowania, o którym mowa w zapytaniu , pod warunkiem ,że wymagana ilość nie ulegnie zmianie.

Pytanie nr 22 dot. Pakietu nr 3 poz.9, 10

Czy Zamawiający w pozycji 9,10 dopuści szew z igłą okrągłą, rozwarstwiająca typu TAPER POINT PLUS, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 23 dot. Pakietu nr 3 poz.11

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści szew z igłą 1/2 koła okrągłą, rozwarstwiająca typu TAPER POINT PLUS, posiadająca wzdłużne rowkowanie w części imadłowej? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 24 dot. Pakietu nr 3 poz.12 ,13

Czy Zamawiający w pozycji 12,13 dopuści nić o długości 70 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 25 dot. Pakietu nr 3 poz.12

Czy Zamawiający w pozycji 12 d wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobów w pełnych opakowaniach handlowych zawierających 36 szt?

Odpowiedź :

Wykonawca może zaproponować wielkość opakowania, o którym mowa w zapytaniu , pod warunkiem ,że wymagana ilość nie ulegnie zmianie.

Pytanie nr 26 dot. Pakietu nr 3 poz.17,18,19

Czy Zamawiający w pozycji 17, 18, 19 dopuści szew o czasie wchłaniania 182-238 dni, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 27 dot. Pakietu nr 3 poz.17,18,19

Czy Zamawiający w pozycji 17,18, 19 wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobów w pełnych opakowaniach handlowych zawierających 36 szt.?

Odpowiedź :

Wykonawca może zaproponować wielkość opakowania, o którym mowa w zapytaniu , pod warunkiem ,że wymagana ilość nie ulegnie zmianie.

Pytanie nr 28 dot. Pakietu nr 3 poz.20

Czy Zamawiający w pozycji 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobów w pełnych opakowaniach handlowych zawierających 36 szt.?

Odpowiedź :

Wykonawca może zaproponować wielkość opakowania, o którym mowa w zapytaniu , pod warunkiem ,że wymagana ilość nie ulegnie zmianie.

Z wyrazami szacunku

.....

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACIENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

