



Numer sprawy: ZO 07/24

Grajewo, dnia 03.04.2024 r.

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. **„Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo”**.

Zamawiający przekazuje poniżej zapytania do treści Zaprośzenia do składania ofert wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Taboret pod prysznic (5 szt.)

Czy Zamawiający dopuści taboret max. obciążenie min. 150 kg? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Poz. 1: Fotel ginekologiczny - 1 szt.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający pod pojęciem: „Ramiona z podnóżkiem odchylane na boki” miał na myśli podpory pod stopy?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli całe ramiona nie tylko podpory stóp.

Pytanie 3

Poz. 1: Fotel ginekologiczny - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny wyposażony w tapicerowane w kolorze fotela podnóżki z możliwością regulacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Poz. 1: Fotel ginekologiczny - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, którego podstawa wraz z osłonami wykonane są ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Poz. 1: Fotel ginekologiczny - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny wyposażony w odchylana i odejmowaną miskę ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:



Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Poz. 1: Fotel ginekologiczny - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel ginekologiczny z regulacją wysokości w zakresie 600-900 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Poz. 2: Stół do badań - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół do badań z elektryczną regulacją wysokości realizowaną ze sterowników nożnych w podstawie stołu z obu stron leża?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Poz. 2: Stół do badań - 1 szt.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu opisanego w pkt. 7, tj.: „Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w min. 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Poz. 2: Stół do badań - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół do badań z leżem tapicerowanym o grubości 30 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Poz. 2: Stół do badań - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół do badań z podstawą wyposażoną w system jezdny składający się z 4 kółek oraz 4 stopek antypoślizgowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Poz. 2: Stół do badań - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół do badań z regulacją kąta pochylenia zagłówka w zakresie -15°/+65°?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Poz. 2: Stół do badań - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół do badań z regulacją wysokości w zakresie 50 – 90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 13

Poz. 3: Waga krzeselkowa z legalizacją - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę krzeselkową o głębokości całkowitej (wraz z drążkami do prowadzenia) równej 1036 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14

Poz. 3: Waga krzeselkowa z legalizacją - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę krzeselkową z siedziskiem o wymiarach 440x350x450 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Poz. 7: Taboret pod prysznic - 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret pod prysznic o wymiarach: (szerokość x głębokość) 57x53 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16

Poz. 7: Taboret pod prysznic - 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret pod prysznic z siedziskiem na wysokości 41 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17

Poz. 7: Taboret pod prysznic - 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret pod prysznic z siedziskiem o szerokości 43 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

Poz. 7: Taboret pod prysznic - 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret pod prysznic z obciążeniem do 175 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z upoważnienia Dyrektora
Szpitala Ogólnego
im. dr Witolda Gineła w Grajewie
mgr Halina Próchniak