

**KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY**

ul. Seminaryjna 1,
85-326 Bydgoszcz

Postępowanie nr: 46 Z TP 23
Bydgoszcz, dnia 22.09.2023 r.

E.ZP.261.40.2023

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia **na dostawę urządzeń medycznych.**

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Pakiet 1: Monitor funkcji życiowych – 10 sztuk

Dot. Załącznik nr 1-1 do SWZ

Wnioskujemy o dodanie kolumny „Parametr oferowany”, której wypełnienie stanowiłoby jednoznaczne określenie oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych dla zaoferowanego urządzenia.

W obecnej formie tabeli nie ma miejsca na potwierdzenie parametrów niepuktowanych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z punktem 10.2 SWZ na potwierdzenie spełnienia wszystkich parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 1-1 do SWZ), wymaga dołączenia do oferty katalogu lub foldera lub specyfikacji technicznej z wyraźnym zaznaczeniem zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającej spełnienie parametrów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia i zgodnie z punktem 10.3 SWZ dokumentu potwierdzającego spełnienie parametrów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (w przypadku, gdy dokumenty wskazane w punkcie 10.2 SWZ nie potwierdzają spełnienia postawionych wymagań).

Pytanie 2

Pakiet 1: Monitor funkcji życiowych – 10 sztuk

Dot. Załącznik nr 1-1 do SWZ punkty 23-31

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane mankiety były w pełni kompatybilne z posiadanymi obecnie przez Zamawiającego monitorami funkcji życiowych CVSM serii 6000 firmy Welch Allyn?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowane mankiety były w pełni kompatybilne z monitorami funkcji życiowych CVSM serii 6000 firmy Welch Allyn.

Projekt: „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebytych zakażeniu SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – *Pakiet 1-3.*

Projekt: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” – *Pakiet 4*

Pytanie 3

Pakiet 1: Monitor funkcji życiowych – 10 sztuk

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancji nie podlegają:

- uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia, zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru, akcesoriów takich jak: kable pacjenta, przewody odprowadzeniowe, czujniki SPO2, mankiety, sondy temperatury;
- przewody połączeniowe, wtyki i gniazda, w przypadku ich uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem § 7 ust. 4 projektu umowy, w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt naprawy sprzętu, w szczególności napraw uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń, z wyjątkiem uszkodzeń powstałych w wyniku: eksploatacji niezgodnej z jej przeznaczeniem, naruszenia zasad instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Zamawiającego, zdarzeń losowych - tzw. siły wyższej (np. pożar, powódź, zalanie).