

Warszawa, dnia 30.08.2022 r.

Numer postępowania: **IMOL/ZP/21/2022**

Wyjaśnienie treści SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający niniejszym publikuje odpowiedź na pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla Postępowania pn. „**Dostawa wirówek laboratoryjnych**”:

Dotyczy cz. 1 i 2

Treść pytania:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki w części I i II z ustawianiem prędkości w zakresie 100 – 15,060 rpm zamiast 100 – 15,100 rpm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.