



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4  
W BYTOMIU**

ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567  
KONTO BANKOWE ING Bank Śl. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 20.08.2021 r.

DZP – 17/2021

**Wyjaśnienia treści SWZ  
do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę implantów i sprzętu ortopedycznego**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

**Pytanie nr 1 – dot. pakietu nr 45**

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie:

Lp.5 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 200 mm.

Lp.8 Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 180 mm.

Lp.9 Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 135 mm.

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 170 mm.

Lp.11 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 170 mm.

**Odp.:** Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr 45 poz. 12**

Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3 – dot. pakietu nr 45**

Prosimy o zmianę kryterium za termin dostawy dla Pakietu 45 na następujące:

14 dni roboczych – 40 pkt.

KIEROWNIK  
Oddziału Usług Publicznych  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
nr 4 w Bytomiu jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego  
specjalista  
ortopeda-traumatolog  
*[Signature]*

 **Śląskie.**

15-20 dni roboczych – 20 pkt.

powyżej 21 dni roboczych – 0 pkt.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4 – dot. pakietu nr 47**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty układ ssący z niskim podciśnieniem do bezpośredniej autotransfuzji pooperacyjnej, jałowy, z wewnętrzną filtracją o składzie: dreny Redon z trokarami 14CH (2 szt.); silikonowy mieszek, wyskalowany (jako źródło podciśnienia) o pojemności 400 ml z zastawką przeciwwrotną i z filtrem, zintegrowany z drenem do pacjenta z klamrą zaciskową (z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona); worek na krew, o dużej pojemności 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu, z filtrem, hemokompatybilny; dren łączący o długości 150 cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta (np. za pomocą standardowej linii do przetoczeń) bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji (co czyni zestaw w pełni zamkniętym). Sterylny, jednorazowego użytku, bez lateksu.

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5 – dot. pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści bloki kostne w rozm. 10x10x10mm, 10x10x25mm oraz 10x20x30mm. Bloki pakowane pojedynczo.

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6 – dot. pakietu nr 17 poz. 2**

Czy Zamawiający w pakiecie 17 lp.2 dopuści dł. nóżki staplera skórniego 4,2mm pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem  
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Wojewódzkiego Szpitala  
Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

*lek. Janusz Milejski*

KIEROWNIK  
Oddziału Urazowo-Ortopedycznego  
*lek. Sławomir Kożuch*  
specjalista  
ortopeda-traumatolog