

Warszawa, dnia 07.08.2023 r.

Numer postępowania: IMOL/ZP/08/2023

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Sprzedaż i dostarczenie pipet i pipetorów”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### Wniosek nr 1:

Dotyczy część 6.

Czy Zamawiający dopuści pipetor o wadze 220g spełniający pozostałe wymagania?

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuści pipetor o wadze 220g, spełniający pozostałe wymagania.

### Wniosek nr 2:

Dotyczy części III: sprzedaż i dostarczenie - zestaw 3 precyzyjnych pipet automatycznych - 3 sztuki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pipet, które będą miały autoklawowalną dolną część mającą styczność bezpośrednio z tipsem oraz tip ejector?

### Odpowiedź:

Zamawiający, informuje, że wyraża zgodę na dostarczenie pipet o wskazanych we wniosku parametrach.

Zamawiający informuje, że w związku z treścią odpowiedzi na wnioski, zmienia treść załączników nr 1c i 1f do SWZ.

Z-ca Dyrektora Ds. Administracji  
Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów  
i Maszyn Molekularnych PAN  
**Radosław Jodzis**