



Szp-241/ZP-014/ 138 /2024

Wrocław, dnia 19.03.2024 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w okulistyce**”

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1x serweta okulistyczna SMS 50x60 cm, otwór 10x10 cm, z folia z nacięciem 8 cm bez zbiornika

1x serweta na stół FS2 do owinięcia 75x90 cm

1x kocher(pean)

1x rozwórka pełne blaszki

1x znacznik plastikowy

2x patyczki 15 cm

2x miska Gallipot 60 ml

5x kompres 10x10 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 12 poz. 1 powyższego zestawu do iniekcji pod warunkiem iż zestawu będzie zawierał 1 x opatrunek na oko. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o informację jaki rodzaj strzałek spongostanowych należy zaoferować, celulozowe czy PVA?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 12 poz. 2 strzałek PVA jak i celulozowe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

inż. Monika Wojciechowska

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

KIEROWNIK DZIAŁU
Zaproszenia i Zamówień Publicznych

Romana Romera