



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Zgorzelec, dnia 08.05.2023 r.

DZP/99/2023

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania przetargowego: Zakup odczynników do badań biochemicznych, immunochemicznych wraz z dzierżawą modułów biochemiczno-immunochemicznych, UPS-ów, stacji uzdatniania wody, systemu informatycznego wraz z komputerami oraz innym sprzętem technicznym pomocniczym.

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, działając zgodnie z art. 253 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu przetargowym.

I. OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA:

**Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8; 00-728 Warszawa**

UZASADNIENIE WYBORU:

Wykonawca, którego oferta została wybrana złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, szczegółowo określone w specyfikacji warunków zamówienia. Uzyskał liczbę **83,93 punktów**, zgodnie z kryteriami poniżej.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

- 1. Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8; 00-728 Warszawa**
- 2. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa**

III. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

| Nr oferty, nazwa Wykonawcy | PUNKTY CENA (70) | PUNKTY OCENA TECHNICZNA (30) | RAZEM |
|--|------------------------|---------------------------------------|-------|
| 1. Roche Diagnostics Polska | 70,00 | 13,93 | 83,93 |
| 2. Abbott Laboratories Poland | OFERTA ODRZUCONA | | |

III. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

W wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, oferta przetargowa Firmy: **Abbott Laboratories Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21b**, została odrzucona z postępowania na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 t.j. ze zm) – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

UZASADNIENIE

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) Tabela nr 11 – Wymogi graniczne dla serwisowania wirówek, witryn chłodniczych, urządzenia zabezpieczającego potrzeby wentylacji/chłodu oraz CO, witryn chłodniczych (serwis wirówek laboratoryjnych) w pkt. 2 wymagał m.in. bezpłatnego serwisowania zgodnie z wymogami producenta, nie mniej niż jeden raz w roku. Państwa Firma w kolumnie Parametr oferowany wpisała: „w okresie gwarancji 24 m-ce bezpłatnie, w trakcie gwarancji 24 m-ce producent nie wymaga przeglądów i walidacji. Razem z nowym urządzeniem będą dostarczone świadectwa walidacji z terminem ważności 24 m-ce. Po upływie gwarancji przeglądy na pisemny wniosek użytkownika / właściciela urządzenia.” Jak wynika z powyższego Państwa Firma nie potwierdziła wymogu serwisu co najmniej jeden raz do roku w okresie pierwszych 24 miesięcy. Potwierdziła jedynie, że producent nie wymaga przeglądu w okresie gwarancji (24 miesiące), nie jest to jednak spełnienie wymagań Zamawiającego, ponieważ Zamawiający wyraźnie określił, że „serwisowanie zgodnie z wymogami producenta nie mniej niż jeden raz do roku”. Ponadto nadmieniamy, że w postępowaniu zadano dwa pytania dotyczące serwisu wirówek, jednak żadne z nich nie dotyczyło braku konieczności wykonywania serwisu w okresie pierwszych 24 miesięcy zgodnie z zaleceniami producenta, a co za tym idzie wymóg Zamawiającego dotyczący serwisu „co najmniej jeden raz w roku” nie został zmieniony. Nadto Firma Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. nie potwierdziła w kolumnie Parametr oferowany, przez wpisanie słowa TAK lub opisu konkretnego parametru, że w ramach bezpłatnego serwisowania, wchodzi również wszystkie materiały zużywalne, części, podzespoły wymagające wymiany podczas przeglądu urządzenia oraz że wszelkie wymagane aktualizacje oprogramowania również są bezpłatne – czego wymagał Zamawiający.

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) Tabela nr 11 – Wymogi graniczne dla serwisowania wirówek, witryn chłodniczych, urządzenia zabezpieczającego potrzeby wentylacji/chłodu oraz CO, witryn chłodniczych (serwis wirówek laboratoryjnych) w pkt. 4 wymagał m.in. przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta, nie rzadziej niż jeden raz do roku.” Państwa Firma w kolumnie Parametr oferowany wpisała: „w trakcie gwarancji 24 m-ce producent nie wymaga przeglądów i walidacji. Razem z nowym urządzeniem będą dostarczone świadectwa walidacji z terminem ważności 24 m-ce.” Jak wynika z powyższego Państwa Firma nie potwierdziła wymogu przeglądów serwisowych nie rzadziej niż jeden raz do roku. Potwierdziła jedynie, że producent nie wymaga przeglądów i walidacji w okresie gwarancji (24 miesiące), nie jest to jednak spełnienie wymagań Zamawiającego, ponieważ Zamawiający wyraźnie określił, że „przeglądy serwisowe zgodnie z wymogami producenta nie rzadziej niż jeden raz do roku”. Ponadto nadmieniamy, że w postępowaniu zadano dwa pytania dotyczące serwisu wirówek, jednak żadne z nich nie dotyczyło braku konieczności wykonywania serwisu w okresie pierwszych 24 miesięcy zgodnie z zaleceniami producenta, a co za tym idzie wymóg Zamawiającego dotyczący przeglądów serwisowych „nie rzadziej niż jeden raz do roku” nie został zmieniony.

Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) Tabela nr 14 – Wymogi graniczne dla 19 szt. komputerów w pkt. 7 wymagał aby każdy z 19 sztuk zaoferowanych komputerów posiadał zainstalowany dysk o pojemności minimum 256 GB. Państwa Firma w kolumnie „Parametr Oferowany” nie dokonała żadnego wpisu – pozostawiając pole puste, niewypełnione.

Zgodnie z opisem zawartych na stronie 1 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ): „brak określenia TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub brak opisu konkretnego oferowanego parametru w kolumnie „Parametr oferowany” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym sprzęcie lub innego wymogu wymaganego przez Zamawiającego. Nie spełnienie któregośkolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w rubryce „WYMOGI GRANICZNE” stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty – nie dotyczy parametrów ocenianych.”

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że pozostawienie niewypełnionego w/w pola jednoznacznie potwierdza że w/w parametr nie został przez Państwa potwierdzony, a zaoferowane komputery nie zawierają wymaganych przez zamawiającego dysków.

Ponadto Zamawiający odstąpił od wyjaśnienia treści Państwa oferty w zakresie sposobu wyceny zaoferowanego asortymentu w tabeli 2 pkt 3, w tabeli 13 punkt 2, 3, 4, w tabeli 14 pkt. 1, w tabeli 16 pkt. 1, w tabeli 18 pkt. 1 – ponieważ bez względu na udzielone wyjaśnienia Oferta Państwa Firmy nadal by podlegała odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że odrzucenie Państwa oferty jest zasadne i konieczne.

IV. TERMIN ZAWARCIA UMOWY

1. Termin po upływie którego umowa może być zawarta – **18.05.2023r.** – (art. 264 ust. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).
2. Planowany termin zawarcia umowy – **19.05.2023r.**

numer sprawy 2/ZP/2023

V. ZAMAWIAJĄCY NIE USTANOWIŁ DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Dziękując za złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu, zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala
- Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Zofia Barczyk

Otrzymują:

- 1) Wykonawca
- 2) Platforma Zakupowa
- 3) a/a

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA E-MAIL

zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Sprawę prowadzi: Radosław Jabłoński; e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl