



**INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa stołów, łóżka oraz innych przedmiotów*”

**Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 3 Leżanka do USG 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści leżankę o poniższych parametrach:

posiada prosty i stabilny stelaż wykonany z rur stalowych  
ma stałą wysokość

dwu częściowe leże z regulowanym podgłówkiem w standardzie z wycięciem na twarz i zatyczką

Podgłówek regulowany jest za pomocą mechanizmu typu

- Długość: 195 cm
- Szerokość: 70 cm
- Wysokość: 55 cm lub 75 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od
- Dopuszczalne obciążenie: 200 kg
- Waga: 34 kg

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian*

**Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 4 Leżanka elektryczna do masażu 1 szt.**

Proszę o określenie czy stół ma być z regulacją manualną, czy hydrauliczną?

Nie da się połączyć obydwu tych funkcji.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wymaga aby leżanka posiadała funkcję regulacji hydraulicznej.*

*Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 1.4 w Zadaniu nr 4 (Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych) w następujący sposób:*

**Jest:**

*1. Regulacja wysokości (manualna – elektryczna)*

**Winno być:**

*1. Regulacja wysokości hydrauliczna*

**Jest:**

**Przedmiot zamówienia – Leżanka elektryczna do masażu – 1 szt. (Zamiejskowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I)**

**Winno być:**


**Przedmiot zamówienia – Leżanka do masażu – 1 szt. (Zamiejskowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I)**


**Zamawiający usuwa zapis:**

**6. Korba do manualnej regulacji wysokości**

**W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany załącznik nr 1.4 do SWZ.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

**REFERENT**  
ds. Zamówień Publicznych  
  
Magdalena Adamczyk

**KIEROWNIK DZIAŁU**  
Zaplecza i Zamówień Publicznych  
  
Renata Komora