

Tarnów, dnia 29.04.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.14 .KK.1443/20

**Dot. Przetarg nieograniczony – SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU** dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.03.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 1, Zakres 1, poz.1-2**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ**

**Pytanie 2, Zakres 1, poz.1-2**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga**

**Pytanie 3, Zakres 1, poz.1-2**

Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga**

**Pytanie 4, Zakres 1, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową, długość całkowita komory kroplowej ok.62 mm, długość komory kroplowej w części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm ?

**Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ**

**Pytanie 5, Zakres 1, poz.2**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, przyrząd posiada ostrą igłę biorczą dwukanałową, trójplaszczynowo ściętą, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej ?

**Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ**

**Pytanie 6, Zakres 3, poz.3-8**

Czy zamawiający wydzieli poz.3-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian**

**Pytanie 7, Zakres 3, poz.7**

Czy zamawiający dopuści strzykawki z skalą rozszerzoną 50(60) ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza strzykawkę 60ml skalowaną co 1 ml na całej długości.**

**Pytanie 8, Zakres 37, poz.1-4**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp. Cały zakres 37 składa się z 4 pozycji.**

**Pytanie 9, Zakres 80, poz.1**

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga**

**Pytanie 10, Zakres 102, poz.1**

Czy zamawiający dopuści stażę w roli, jednorazową, perforowaną co ok.45 cm, teksturowane, niepodrowane, łatwo oddzielające się?

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian**

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ A/a

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tamowie  
*Anna Czech*