

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



TAM-100/1-PN/20-2019

Rybnik, dnia 15.03.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup wyposażenia do realizacji projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku” (zamówienie nr TAM-100-PN/20-2019)
Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską Nr POIS.09.01.00-00-0357/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 15.02.2019 r., nr 2019/S 033-073598

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1 oraz 2 dotyczy pakietu nr 1. Pulsoksymetr - 2 szt.

Pytanie 1: „Ad. II pkt. 5. Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z wyświetlanem: wartości cyfrowe SpO₂ oraz tętna i krzywa pletyzmograficzna. Wskaźnik amplitudy tętna?”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu. Oferując takie rozwiązanie przy udzielaniu odpowiedzi należy powołać się w pkt II.5 załącznika nr 1.2 Specyfikacja techniczna na przedmiotową odpowiedź.

Pytanie 2: „Ad. II pkt. 11. Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z: Pamięć – zapis wartości mierzonych. Trendy tabelaryczne o długości maksymalnie 96 godzin, rozdzielczość 2s.?”

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu. Oferując takie rozwiązanie przy udzielaniu odpowiedzi należy powołać się w pkt II.11 załącznika nr 1.2 Specyfikacja techniczna na przedmiotową odpowiedź.

Pytanie 3: „Dotyczy pakietu nr 1 – Specyfikacja techniczna - I. 6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z zasilaniem akumulatorowym na 8 godzin ciągłej pracy? Oferowane urządzenie posiada wbudowany akumulator z możliwością ładowania podczas monitorowania funkcji życiowych pacjenta na zasilaniu sieciowym, co pozwala na wyeliminowanie przerw w pracy urządzenia.”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 4: „Dotyczy pakietu nr 2 – Specyfikacja techniczna - I. 6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kapnograf z zasilaniem akumulatorowym na 4 godziny ciągłej pracy? Oferowane urządzenie posiada wbudowany akumulator z możliwością ładowania podczas monitorowania funkcji życiowych pacjenta na zasilaniu sieciowym, co pozwala na wyeliminowanie przerw w pracy urządzenia.”

Odpowiedź 4: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytania od 5 do 7 dotyczą specyfikacji technicznej – pakiet 3 - Elektryczne urządzenie do ssania – 1 sztuka.

Pytanie 5: „II.8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak z bezolejową, membranową pompą próżniową o dużej wydajności i bezawaryjności? Pompa nie wymaga konserwacji i objęta jest sześcioletnią gwarancją producenta.”

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu. Oferując takie rozwiązanie przy udzielaniu odpowiedzi należy powołać się w pkt II.8 załącznika nr 1.2 Specyfikacja techniczna na przedmiotową odpowiedź.

Pytanie 6: „II.9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak o cichej pracy – max. 39,4 dB? Oferowany parametr tylko nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego i w żaden sposób nie wpłynie na komfort pracy personelu medycznego.”

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu. Oferując takie rozwiązanie przy udzielaniu odpowiedzi należy powołać się w pkt II.9 załącznika nr 1.2 Specyfikacja techniczna na przedmiotową odpowiedź.

Pytanie 7: „II.10. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak z włącznikiem/ wyłącznikiem nożnym na kablu, nie wbudowanym w podstawę jezdną? Zaoferowane rozwiązanie pozwala na umieszczenie włącznika/wyłącznika nożnego w dowolnym miejscu, wygodnym dla personelu, tak, by osoba obsługująca urządzenie nie musiała odwracać uwagi od pacjenta.”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie od 8 do 10 dotyczy ZAŁĄCZNIKA NR 1.3 – WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I SERWISU

Pytanie 8: „Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu:

>>W przypadku, gdy naprawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin usunięcia usterki będzie wynosił 14 dni roboczych.”

Odpowiedź 8: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 9: „dotyczy pkt. 5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy.”**Odpowiedź 9:** Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 10: „Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie od 11 do 13 dotyczy dotyczy WZORU UMOWY

Pytanie 11: „Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 1a

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

>>1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:

a) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 ust. 5 - w wysokości 1 % wartości przedmiotu niniejszej umowy brutto za każdy dzień opóźnienia<<
zapisem:

>>1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:

a) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 pkt. 5 - w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia<<?

Odpowiedź 11: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 12: „Dot. § 5 ust. 1 ppkt b)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości brutto sprzętu, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia.”

Odpowiedź 12: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 13: „Dot. § 8 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższego paragrafu.”

Odpowiedź 13: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia 22.03.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272