



Nr sprawy: WIM/ZP/11/2022

WYJAŚNIENIE NR 3 TREŚCI SWZ

Działając na podstawie **art. 284 ust 1 i 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 09.06.2022 r. wpłynęło pytanie w postępowaniu, na:

„dostawę materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego”

o treści:

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 1, pozycja 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butli szklanej sodowo-wapniowej z korkiem szklanym pełnym? Korki w butlach hutniczych dla ww. butli są korkami pełnymi. Nie ma producenta, który oferuje korki puste dla tak małych szlifów jak 14,5/15.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butli szklanej sodowo-wapniowej z korkiem szklanym pełnym i zmienia zapis w Załączniku nr 2 Formularzu asortymentowo-cenowym do SWZ, w poz. 21, w części nr 1, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.