

Toruń, dnia 16-04-2024 r.

**W.Sz.Z: TZ-280-27/24**

dotyczy: postępowania na **dostawę wyrobów medycznych z podziałem na 5 zadań.**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art.135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2023r. poz.1605z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, udziela poniższych odpowiedzi:

**Pytanie Nr 1:**

*Dotyczy Zadania Nr 5, poz. 1*

Czy Zamawiający wymaga koreczka do wenflonów z trzpieniem poniżej krawędzi?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie Nr 2:**

*Dotyczy Zadania Nr 5, poz. 1*

Czy Zamawiający wymaga koreczka do kaniul w opakowaniu typu twardej blister umożliwiającego wyjście koreczka nie powodującego jego kontaminacji?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie Nr 3:**

*Dotyczy Zadania Nr 5, poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul dożylnych w opakowaniu 250 szt. Wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 4:**

*Dotyczy Zadania Nr 4 poz. 1- 4*

Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych niż opisanych przez zamawiającego w przypadku bezpłatnego użyczenia strzygarki na czas trwania umowy.

Kompatybilna z nimi strzygarką posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudnodostępnych miejscach na ciele.

W przypadku dopuszczenia powyższego rozwiązania prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek, które użyczymy bezpłatnie na czas trwania umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie Nr 5:**

*Dotyczy Zadania Nr 4 poz. 1, 2:*

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, szerokość ostrza 36 mm, wysokości strzyżenia 0,3 mm.

Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blisterów/ pudełko, kompatybilnych z zaferowana strzygarką.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie Nr 6:**

*Dotyczy Zadania Nr 4 poz. 3,4:*

Prosimy o dopuszczenie ostrzy neutro do włosów grubych o wysokości strzyżenia 0,3 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu pakowane: 1szt / blister, 25 blistrów/ pudełko, kompatybilnych z zaoferowaną strzygarką.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie Nr 7:**

*Dotyczy Zadania Nr 5*

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka pakowanego w blister dopasowany do kształtu koreczka, uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie Nr 8:**

*Dotyczy Zadania Nr 5*

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dla łatwej identyfikacji na opakowaniu 1 szt. koreczka mają być takie informacje jak; nazwa producenta, numer katalogowy, numer serii, data ważności, data produkcji, znak CE

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza proponowany opis na opak. 1 szt. koreczka, ale nie wymaga.

**Pytanie Nr 9:**

*Dotyczy Zadania Nr 3 poz. 1*

Czy Zamawiający ma na myśli siatkę do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową w rozmiarach: 7.9 x 13,4 cm, 10.3 x 15.7 cm, 12.2 x 17.0 cm pozostałe parametry zgodne z SWZ? Orientacja prawa lub lewa i rozmiar do wyboru Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opisane powyżej siatki jako równoważne do opisanych w SWZ w poz. 1.

**Pytanie Nr 10:**

*Dotyczy Zadania Nr 3 poz.1*

Czy Zamawiający ma na myśli ilość 60 szt. siatek z każdego rozmiaru na okres 2 lat? Parametry techniczne zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ, w kolumnie 5 tabeli wskazano szacunkową zamawianą ilość w okresie 24 m-cy.

**Pytanie Nr 11:**

*Dotyczy Zadania Nr 3 poz.1*

Czy Zamawiający ma na myśli ilość 60 szt. siatek z każdego rozmiaru na okres 1 roku? Parametry techniczne zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ, w kolumnie 5 tabeli wskazano szacunkową zamawianą ilość w okresie 24 m-cy.

**Pytanie Nr 12:**

*Dotyczy Zadania Nr 3 poz.2*

Czy Zamawiający ma na myśli siatkę do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową w rozmiarach: 8.5 x 13.7 cm, 10.8 x 16.0 cm, 12.4 x 17.3 cm pozostałe parametry zgodne z SWZ? Orientacja prawa lub lewa i rozmiar do wyboru Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opisane powyżej siatki jako równoważne do opisanych w SWZ w poz. 2.

**Pytanie Nr 13:**

*Dotyczy Zadania Nr 3 poz.2*

Czy Zamawiający ma na myśli ilość 20 szt. siatek z każdego rozmiaru na okres 2 lat? Parametry techniczne zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ, w kolumnie 5 tabeli wskazano szacunkową zamawianą ilość w okresie 24 m-cy.

**Pytanie Nr 14:**

*Dotyczy Zadania Nr 3 poz.2*

Czy Zamawiający miał na myśli ilość 20 szt. siatek z każdego rozmiaru na okres 1 roku? Parametry techniczne zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ, w kolumnie 5 tabeli wskazano szacunkową zamawianą ilość w okresie 24 m-cy.

**Pytanie Nr 15:**

*Dotyczy Zadania Nr 3 poz.5*

Czy Zamawiający miał na myśli okrągłe siatki o śr. 6,4 cm i 8,0 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opisane wyżej siatki jako równoważne do opisanych w SWZ w poz.5.

**Pytanie Nr 16:**

*Dotyczy Zadania Nr 4*

Czy Zamawiający w **pakiecie nr 4 poz. 1** dopuści ostrza do strzygarki, jednorazowe uniwersalne, bezpieczne. Ostrza zapewniają obcinanie włosów tuż nad skórą bez ryzyka jej uszkodzenia. Sprawdza się w większości okolic anatomicznych, obcinając owłosienie bardzo krótko. Szerokość cięcia 31,5 mm, wysokość strzyżenia = 0,21 mm. Pakowane pojedynczo ( w plastikowe przezroczyste opakowanie zaklejone z wierzchu folią zawierającą opis oraz nr katalogowy ) w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Kompatybilne ze strzygarka 5513E firmy BECTON DICKINSON POLSKA Sp. z o.o.



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie Nr 17:**

*Dotyczy Zadania Nr 4*

Czy Zamawiający w **pakiecie nr 4 poz. 2** dopuści Ostrza do strzygarki jednorazowe przeznaczone do miejsc wrażliwych takich jak: Krocze i inne obszary wrażliwe. Wydajność golenia - 9 800 włosów na sekundę  
Wysokość cięcia 0,23mm , szerokość cięcia 25 mm. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 20 szt.

Kompatybilne ze strzygarką firmy Becton Dickinson model: 5513E



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie Nr 18:**

*Dotyczy Zadania Nr 4*

Czy Zamawiający w **pakiecie nr 4 poz. 3** dopuści Ostrza do strzygarki, jednorazowe, przeznaczone do strzyżenia skóry głowy i grubego gęstego owłosienie innych powierzchni ciała. Wydajność golenia - 18 000 włosów na sekundę Wysokość cięcia 0,45 mm , szerokość cięcia 39,4 mm. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 20 szt.

Kompatybilne ze strzygarką firmy Becton Dickinson model: 5513E



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie Nr 19:**

*Dotyczy Zadania Nr 4*

Czy Zamawiający w **pakiecie nr 4 poz. 4** dopuści ostrza do strzygarki, jednorazowe uniwersalne, bezpieczne. Ostrza zapewniają obcinanie włosów tuż nad skórą bez ryzyka jej uszkodzenia. Sprawdza się w większości okolic anatomicznych, obcinając owłosienie bardzo krótko. Szerokość cięcia 31,5 mm, wysokość strzyżenia = 0,21 mm. Pakowane pojedynczo ( w plastikowe przezroczyste opakowanie zaklejone z wierzchu folią zawierającą opis oraz nr katalogowy ) w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. **Ostrza przeznaczone również do krótkiego zarostu.** Kompatybilne ze strzygarka 5513E firmy BECTON DICKINSON POLSKA Sp. z o.o.



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie Nr 20:**

*Dotyczy SWZ - Kryteria oceny ofert*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie max. terminu dostawy zamówienia częściowego dla pakietu nr 3 i 4 do 5 dni roboczych?

Prośbę tę motywujemy koniecznością dostawy naszych produktów z magazynu ulokowanego poza granicami Polski.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 21:**

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający uzna za skuteczne dostarczenie faktury w formacie pdf za pośrednictwem poczty e-mail?

W przypadku zgody na powyższe, prosimy o uwzględnienie zapisu w umowie wraz ze wskazaniem adresu e-mail, na który należy przesłać fakturę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje o możliwości przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (efaktura.gov.pl, Bloker PEF expert).

*Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.*

Z poważaniem