



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

SP ZOZ/DZ/330/2023/1

Myszków, 14.11.2023 r.

**WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1**

*dotyczy postępowania o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,*

*prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy pn.:*

***Dostawa stołów operacyjnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego SP ZOZ w Myszkowie***

*ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 09.11.2023 r.,*

*pod nr 2023/BZP 00486947*

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi, dodatkowo zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

**Pytania nr 1- 12 dotyczą załącznika nr 1.2.A, pakiet nr 1 – Stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami:**

**Pytanie 1:** *„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami, który posiada podstawę stołu w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu, koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza jej obrys?*

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań, co do kształtu podstawy stołu – wyjaśnia, że dopuszczalne jest zaoferowanie stołu operacyjnego ortopedycznego z przystawkami, który posiada podstawę stołu w kształcie litery „T”, pod warunkiem zachowania innych wymagań określonych w SWZ (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem).

**Pytanie 2:** *„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami, który posiada podstawę oraz kolumnę stołu pokryte włóknem węglowym odpornym na środki czyszczące i dezynfekcyjne?*

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań, co do pokrycia podstawy oraz kolumny stołu – wyjaśnia, że dopuszczalne jest zaoferowanie stołu operacyjnego ortopedycznego z przystawkami, który posiada podstawę oraz kolumnę stołu pokryte włóknem węglowym odpornym na środki czyszczące i dezynfekcyjne, pod warunkiem zachowania innych wymagań określonych w SWZ (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem).

**Pytanie 3:** *„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami, który posiada napęd stołu elektrohydrauliczny, natomiast przesuw wzdłużny blatu realizowany przez napęd elektromechaniczny?*

**Odpowiedź 3:** Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania stołu operacyjnego o charakterystyce dopuszczonej niniejszą odpowiedzią w załączniku nr 1.2.A w kolumnie „Parametry oferowane (opisać)” należy nanieść stosowne zapisy tak, by nie było wątpliwości, jakie parametry stołu zaoferowano.

**Pytanie 4:** *„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami, który posiada regulację całej płyty plecowej za pomocą pilota przewodowego?*

**Odpowiedź 4:** Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań, co do regulacji całej płyty plecowej za pomocą pilota przewodowego – wyjaśnia, że dopuszczalne jest zaoferowanie stołu operacyjnego ortopedycznego z przystawkami, który posiada regulację całej płyty plecowej za pomocą pilota przewodowego, pod warunkiem zachowania innych wymagań określonych w SWZ (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem).

**Pytanie 5:** *„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami, który posiada elektrohydrauliczną regulację wysokości blatu w zakresie 550 – 1020 mm (bez materaca)?*



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

**Odpowiedź 5:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i modyfikuje brzmienie załącznika nr 1.2.A w pozycji II.16 do brzmienia: „*Elektrohydrauliczna regulacja wysokości blatu - dolne położenie blatu w zakresie 550-700 mm; górne w zakresie 1000-1100 mm (bez materaca)*”. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2.A, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 6:** „*Czy ze względu na ergonomię pracy personelu oraz zwiększenie możliwości wykorzystania stołu, Zamawiający będzie oczekiwał aby zaoferowany stół posiadał bardzo niską pozycję dolną blatu – na poziomie 550 mm (bez materaca)*?”

**Odpowiedź 6:** Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań, co do dolnej pozycji blatu – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 5 dopuszcza zaoferowanie regulacji wysokości dolnego położenia blatu w zakresie 550-700 mm.

**Pytanie 7:** „*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami, który posiada elektrohydrauliczną regulację pozycji FLEX w zakresie 220°?*”

**Odpowiedź 7:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i modyfikuje brzmienie załącznika nr 1.2.A w pozycji II.19 do brzmienia: „*Elektrohydrauliczne, uzyskiwane za pomocą jednego przycisku na pilocie ustawienie pozycji FLEX od poziomu 220°*”. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2.A, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 8:** „*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami, który posiada elektrohydrauliczną regulację pozycji REFLEX w zakresie 100°?*”

**Odpowiedź 8:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i modyfikuje brzmienie załącznika nr 1.2.A w pozycji II.20 do brzmienia: „*Elektrohydrauliczne, uzyskiwane za pomocą jednego przycisku na pilocie ustawienie pozycji REFLEX od poziomu 100°*”. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2.A, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 9:** „*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami, który posiada elektrohydrauliczną regulację płyty plecowej w zakresie -40° – +80°?*”

**Odpowiedź 9:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i jednocześnie modyfikuje brzmienie załącznika nr 1.2.A w pozycji II.21 do brzmienia: „*Elektrohydrauliczna regulacja płyty plecowej w zakresie co najmniej -40° do +70°*”. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2.A, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 10:** „*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami, który posiada elektromechaniczny przesuw wzdłużny wynoszący 40 cm?*”

**Odpowiedź 10:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania stołu operacyjnego o charakterystyce dopuszczonej niniejszą odpowiedzią w załączniku nr 1.2.A w kolumnie „Parametry oferowane (opisać)” należy nanieść stosowne zapisy tak, by nie było wątpliwości, jakie parametry stołu zaoferowano.

**Pytanie 11:** „*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami, który posiada regulację nachylenia segmentu nóg w zakresie -90° – +25°?*”

**Odpowiedź 11:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i modyfikuje brzmienie załącznika nr 1.2.A w pozycji II.23 do brzmienia: „*Regulacja nachylenia segmentu nóg w zakresie co najmniej +25° do -90°*”. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2.A, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

**Pytanie 12:** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami, który posiada regulację nachylenia podglówka w zakresie  $-50^{\circ}$  –  $+55^{\circ}$ ?”

**Odpowiedź 12:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i modyfikuje brzmienie załącznika nr 1.2.A w pozycji II.25 do brzmienia: „Regulacja nachylenia podglówka w zakresie co najmniej  $-50^{\circ}$  do  $+50^{\circ}$ ”. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2.A, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytania nr 13-24 dotyczą załącznika nr 1.2.B, pakiet nr 2 – Stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami:**

**Pytanie 13:** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami, który posiada podstawę stołu w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu, koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza jej obrys?”

**Odpowiedź 13:** Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań, co do kształtu podstawy stołu – wyjaśnia, że dopuszczalne jest zaoferowanie stołu operacyjnego ortopedycznego z przystawkami, który posiada podstawę stołu w kształcie litery „T”, pod warunkiem zachowania innych wymagań określonych w SWZ (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem).

**Pytanie 14:** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami, który posiada podstawę oraz kolumnę stołu pokryte włóknem węglowym odpornym na środki czyszczące i dezynfekcyjne?”

**Odpowiedź 14:** Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań, co do pokrycia podstawy oraz kolumny stołu – wyjaśnia, że dopuszczalne jest zaoferowanie stołu operacyjnego ortopedycznego z przystawkami, który posiada podstawę oraz kolumnę stołu pokryte włóknem węglowym odpornym na środki czyszczące i dezynfekcyjne, pod warunkiem zachowania innych wymagań określonych w SWZ (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem).

**Pytanie 15:** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami, który posiada napęd stołu elektrohydrauliczny, natomiast przesuw wzdłużny blatu realizowany przez napęd elektromechaniczny?”

**Odpowiedź 15:** Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania stołu operacyjnego o charakterystyce dopuszczonej niniejszą odpowiedzią w załączniku nr 1.2.B w kolumnie „Parametry oferowane (opisać)” należy nanieść stosowne zapisy tak, by nie było wątpliwości, jakie parametry stołu zaoferowano.

**Pytanie 16:** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami, który posiada regulację całej płyty plecowej za pomocą pilota przewodowego?”

**Odpowiedź 16:** Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań, co do regulacji całej płyty plecowej za pomocą pilota przewodowego – wyjaśnia, że dopuszczalne jest zaoferowanie stołu operacyjnego ortopedycznego z przystawkami, który posiada regulację całej płyty plecowej za pomocą pilota przewodowego, pod warunkiem zachowania innych wymagań określonych w SWZ (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem).

**Pytanie 17:** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami, który posiada elektrohydrauliczną regulację wysokości blatu w zakresie 550 – 1020 mm (bez materaca)?”

**Odpowiedź 17:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i modyfikuje brzmienie załącznika nr 1.2.B w pozycji II.16 do brzmienia: „Elektrohydrauliczna regulacja wysokości blatu - dolne położenie blatu w zakresie 550-700 mm; górne w zakresie 1000-1100 mm (bez materaca)”. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2.B, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

**Pytanie 18:** „Czy ze względu na ergonomię pracy personelu oraz zwiększenie możliwości wykorzystania stołu, Zamawiający będzie oczekiwał aby zaoferowany stół posiadał bardzo niską pozycję dolną blatu – na poziomie 550 mm (bez materaca)?

**Odpowiedź 18:** Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań, co do dolnej pozycji blatu – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 17 dopuszcza zaoferowanie regulacji wysokości dolnego położenia blatu w zakresie 550-700 mm.

**Pytanie 19:** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego ortopedycznego z przystawkami, który posiada elektrohydrauliczną regulację pozycji FLEX w zakresie 220°?”

**Odpowiedź 19:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i modyfikuje brzmienie załącznika nr 1.2.B w pozycji II.19 do brzmienia: „Elektrohydrauliczne, uzyskiwane za pomocą jednego przycisku na pilocie ustawienie pozycji FLEX od poziomu 220°”. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2.B, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 20:** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego ortopedycznego z przystawkami, który posiada elektrohydrauliczną regulację pozycji REFLEX w zakresie 100°?”

**Odpowiedź 20:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i modyfikuje brzmienie załącznika nr 1.2.B w pozycji II.20 do brzmienia: „Elektrohydrauliczne, uzyskiwane za pomocą jednego przycisku na pilocie ustawienie pozycji REFLEX od poziomu 100°”. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2.B, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 21:** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego ortopedycznego z przystawkami, który posiada elektrohydrauliczną regulację płyty plecowej w zakresie -40° – +80°?”

**Odpowiedź 21:** : Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i jednocześnie modyfikuje brzmienie załącznika nr 1.2.B w pozycji II.21 do brzmienia: „Elektrohydrauliczna regulacja płyty plecowej w zakresie co najmniej -40° do +70°”. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2.B, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma

**Pytanie 22:** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego ortopedycznego z przystawkami, który posiada elektromechaniczny przesuw wzdłużny wynoszący 40 cm?”

**Odpowiedź 22:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania stołu operacyjnego o charakterystyce dopuszczonej niniejszą odpowiedzią w załączniku nr 1.2.B w kolumnie „Parametry oferowane (opisać)” należy nanieść stosowne zapisy tak, by nie było wątpliwości, jakie parametry stołu zaoferowano.

**Pytanie 23:** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego ortopedycznego z przystawkami, który posiada regulację nachylenia segmentu nóg w zakresie -90° – +25°?”

**Odpowiedź 23:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i modyfikuje brzmienie załącznika nr 1.2.B w pozycji II.23 do brzmienia: „Regulacja nachylenia segmentu nóg w zakresie co najmniej +25° do -90°”. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2.B, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 24:** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego ortopedycznego z przystawkami, który posiada regulację nachylenia podglówka w zakresie -50° – +55°?”

**Odpowiedź 24:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i modyfikuje brzmienie załącznika nr 1.2.B w pozycji II.25 do brzmienia: „Regulacja nachylenia podglówka w zakresie co najmniej -50° do +50°”. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2.A, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

**Pytania nr 25-37 dotyczą załącznika nr 1.2.A, pakiet nr 1 – Stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami:**

**Pytanie 25:** „punkt II.1 - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał aby stół operacyjny wyposażony był w funkcję jazdy realizowaną za pomocą dodatkowego (wysuwanego z podstawy) koła z napędem elektrycznym. Sterowanie funkcją jazdy stołu do przodu i do tyłu za pomocą pilota kablowego oraz za pomocą manetki z regulacją prędkości, manetka mocowana do szyny bocznej stołu. Manetka posiada przyciski umożliwiające sterowanie stołem w zakresie blokowania i odblokowywania kół, regulacji pochyleń wzdłużnych blatu, regulacji wysokości blatu. Manetka umożliwiająca jazdę i sterowanie w/w ruchami stołu bez konieczności wykorzystywania pilota stołu – działająca niezależnie od pilota. Takie rozwiązanie pozwala personelowi medycznemu na bardziej ergonomiczną pracę.

**Odpowiedź 25:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, poza określonymi w SWZ.

**Pytanie 26:** „punkt II.4- Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół operacyjny, w którym zarówno napęd blatu jak i kolumny jest napędem elektrohydraulicznym. Zwracamy uwagę, że taka różnica nie wpływa niekorzystnie na cechy użytkowe urządzenia a wynika jedynie z technologii produkcji danego wytwórcy.

**Odpowiedź 26:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania stołu operacyjnego o charakterystyce dopuszczonej niniejszą odpowiedzią w załączniku nr 1.2.A w kolumnie „Parametry oferowane (opisać)” należy nanieść stosowne zapisy tak, by nie było wątpliwości, jakie parametry stołu zaoferowano.

**Pytanie 27:** „punkt II.9 - Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół operacyjny, który blokowany jest do podłoża poprzez podniesienie kół do góry i posadowienie podstawy stołu na posadzce. Jest to rozwiązanie znacznie lepsze od wymaganego, gdyż zapewnia bardzo dużą stabilność stołu.

**Odpowiedź 27:** Zamawiający nie zmienia treści SWZ w zakresie opisanym w pytaniu.

**Pytanie 28:** „punkt II.11 - Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół operacyjny, w którym mocowanie elementów blatu odbywa się za pomocą bezpiecznego i intuicyjnego połączenia typu „okrągły otwór – bolec” zapewniającego bezpieczne mocowanie elementów blatu. Zwracamy uwagę, że taka różnica nie wpływa niekorzystnie na cechy użytkowe urządzenia a wynika jedynie z technologii produkcji danego wytwórcy.

**Odpowiedź 28:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania stołu operacyjnego o charakterystyce dopuszczonej niniejszą odpowiedzią w załączniku nr 1.2.A w kolumnie „Parametry oferowane (opisać)” należy nanieść stosowne zapisy tak, by nie było wątpliwości, jakie parametry stołu zaoferowano.

**Pytanie 29:** „punkt II.13 - Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół operacyjny, w którym pilot przewodowy nie posiada funkcji wyłączania stołu. Oferowany przez nasz stół działa na zasadzie w pełni intencjonalnej, i wszelkie ruchy są wykonywane tylko w przypadku naciśnięcia danego przycisku. Co więcej – ze względów bezpieczeństwa stół aktywny jest non-stop a aktywacja pilota odbywa się poprzez wciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie.

**Odpowiedź 29:** Zamawiający nie zmienia treści SWZ w zakresie opisanym w pytaniu.

**Pytanie 30:** „punkt II.16 - Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół operacyjny, w którym elektrohydrauliczna regulacja wysokości blatu realizowana jest w zakresie – dolne położenie blatu 600mm; górne 1050mm (bez materaca). Jest to zakres większy niż wymagany przez Zamawiającego, co więcej niskie położenie blatu zwiększa funkcjonalność urządzenia oraz ergonomię pracy personelu medycznego.

**Odpowiedź 30:** Zamawiający zmodyfikował brzmienie załącznika nr 1.2.A w pozycji II.16 odpowiadając na pytanie nr 5.

**Pytanie 31:** „punkt II.18 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stół operacyjny, w którym elektrohydrauliczna regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga)



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

*realizowana jest w zakresie:  $-25^{\circ}$  do  $+35^{\circ}$ . Zakres od jednego skrajnego pochylenia do drugiego jest dokładnie taki sam jak wymagany (60 stopni), ale ze względu na budowę stołu i możliwości pozycjonowania pacjenta, producent zaprojektował stół w taki sposób aby móc go skonfigurować w jak najbardziej elastyczny sposób.*

**Odpowiedź 31:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i modyfikuje brzmienie załącznika nr 1.2.A w pozycji II.18 do brzmienia: „Elektrohydrauliczna regulacja Trendelenburga, Antytrendelenburga w zakresie co najmniej  $-25^{\circ}/+30^{\circ}$ ”. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2.A, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 32:** „punkt II.19 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stół operacyjny, w którym elektrohydrauliczna, uzyskiwana za pomocą jednego przycisku na pilocie pozycja FLEX jest realizowana od poziomu  $220^{\circ}$ ? Zwracamy uwagę, że taka różnica nie wpływa niekorzystnie na cechy użytkowe urządzenia a wynika jedynie z technologii produkcji danego wytwórcy.

**Odpowiedź 32:** Zamawiający zmodyfikował brzmienie załącznika nr 1.2.A w pozycji II.19 odpowiadając na pytanie nr 7.

**Pytanie 33:** „punkt II.20 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stół operacyjny, w którym elektrohydrauliczna, uzyskiwana za pomocą jednego przycisku na pilocie pozycja REFLEX jest realizowana od poziomu  $140^{\circ}$ ? Zwracamy uwagę, że taka różnica nie wpływa niekorzystnie na cechy użytkowe urządzenia a wynika jedynie z technologii produkcji danego wytwórcy.

**Odpowiedź 33:** Zamawiający zmodyfikował brzmienie załącznika nr 1.2.A w pozycji II.20 odpowiadając na pytanie nr 8.

**Pytanie 34:** „punkt II.21 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stół operacyjny, w którym elektrohydrauliczna regulacja płyty plecowej zawiera się w zakresie od  $-40^{\circ}$  do  $+70^{\circ}$ . Zwracamy uwagę, że taka różnica nie wpływa niekorzystnie na cechy użytkowe urządzenia a wynika jedynie z technologii produkcji danego wytwórcy.

**Odpowiedź 34:** Zamawiający zmodyfikował brzmienie załącznika nr 1.2.A w pozycji II.21 odpowiadając na pytanie nr 9.

**Pytanie 35:** „punkt II.25 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacja podglówka zawiera się w zakresie od  $-60^{\circ}$  do  $+84^{\circ}$ . Zwracamy uwagę, że taka różnica nie wpływa niekorzystnie na cechy użytkowe urządzenia a wynika jedynie z technologii produkcji danego wytwórcy.

**Odpowiedź 35:** Zamawiający zmodyfikował brzmienie załącznika nr 1.2.A w pozycji II.25 odpowiadając na pytanie nr 12.

**Pytanie 36:** „punkt II.26 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stół operacyjny, w którym podczas powrotu do pozycji „0”, poziomuje najpierw sekwencyjnie przechyły boczne, wzdłużne oraz pochylenie płyty plecowej – a ze względów bezpieczeństwa – segment nóg jest ustawiany do pozycji „0” na samym końcu. Zwracamy uwagę, że taka różnica nie wpływa niekorzystnie na cechy użytkowe urządzenia a wynika jedynie z technologii produkcji danego wytwórcy.

**Odpowiedź 36:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i modyfikuje brzmienie załącznika nr 1.2.A w pozycji II.26 do brzmienia: „Stół podczas powrotu do pozycji 0 poziomuje wszystkie elementy stołu”. Tym samym Zamawiający rezygnuje z wymogu, aby wszystkie elementy stołu poziomowane były jednocześnie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2.A, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 37:** „punkt III.11 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stół operacyjny, wyposażony w kompletną przystawkę ortopedyczną montowana do stołu, zawierająca: płyta siedziska, 2 ramiona ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji odwodzenia na boki oraz długości, możliwość odłączenia ramion wyciągowych od płyty siedziska, 2 mechanizmów wyciągowych wraz z butami trakcyjnymi, walek oporowy. Pozostałe wymagania



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

zgodnie z SOPZ. Zwracamy uwagę, że taka różnica nie wpływa niekorzystnie na cechy użytkowe urządzenia a wynika jedynie z technologii produkcji danego wytwórcy.

**Odpowiedź 37:** Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań co do stołu operacyjnego ponad określone w SWZ, jednocześnie dopuszcza zaoferowanie przystawki ortopedycznej o charakterystyce opisanej w pytaniu. W przypadku zaoferowania stołu operacyjnego o charakterystyce dopuszczonej niniejszą odpowiedzią w załączniku nr 1.2.A w kolumnie „Parametry oferowane (opisać)” należy nanieść stosowne zapisy tak, by nie było wątpliwości, jakie parametry stołu (przystawki ortopedycznej) zaoferowano.

**Pytania 38-51** dotyczą załącznika nr 1.2.B, pakiet nr 2 – Stół operacyjny ortopedyczny z przystawkami:

**Pytanie 38:** „punkt II.1 - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał aby stół operacyjny wyposażony był w funkcję jazdy realizowaną za pomocą dodatkowego (wysuwanego z podstawy) koła z napędem elektrycznym. Sterowanie funkcją jazdy stołu do przodu i do tyłu za pomocą pilota kablowego oraz za pomocą manetki z regulacją prędkości, manetka mocowana do szyny bocznej stołu. Manetka posiada przyciski umożliwiające sterowanie stołem w zakresie blokowania i odblokowywania kół, regulacji pochyleń wzdłużnych blatu, regulacji wysokości blatu. Manetka umożliwiająca jazdę i sterowanie w/w ruchami stołu bez konieczności wykorzystywania pilota stołu – działająca niezależnie od pilota. Takie rozwiązanie pozwala personelowi medycznemu na bardziej ergonomiczną pracę.

**Odpowiedź 38:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, poza określonymi w SWZ.

**Pytanie 39:** „punkt II.2 - Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół operacyjny, którego blat nie jest wyposażony w funkcję wypiętrzenia ławeczki. Funkcjonalność tożsama jest osiągnięta przy pomocy funkcji FLEX, którą zresztą Zamawiający wymaga między innymi opisując ten wymóg w punkcie II.19 i w którą wyposażony jest stół, który zamierzamy zaoferować w postępowaniu.

**Odpowiedź 39:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i modyfikuje brzmienie załącznika nr 1.2.B w pozycji II.2 do brzmienia: „Blat stołu pięciosegmentowy, z elektryczną regulacją przechyłu wzdłużnego”. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2.B, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma

**Pytanie 40:** „punkt II.4 - Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół operacyjny, w którym zarówno napęd blatu jak i kolumny jest napędem elektrohydraulicznym. Zwracamy uwagę, że taka różnica nie wpływa niekorzystnie na cechy użytkowe urządzenia a wynika jedynie z technologii produkcji danego wytwórcy.

**Odpowiedź 40:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania stołu operacyjnego o charakterystyce dopuszczonej niniejszą odpowiedzią w załączniku nr 1.2.B w kolumnie „Parametry oferowane (opisać)” należy nanieść stosowne zapisy tak, by nie było wątpliwości, jakie parametry stołu zaoferowano.

**Pytanie 41:** „punkt II.9 - Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół operacyjny, który blokowany jest do podłoża poprzez podniesienie kół do góry i posadowienie podstawy stołu na posadzce. Jest to rozwiązanie znacznie lepsze od wymaganego, gdyż zapewnia bardzo dużą stabilność stołu.

**Odpowiedź 41:** Zamawiający nie zmienia treści SWZ w zakresie opisanym w pytaniu.

**Pytanie 42:** „punkt II.11 - Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół operacyjny, w którym mocowanie elementów blatu odbywa się za pomocą bezpiecznego i intuicyjnego połączenia typu „okrągły otwór – bolec” zapewniającego bezpieczne mocowanie elementów blatu. Zwracamy uwagę, że taka różnica nie wpływa niekorzystnie na cechy użytkowe urządzenia a wynika jedynie z technologii produkcji danego wytwórcy.

**Odpowiedź 42:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania stołu operacyjnego o charakterystyce dopuszczonej niniejszą odpowiedzią w załączniku nr 1.2.B w kolumnie „Parametry



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

oferowane (opisać)” należy nanieść stosowne zapisy tak, by nie było wątpliwości, jakie parametry stołu zaoferowano.

**Pytanie 43:** „punkt II.13 - Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół operacyjny, w którym pilot przewodowy nie posiada funkcji wyłączania stołu. Oferowany przez nasz stół działa na zasadzie w pełni intencjonalnej, i wszelkie ruchy są wykonywane tylko w przypadku naciśnięcia danego przycisku. Co więcej – ze względów bezpieczeństwa stół aktywny jest non-stop a aktywacja pilota odbywa się poprzez wciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie.

**Odpowiedź 43:** Zamawiający nie zmienia treści SWZ w zakresie opisanym w pytaniu.

**Pytanie 44:** „punkt II.16 - Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół operacyjny, w którym elektrohydrauliczna regulacja wysokości blatu realizowana jest w zakresie – dolne położenie blatu 600mm; górne 1050mm (bez materaca). Jest to zakres większy niż wymagany przez Zamawiającego, co więcej niskie położenie blatu zwiększa funkcjonalność urządzenia oraz ergonomię pracy personelu medycznego.

**Odpowiedź 44:** Zamawiający zmodyfikował brzmienie załącznika nr 1.2.B w pozycji II.16 odpowiadając na pytanie nr 17.

**Pytanie 45:** „punkt II.18 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stół operacyjny, w którym elektrohydrauliczna regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga) realizowana jest w zakresie:  $-25^{\circ}$  do  $+35^{\circ}$ . Zakres od jednego skrajnego pochylenia do drugiego jest dokładnie taki sam jak wymagany (60 stopni), ale ze względu na budowę stołu i możliwości pozycjonowania pacjenta, producent zaprojektował stół w taki sposób aby móc go skonfigurować w jak najbardziej elastyczny sposób.

**Odpowiedź 45:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i modyfikuje brzmienie załącznika nr 1.2.B w pozycji II.18 do brzmienia: „Elektrohydrauliczna regulacja Trendelenburga, AntyTrendelenburga w zakresie co najmniej  $-25^{\circ}/+30^{\circ}$ ”. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2.B, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 46:** „punkt II.19 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stół operacyjny, w którym elektrohydrauliczna, uzyskiwana za pomocą jednego przycisku na pilocie pozycja FLEX jest realizowana od poziomu  $220^{\circ}$ ? Zwracamy uwagę, że taka różnica nie wpływa niekorzystnie na cechy użytkowe urządzenia a wynika jedynie z technologii produkcji danego wytwórcy.

**Odpowiedź 46:** Zamawiający zmodyfikował brzmienie załącznika nr 1.2.B w pozycji II.19 odpowiadając na pytanie nr 19.

**Pytanie 47:** „punkt II.20 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stół operacyjny, w którym elektrohydrauliczna, uzyskiwana za pomocą jednego przycisku na pilocie pozycja REFLEX jest realizowana od poziomu  $140^{\circ}$ ? Zwracamy uwagę, że taka różnica nie wpływa niekorzystnie na cechy użytkowe urządzenia a wynika jedynie z technologii produkcji danego wytwórcy.

**Odpowiedź 47:** Zamawiający zmodyfikował brzmienie załącznika nr 1.2.B w pozycji II.20 odpowiadając na pytanie nr 20.

**Pytanie 48:** „punkt II.21 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stół operacyjny, w którym elektrohydrauliczna regulacja płyty plecowej zawiera się w zakresie od  $-40^{\circ}$  do  $+70^{\circ}$ . Zwracamy uwagę, że taka różnica nie wpływa niekorzystnie na cechy użytkowe urządzenia a wynika jedynie z technologii produkcji danego wytwórcy.

**Odpowiedź 48:** Zamawiający zmodyfikował brzmienie załącznika nr 1.2.B w pozycji II.21 odpowiadając na pytanie nr 21.





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

**Pytanie 49:** „punkt II.25 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacja podglówka zawiera się w zakresie od  $-60^{\circ}$  do  $+84^{\circ}$ . Zwracamy uwagę, że taka różnica nie wpływa niekorzystnie na cechy użytkowe urządzenia a wynika jedynie z technologii produkcji danego wytwórcy.

**Odpowiedź 49:** Zamawiający zmodyfikował brzmienie załącznika nr 1.2.B w pozycji II.25 odpowiadając na pytanie nr 24.

**Pytanie 50:** „punkt II.26 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stół operacyjny, w którym podczas powrotu do pozycji „0”, poziomuje najpierw sekwencyjnie przechyły boczne, wzdłużne oraz pochylenie płyty plecowej – a ze względów bezpieczeństwa – segment nóg jest ustawiany do pozycji „0” na samym końcu. Zwracamy uwagę, że taka różnica nie wpływa niekorzystnie na cechy użytkowe urządzenia a wynika jedynie z technologii produkcji danego wytwórcy.

**Odpowiedź 50:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i modyfikuje brzmienie załącznika nr 1.2.B w pozycji II.26 do brzmienia: „Stół podczas powrotu do pozycji 0 poziomuje wszystkie elementy stołu”. Tym samym Zamawiający rezygnuje z wymogu, aby wszystkie elementy stołu poziomowane były jednocześnie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2.B, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 51:** „punkt III.6 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stół operacyjny, wyposażony w wałek pod szyję , wykonany z pianki poliuretanowej przeziernej dla promieni RTG. Wymiary: 190 mm x 115 mm x 478 mm. Zwracamy uwagę, że taka różnica nie wpływa niekorzystnie na cechy użytkowe urządzenia a wynika jedynie z technologii produkcji danego wytwórcy.

**Odpowiedź 51:** Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ – nie dopuszcza zaoferowania wałka pod szyję o wskazanej w pytaniu wielkości

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, **przedłużony zostaje termin składania ofert** ustalony do dnia **21.11.2023 r.** do godziny **13.00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie **13.05** , a także odpowiednio termin związania ofertą.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1.2.A – Specyfikacja techniczna – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 1 (zmodyfikowany);
2. Załącznik nr 1.2.B – Specyfikacja techniczna – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 2 (zmodyfikowany).

Zatwierdził

p.o. DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Krzysztof Bestwina