



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1



Sekretariat 67 210 62 05
Centrala 67 210 66 66
Fax 67 212 40 85
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, 02.07.2024 roku

FZP.II – 241/57/24

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „SERWIS URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH FIRMY PENTAX”.

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik nr 4 – Umowa - Projekt, § 4

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wprowadzenie dodatkowego zapisu do umowy w § 4, zgodnie z poniższym:

9. Zwłoka w płatności dwóch kolejnych rat upoważnia Wykonawcę do wstrzymania realizacji usług bądź wykonywania zobowiązań umownych za przedpłatą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy: Załącznik nr 4 – Umowa - Projekt, § 7

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zapisu w § 7, zgodnie z poniższym:

6. Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ – Wymagany minimalny zakres usług serwisowych

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyłączenie sprzętu medycznego z pozycji nr 21 (zgodnie z poniższym), ze względu na brak umiejętności jego skutecznej naprawy oraz braku dostępu do części zamiennych.

21	Myjka endoskopowa	Endoclean 2000	EN-DU-2205-12	2022
----	-------------------	----------------	---------------	------

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ – Wymagany minimalny zakres usług serwisowych

Pytanie nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zmian do zapisu w Załączniku nr 2, zgodnie z poniższym:

3. Bezpłatna naprawa w ramach umowy, aparatu zastępczego w przypadku awarii, z wyłączeniem uszkodzeń powstałych poprzez zalanie.
4. Umowa obejmuje naprawy wszystkich uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacyjnych endoskopów oprócz uszkodzeń przetwornika obrazu - chipa CCD oraz obrazowodów, z wyłączeniem uszkodzeń powstałych poprzez zalanie. (wysyłka sprzętu do naprawy i odesłanie aparatu zastępczego, na koszt zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.