



Nasz znak: DEA.ZP-291/15/2020

Łódź, dn. 15 stycznia 2021 r.

**Do zainteresowanych
postępowaniem przetargowym**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów typu C/B wraz z wyposażeniem dla WSRM w Łodzi.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SIWZ następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści na Zasadzie równoważności krzeselko transportowe kardiologiczne wyposażone w 4 kółka jezdne, przy czym przednie koła skrętne o średnicy 125 mm, a tylne o średnicy 150 mm wyposażone w hamulce?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści na Zasadzie równoważności defibrylator z łyżki twardymi dla dorosłych i dzieci zainstalowanymi na torbie?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności kapnograf z zakres pomiaru częstości pulsu: 30– 250 ppm?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4

Prosimy o dopuszczenie systemu montażu sprzętu medycznego, który oparty jest o dwie szyny poziome i trzy sztuki paneli przesuwanych umożliwiających montaż defibrylatora, pompy infuzyjnej oraz respiratora. Miejsce na ssak akumulatorowy przewidziane zostało w szafce zamykanej roletą obok fotela usytuowanego tyłem do kierunku jazdy. Rozwiązanie posiada pozytywnie przeprowadzone testy wytrzymałościowe, jest elementem homologacji całopojazdowej oferowanej marki i modelu ambulansu.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 5

Prosimy o dopuszczenie ambulansu w którym informacja o zbliżającym się przeglądzie wyświetlana jest na desce rozdzielczej, z odpowiednim wyprzedzeniem, w zależności od stanu przebytych kilometrów oraz sposobu eksploatacji.

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 6

Dotyczy noszy głównych:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje, żeby dostarczone nosze wyposażone były w 4 kółka skrętne o 360°, o średnicy przynajmniej 160mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy krzeselka transportowego kardiologicznego:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzeselko kardiologiczne firmy Medirol model Rolman z systemem płozowym wyposażone w uchwyty przednie regulowany na jednym poziomie (rączki wysunięte lub złożone), jeden tylny górny uchwyt na stałe zintegrowany z ramą, rama umożliwi umieszczenie na niej nóg pacjenta, spełniające pozostałe parametry SIWZ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy deski ortopedycznej dla dorosłych:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną, która posiada 14 uchwytów do przenoszenia na obwodzie deski, deska spełnia pozostałe wymagania OPZ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy deska ortopedycznej pediatrycznej:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści deskę stabilizującą pediatryczną wykonaną z twardego materiału odpornego na pleśń i bakterie, łatwego do dezynfekcji za pomocą ogólnodostępnych środków, nie pochłaniającego wydzielin i płynów, zmywalnego, wyposażoną w 10 uchwytów do przenoszenia, mocowania na noszach itp., pasy pajęczynowe kodowane kolorami, waga ok. 3,7 kg, szerokość 41 cm, długość 125 cm, obciążenie max 100 kg, z zestawem demontowalnych klocków do stabilizacji odcinka szyjnego, umożliwiającą diagnostykę RTG, wyposażona w pokrowiec? Załączamy poglądowe zdjęcia proponowanego rozwiązania.



Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy respiratora transportowego:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego dopuści urządzenie renomowanego europejskiego producenta firmy Weinmann model Medumat Standard A będący na wyposażeniu wielu ambulansów i szpitali w Polsce, charakteryzujący się następującymi parametrami:

- Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy EN 794-3
- Respirator pneumatyczno-elektryczny – sterowanie elektroniczne pracą respiratora
- Respirator fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i usterek
- Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 10 kg
- Autotest poprawności działania wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora
- Tryb wentylacji kontrolowanej IPPV
- Tryb wentylacji wspomaganej SIMV
- Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika
- Układ pacjenta wraz z zastawką pacjenta umożliwiającą wentylację pacjenta w warunkach szpitalnych i ambulansowych
- Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji
- System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu pacjenta
- Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar
- Przepływ automatyczny do 70 l/min
- Zastawka PEEP dokręcana do zaworu pacjenta 0-20 cm H₂O
- Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy ok 60 %
- Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej
- Regulacja objętości oddechowej w zakresie 3 - 20 l/min
- Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie 5 - 40 oddechów/ min.
- Waga respiratora ok. 1.1 kg
- Manometr manualny
- Parametry monitorowane: częstość oddechów, objętość minutowa, ciśnienie
- Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączy tlenowym, rozładowania baterii, alarm autotestu
- Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii przynajmniej 2 lata w warunkach pracy jako respirator transportowy
- Przerzutnik (trigger) ≥ 6 l/min
- Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami
- Temperatura pracy w zakresie od: -18°C do + 60°C
- Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2i EN 794-3: Eliminacja zakłóceń wg EN 55011; Odporność na zakłócenia radiowe wg EN 61000 – 4 – 2
- Uchwyt ścienny zgodny z PN EN 1789

- Przenośny zestaw tlenowy: torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenie torby na ramie łóżka/ noszy, butla tlenowa aluminiowa 2,7l, reduktor typ Mediselect.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 11

Dotyczy defibrylatora /monitora przenośnego z funkcją transmisji danych:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści wysokiej klasy defibrylator, cenionego europejskiego producenta o poniższych parametrach:

- Czas ładowania do energii maksymalnej niezależny od poziomu naładowania akumulatorów 5 sekund \pm 2 sekundy
- Pełne sterowanie za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych, drukowanie za pomocą dedykowanego przycisku na obudowie oraz każdorazowo automatycznie po wyładowaniu
- Czas pracy na 3 akumulatorach 600 min Monitorowania lub 200 defibrylacji energią 200J;
- 3 akumulatory litowo-jonowe bez efektu pamięci, czas ładowania do 100% 2 godziny
- Ekran kolorowy TFT o przekątnej 8,4"
- Wyświetlanie na ekranie oraz wydruk pełnego zapisu 12 odp. EKG,
- Wydruk interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych;
- Pamięć w postaci karty danych CF do zapisu monitorowania, defibrylacji, stymulacji, procedur terapeutycznych, danych pacjenta, zrzutów ekranu, dźwięków z otoczenia;
- Funkcja stymulacji zewnętrznej regulowana w zakresie 30-150 imp./min.
- Transmisja 12 odprowadzeniowego zapisu EKG oraz mierzonych parametrów przez dedykowany modem, transmisja GSM 3G z kartą SIM, bez kosztowa po stronie nadawcy i odbiorcy przez cały okres użytkowania defibrylatora transmisja pozwalająca na odbiór we wskazanych przez Zamawiającego miejscach wyposażonych w komputer z dostępem do internetu;
- 2 kable : 4 i 6 żyłowy do pomiaru 6 i 12 odprowadzeń EKG

Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 12

Dotyczy kapnometru:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści funkcjonalnie równoważne rozwiązanie w którym pulsoksymetr i kapnometr stanowią osobne urządzenia i posiadają poniższe parametry:

Pulsoksymetr VM-2160 SMARTsat:

- Czujnik wielorazowy dla dorosłych i dzieci typu klips
- SpO2: 0 - 100%
- Częstotliwość pulsu: 20 - 300 1/min



- Dokładność SpO2%: +/- 2 (60 – 100% bez ruchu), +/-3 (70 – 100% w ruchu), +/- 2 (60 – 100% niska perfuzja, bez ruchu)
- Dokładność częstotliwość pulsu: +/-2 (bez ruchu)
- Wyświetlacz kolorowy 1.77" TFT, 65.000 kolorów, 128 x 160 pixeli
- Wyświetlane dane: SpO2, PR, pletyzmogram, trendy
- Wskaźnik jakości sygnału, amplitudy tętna, statusu baterii, wyciszenia alarmów, rozpoznanie czujnika, brak połączenia z czujnikiem
- Trend długotrwały poniżej 560 godzin
- Trend krótkotrwały (min) – 15/30/240
- Temperatura pracy: - 20°C + 50°C
- Temperatura przechowywania -30°C + 70°C
- IP 32
- Wymiary (DxSzxW) 11,8 cm x 6 cm x 2,5 cm
- Ciężar ok. 160 g (z bateriami, bez czujnika)
- Zasilanie 3 baterie (typu 1,5 Volt, Mignon AA)

Kapnograf Masimo model Emma:

- Pomiar ETCO2 w strumieniu głównym
- Możliwość podłączenia do rurki intubacyjnej, worka resuscytacyjnego, przewodu pacjenta
- Waga ok. 60 g
- Pomiar stężenia CO2 w mmHg
- Zakres pomiaru CO2 : 0-99 mmHg
- Dokładność pomiaru CO2: +/- 2mmHg
- Pomiar częstotliwości oddechu w zakresie 3-150 oddechów
- Wizualne i akustyczne alarmy przekroczenia progów wysokiego i niskiego poziomu ETCO2
- Wizualny i akustyczny alarm braku oddechu
- Wskaźnik rozładowania baterii
- Wyświetlacz numeryczny LED dla ETCO2 i częstotliwości oddechów
- Zasilanie bateryjne bateriami ogólnie dostępnymi w handlu, czas pracy 8-12h
- Temperatura pracy zgodnie z PN EN 1789 -5 °C
- Odporność na upadki – zgodnie z PN EN 1789

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 13

Prosimy o modyfikację zapisu zawartego w części IV pkt 2 SIWZ oraz § 2 ust. 6 wzoru umowy poprzez rezygnację z nałożenia na Wykonawcę obowiązku wystawienia Zamawiającemu faktury VAT już w dniu dostawy przedmiotu zamówienia i doręczenia jej wraz z ambulansem. Prosimy o zgodę na wystawienie faktury pierwszego dnia po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 14

Prosimy o rezygnację z zapisu zawartego w części IV pkt 2 SIWZ oraz § 8 ust. 2 wzoru umowy zakładającego prawo do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w przypadku niedotrzymania terminu dostawy oraz naliczenia z tego tytułu kary określonej w § 5 ust. 1 pkt a wzoru umowy. Niedotrzymanie terminu dostawy obarczone jest już inną karą określoną w § 5 ust. 1 pkt b wzoru umowy i taka restrykcja jest wystarczająco dotkliwa dla Wykonawcy. Należy pamiętać, iż w realiach panującej obecnie pandemii COVID-19 opóźnienia w dostawach mogą być niezależne od woli i najwyższej nawet staranności Wykonawcy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 15

Prosimy o wskazanie na jakim etapie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty wymienione w poz. 72,99,100,102,106,116,133,135,152,160,168,194,230 oraz 245 Załącznika 1 do SIWZ „Formularz minimalnych parametrów wymaganych oraz parametrów punktowanych”. Z treści formularza można wnioskować, że dokumenty te należy przedstawić dopiero przy dostawie i nie należy załączać ich do oferty (podobnie wynika z części VI SIWZ - gdzie nie wymieniono w/w dokumentów w katalogu dokumentów składanych wraz z ofertą, ani w katalogu dokumentów składanych na wezwanie). Prosimy o potwierdzenie. W przypadku odmiennej odpowiedzi prosimy o wskazanie katalogu wymaganych dokumentów w części VI SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu- gdzie tego rodzaju dokumenty powinny zostać wymienione, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Wykonawcy wraz z ofertą składają dokumenty wymienione w VI SIWZ, jednym z nich jest Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz parametrów wymaganych i parametrów punktowanych w którym zamawiający enumeratywnie wskazuje jakie dokumenty Wykonawca załącza wraz z ofertą, a jakie przy dostawie. Dla ułatwienia wyjaśniamy, że dokumenty wymienione w pkt 72 i 99 Załącznika nr 1 do SIWZ należy załączyć do ofert, a pozostałe wymienione w pytaniu Wykonawca załącza wraz z dostawą.

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „gwarancji pełnej”, o której mowa w § 3 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający rozumie objęcie gwarancją wszelkich usterek powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. Wykonawca nie może odpowiadać za wszelkie usterki, które mogą wystąpić w toku użytkowania przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyn ich powstania, np. za usterki powstałe z winy Zamawiającego czy osób trzecich.

Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem „gwarancji pełnej” Zamawiający rozumie objęcie gwarancją wszelkich usterek powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej.

Pytanie 17

Prosimy o wskazanie średniego rocznego przebiegu ambulansu w km.

Średni przebieg ambulansu w przedziale 16-20 tys. km. rocznie.

Pytanie 18

Czy w okresie gwarancji Zamawiający wymaga bezpłatnych przeglądów auta bazowego?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 19

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie proszę o informację Zamawiającego wymaga aby w ramach przeglądu były wymieniane części zużywalne (hamulce, klocki, olej). Znacznie to podwyższy cenę oferty.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 20

Prosimy Zamawiającego o przesunięcie terminu realizacji zamówienia do 15 kwietnia 2021r.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 21

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi od dawcze prosimy o zmianę § 4 ust. 5 wzoru umowy poprzez nadanie mu treści: „Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 22

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 484 § 2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana prosimy o zmniejszenie wysokości następujących kar umownych:

- określonych w §5 ust. 1 a) projektu umowy z 10 % na 5 %,
- określonej w §5 ust. 1 b) projektu umowy z 0,5 % na 0,2%,
- określonej w §5 ust. 1 c) projektu umowy z 0,5 % na 0,2%,
- określonych w §5 ust. 1 d) projektu umowy z 5 % na 0,5 % lub jej wykreślenie - sankcja w postaci naliczenia tak wysokiej kary umownej jest naszym zdaniem nieproporcjonalna do naruszonego obowiązku, czyli niedostarczenia dokumentów wymienionych w §2 ust. 6.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 23

Proszę o zmianę § 5 wzoru umowy w taki sposób, aby kary umowne były naliczane za każdy dzień zwłoki, a nie za opóźnienia. Utrzymanie zapisów w dotychczasowej formie powoduje, iż wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej nawet w sytuacji, gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za wystąpienie zdarzenia stanowiącego podstawę do naliczenia kar. Nadmienić należy że nowa ustawa Pzp., która weszła w życie w styczniu 2021 r. zalicza postanowienie naliczania kar umownych za opóźnienie do niedozwolonych klauzul umownych.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 24

Proszę o usunięcie §5 ust. 1 lit. d wzoru umowy. Sankcja w postaci wysokiej kary umownej w przypadku niedostarczenia jednego dokumentu wymienionego w §2 ust. 6, np. instrukcji obsługi jest nadmierna.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.



Pytanie 25

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu zawartego w §5 ust. 3 istotnych postanowień umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do projektu umowy w §5 ust. 4 o następującej treści „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania”.

Pytanie 26

Proszę o wykreślenie §6 zdanie 1 wzoru umowy. Konieczność wprowadzenia niektórych zmian do umowy, choć niekorzystnych dla Zamawiającego, może być spowodowana okolicznościami w pełni niezależnymi od woli Wykonawcy np. zmiana podatku VAT. Takie zmiany do umowy powinny być możliwe do przeprowadzenia.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 27

W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania wątpliwości co do intencji Stron na wypadek uznania postanowień umowy za nieważne lub nieskuteczne, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów, stanowiących standardowe rozwiązanie przyjęte w obrocie gospodarczym:

„Klauzula salwatoryjna”

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

Pytanie 28

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o uwzględnienie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający poprzez zmianę §6 wzoru umowy na następujący:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:



- a) zmiany ceny brutto spowodowanej ustawową zmianą stawki podatku VAT;
- b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
- c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- d) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- e) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
- g) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);
- h) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 29

W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w formie tradycyjnej i przesłanie umowy pocztą.

Pytanie 30

Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.

Pytanie nie będzie miało zastosowania.

Pytanie 31

Prosimy o informację, dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana umowa w formie elektronicznej. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób

umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.

Pytanie nie będzie miało zastosowania.

Pytanie 32

Prosimy o usunięcie §6 zd. 2 i §10 wzoru umowy i dodanie w jego miejsce do treści umowy § Zawiadomienia oraz Postanowienia końcowe, o treści jak poniżej:

§ —

Zawiadomienia

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:

- 1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo
- 2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:

Strona:	Adres e-mail:
Wykonawca	
Zamawiający	

2. W celu uniknięcia wątpliwości:

- 1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;
- 2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);
3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiegokolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

4. Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji:

Wykonawca:

Zamawiający:

§ —

Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania:

- 1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78¹ k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;
- 2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wyboru formy elektronicznej:

- 1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78¹ k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-



maila na następujące adresy e-mail: Zamawiający : _____, Wykonawca: _____;

- 2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarcia niniejszej Umowy wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.
4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.
5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w czterech egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.
6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.
7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 33

Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy następujących postanowień umownych regulujących stosunki między stronami na wypadek wystąpienia siły wyższej:

„§ _____ Siła wyższa

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:
 - a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany zagrożenia epidemicznego;
 - b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;
 - c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;
 - d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;
 - e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.
2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.
4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.
5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy.
6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiegokolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.
7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający.
8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie."

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wskazując dodatkowo na fakt, iż siła wyższa uregulowana jest w kodeksie cywilnym oraz ustawach o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych Ustaw, w których przewiduje wiele korzystnych rozwiązań dla Wykonawców w zakresie realizacji umów o zamówienie publiczne.

Pytanie 34

Proszę o potwierdzenie, że przez serwis pogwarancyjny, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 115,132,151,193,229,244,257 Zamawiający rozumie wskazanie (określenie) przez Wykonawcę punktu serwisowego, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 35

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

- „1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.
2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*

3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

Pytanie 36

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie [www](#) pod następującym linkiem (**).

2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

Pytanie 37

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
 - 1) ustnie:
 - a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
 - 2) w formie pisemnej:
 - a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
 - 3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxxx.
3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:
 - 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
 - 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 - 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu

- sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
 8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
 9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:
 - 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.
 - 2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

Pytanie 38

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:

- a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- d) jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywanie danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.”

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

Pytanie 39

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach?

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną formę dostawy.

Pytanie 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu obsługi ambulansu i jego wyposażenia?

Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia do swojej siedziby.

Pytanie 41

Czy zapis w załączniku nr 1 pkt 3 odnosi się do roku produkcji pojazdu bazowego?

Zamawiający potwierdza, że rok produkcji dotyczy pojazdu bazowego.

Pytanie 42

Czy Zamawiający dopuszcza, aby do oferty dołączyć dokument nadrzędny tj. Certyfikat Niezależnej Jednostki Notyfikującej potwierdzającej jego zgodność z normą PN EN 1789+A2:2015 zamiast dokumentów cząstkowych i podrzędnych, jak np. Sprawozdanie z badań, z schemat zabudowy itp. ?

Wyjaśniamy, że kierując się troską o ekologię i ochronę lasów z korzyścią dla wszystkich jest załączenie dokumentu jednostronicowego jakim jest Certyfikat Zgodności wystawiony przez Niezależną Jednostkę

Notyfikującą, niż pliku dokumentacji liczącej 40-50 stron.

Należy zauważyć, że w przypadku wątpliwości zawsze można wykonawcę poprosić o dodatkowe wyjaśnienia.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 43

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwными z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?

Wyjaśniamy, że rozwiązanie takie stanowi dodatkowe wyjście ewakuacyjne w sytuacji zagrożenia.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 44

Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu z podgrzewanymi lusterkami zewnętrznymi, stąd chcemy zapytać, czy dwa fotele w kabinie kierowcy winny posiadać podobną funkcjonalność tj. posiadać funkcję podgrzewania ?

Wyjaśniamy, że rozwiązanie takie zwiększa komfort i bezpieczeństwo dla zespołu ambulansu, a w/w rozwiązanie jest dostępne u każdego producenta samochodów, co nie stanowi dla nikogo wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 45

Zamawiający opisał system serwisowania stosowany przez jednego producenta, stąd chcemy zapytać, czy dopuszcza się system sterowny po przez komputer pokładowy informujący z dużym wyprzedzeniem kierowcę o konieczności wykonania przeglądu serwisowego ?

Jest to rozwiązanie bardziej przyjazne dla kierowcy niepotrzebnie nie rozpraszające go, gdyż komunikat o konieczności wykonania przeglądu wyświetla się w wymaganym momencie, odpowiednio wcześniej i nie „stresuje” kierowcy ciągłym obliczeniem, „ile mam jeszcze kilometrów do przeglądu” itp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46

Czy Zamawiający wymaga napędu wałka rozrządu za pomocą łańcucha? Wyjaśniamy, że napęd za pomocą paska ma bardzo dużą usterkowość, co powoduje częste wyłączenia ambulansu z ruchu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 47

Prosimy w trosce o ekologię, aby do oferty zamiast homologacji pojazdu kompletnego oraz pojazdu skompletowanego (które liczą wiele stron) wykonawca mógł dołączyć tylko świadectwo zgodności pojazdu skompletowanego WE (bez załączników), które to dokumenty stanowią wyczerpującą informację o oferowanym ambulansie ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 48

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją kabiny kierowcy typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę ?

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 49

Czy Zamawiający wymaga standardowej długości gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące bez limitu km, oraz na perforację nadwozia 72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy którą oferuje większość producentów ?

Wyjaśniamy, że obecne zapisy są ze szkodą dla Zamawiającego np. gwarancję na powłoki lakiernicze 36 miesięcy oferują wszyscy producenci nowoczesnych samochodów na świecie, a tylko producenci stosujący stare technologie lakiernicze oferują 24 miesiące gwarancji, podobnie jest gwarancją na perforację.

Zamawiający wymaga:

Gwarancja mechaniczna na pojazd min. 24 m-ce, bez limitu kilometrów.

Gwarancja na powłoki lakiernicze pojazdu min. 24 m-cy.

Gwarancja na perforację nadwozia pojazdu min. 24 m-cy.

Gwarancja na przedział medyczny (zabudowa medyczna i sprzęt towarzyszący) min. 24 m-ce.

Pytanie 50

Czy pojazd bazowy wyprodukowany w IV kwartale 2020 roku , który został dostarczony przez producenta do Polski w 2021 roku, będzie uznany jako wyprodukowany w 2021 zgodnie z zapisem w załączniku nr, 1 pkt 3?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 51

Prosimy o potwierdzenie, że wymagany Asystent martwego punktu winien być fabrycznym rozwiązaniem producenta pojazdu bazowego ujętym w homologacji pojazdu kompletnego, a nie urządzeniem dokupionym na giełdzie i nieprzebadanym?

Pytanie jest niezasadne. Zamawiający nie wymaga asystenta, ale dopuszcza.

Pytanie 52

Prosimy o potwierdzenie, że kolor nadwozia biały lub żółty (RAL 1016) winien być fabryczny tj. wykonany w fabryce producenta pojazdu bazowego i objęty pełną gwarancją

na lakier?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 53

Czy Zamawiający wymaga, aby „prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy” przez transporter noszy głównych umożliwiała prowadzenie noszy bokiem jak i jazdę na wprost zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych powierzchniach, co umożliwiają kółka jezdne skrętne o 360 stopni ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
WSRM w Łodzi

dł. inż. ekon. Witold Olszewski