

Oleśnica, 09 luty 2024 r.

Znak sprawy: PZS/TP/04/2024

Dotyczy postępowania :
„Sukcesywna dostawa rękawic dla Powiatowego Zespołu Szpitali”

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2021r Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Dotyczy zadania nr 2

Czy zamawiający dopuści Rękawice nitrylowe niejałowe, bez pudrowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I i ŚOI KATIII, Typ B. Zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców, Rękawice o długości min. 240 mm , siła zrywania przed starzeniem Mediana min. 7,0N, AQL ≤ 1,5. Grubość pojedynczej ścianki:, palec- 0,09mm – 0,12mm, dłoń- 0,07mm- 0,09mm Zgodne z EN 455-1, 2, 3 i 4, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015, EN 16523:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Przebadane na min. 10 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym min 2 kwasy – poziom 1, oraz 70% stężenia etanolu i isopropanolu - min 25 min. Przebadane na min.13 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 455-1,2,3,4, Pakowane po 100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3:

Dotyczy zadania nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu obustronnej polimeryzacji i zgodę na zaoferowanie rękawic wewnętrznie chlorowanych. Rękawice teksturowane na końcach palców (bez mikrotekstury na całej powierzchni), długość min. 240 mm, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/- 0,02mm, siła zrywu min. 6N. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4:

Dotyczy zadania nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu warstwy pielęgnacyjnej o działaniu nawilżającym i zgodę na zaoferowanie rękawic jedynie wewnętrznie chlorowanych. Odporne na przenikanie min. 14 substancji chemicznych wg. EN 16523-1, w tym odporne na 2 kwasy na min. 4 poziomie oraz przebadane na 70% izopropanol oraz 35% etanol o czasie ochrony min. 2 minuty. Rękawice w kolorze niebieskim, dostępne w rozmiarach S-XL, pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

*Zatwierdził
Główny Księgowy
Powiatowego Zespołu Szpitali
Paweł Nakoneczny*