



znak: D25C/251/N/18-29rj/24

Wejherowo, dnia 16.04.2024 r.

D.25C/250/166/2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU EKSPLOATACYJNEGO DO BIOPSJI MAMMOTOMICZNEJ DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.**, znak: **D25C/251/N/18-29rj/24**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: SWZ XVII. Punkt 4. Termin dostawy zamówienia częściowego.

Wykonawca wnosi, wydłużenie maksymalnego terminu dostawy zamówienia częściowego wskazanego w SWZ XVII, punkt 4, z 3 do 5 dni roboczych. Termin określony przez Zamawiającego jako maksymalny jest zbyt krótki zaś kalkulowanie ryzyka z tym związanego tj doliczenie do ceny oferty kosztów związanych z ryzykiem naliczenia kar umownych przeczy zasadzie racjonalnego celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Projekt umowy §4 ust.5

Wykonawca wnosi, wydłużenie terminu dostarczenia dokumentów dopuszczających przedmiot Umowy do obrotu do 5 dni roboczych od dnia wezwania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

3. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Projekt umowy §5 ust.2

Prosimy o wydłużenie wskazanego §5 ust.2 terminu na wymianę towaru z 72 godz. do 4 dni roboczych o daty rozpatrzenia reklamacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

4. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Projekt umowy. §5 ust.3

Wnosimy o wydłużenie terminu wskazanego w §5 ustęp 3 na rozpatrzenie reklamacji dotyczących braków ilościowych z 1 do 3 dni roboczych.

Wskazany 1 dniowy termin jest stanowczo zbyt krótki dla Wykonawcy, biorąc dodatkowo pod uwagę możliwość wystąpienia braków ilościowych spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

5. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.1 litera a)

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ust.1 litera a), do 0,3% zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

6. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.1 litera b)



znak: D25C/251/N/18-29rj/24

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ust.1 litera b), do 0,3% wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

7. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.1 litera d)

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ust.1 litera d), do wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

8. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.3

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 30% łącznej wartości przedmiotu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

9. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy Zadania nr 1, pozycja 1, 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie: Jednorazowa, sterylna igła do biopsji mamentomicznej piersi wraz z drenami ssącymi pod kontrolą USG i RTG. Igła umożliwia za pomocą jednego wklucia pobranie potrzebnej ilości tkanki do badania. Dostępna w rozmiarze 9G i 12G, symetryczna z dwoma kanałami ssącymi wraz z rotacyjnym nożem tnącym, zakończona ostrzem trokarowym, z demontowanym koszykiem na biopaty. Pakowane w jeden pakiet ze zintegrowanymi drenami i zastawką na drenach do podawania znieczulenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

10. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy Zadania nr 1, pozycja 5

Prosimy o dopuszczenie: Pojemnik próżniowy przezroczysty o pojemności 490 ml

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

11. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy Zadania nr 1, pozycja 7


Prosimy o dopuszczenie:

Pragniemy zaoferować Państwu znaczniki Tumark firmy Hologic (dawniej Somatex)


<https://www.somatex.com/en/tissue-marking/>

Oferowane przez nas znaczniki:


- Wykonane są z nitinolu
- Zapewniają bardzo dobrą widoczność w USG, RTG i MRI
- Zabezpieczone przed migracją - stabilność długoterminowa
- Cienkie 18G kaniule
- Ostra końcówka dobrze widoczna w ultradźwiękach
- Umieszczone w aplikatorze z podziałką 1cm
- Igła dostępna w 10cm lub 12cm długości
- Wyposażone w ergonomiczny rękojeść umożliwiającą obsługę jedną ręką
- Dostępne w różnych kształtach




Tumark Professional U



Tumark Professional Q



Tumark Professional X



Tumark Vision (premium marker)

Tumark Vision - Unikalna konstrukcja 3D ze strukturą siatkową wykonaną z 48 pojedynczych drutów prowadzi do trwałej i wysokiej echogeniczności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

12. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy § 6 ust.1 projektu umowy

W związku z obecną sytuacją polityczną w Europie, która zmusiła do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 7 dni roboczych.

Powyższe ma na celu uniknięcie niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas realizacji umowy. Nie chcielibyśmy aby z powodu okoliczności, w których się wszyscy znaleźliśmy, które są od nas niezależne, ograniczyły możliwość prawidłowej i terminowej realizacji niniejszego zamówienia. Pomimo podejmowania wzmoczonych starań oraz działając z należytą starannością w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z wyżej wymienionych powodów mogą niestety wystąpić opóźnienia w dostawach. Wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione jest od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Przedmiot zamówienia produkowany jest przez firmę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony. W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość oraz przychylenie się do naszej prośby poprzez



znak: D25C/251/N/18-29rj/24

wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia do 7 dni roboczych wraz ze zmianą kryterium oceny ofert. W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość oraz przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia do 10 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia częściowego do 5 dni roboczych.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w wyłączeniu dni ustawowo wolnych od pracy).

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

14. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy § 5 ust. 2 projektu umowy

Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji do 14 dni od daty jej zgłoszenia tj zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

Jednocześnie informujemy, że przedmiot przetargu pochodzi od producenta zagranicznego i nie jest możliwa jego wymiana w tak krótkim czasie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Stronę, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

16. Zapytanie Wykonawcy:


Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Z poważaniem

KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


mgr Monika Klause