

Wałbrzych, dnia 07.10.2024 r.

DZPZ-530- Zp/66/PN/24

**Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej z konkursu na zadanie Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej” w 2024 r.**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 4 poz. 3.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o parametrze lepszym w postaci zatapiarki z 6L zbiornikiem na parafinę. Takie rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne ze względu na zwiększającą się ilość badań histopatologicznych. Ograniczenie wielkości zbiornika na parafinę jest zatem nieuzasadnione ekonomicznie ze względu na potrzebę częstszego dosypywania parafiny i wyższego zużycia mocy w celu jej roztopienia.

Zwracamy uwagę na fakt iż użytkownik wybierając rozwiązanie o większym pojemniku może stosować mniejszą (zgodną z OPZ) ilość parafiny to jest 4L

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 4 poz. 5.**

Prosimy o dopuszczenie jako parametr równoważny w punktacji urządzenia z przepływem parafiny uruchamianym ręcznie, za pomocą przechyłanego przełącznika bez regulowanej wysokości, lub za pomocą zbliżeniowego czujnika z możliwością dostosowania indywidualnej pozycji pracy

**Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ, w/w parametr nie jest obligatoryjny i Wykonawca może zaznaczyć odpowiedzieć NIE.**

**Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 4 poz. 9.**

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego w postaci zintegrowanego punktu zimnego o wymiarach schładzania 5,5 x 7,5 cm regulowanego w zakresie od -5 st C do + 5 st C. Zimny punkt zapewnia możliwość pracy ze wszystkimi typami kasetek.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 4 poz. 11.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z wbudowanym, ogrzewanym uchwytem na 6 par szczypiec, dostępnym z obu stron elementu dozującego parafinę

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 4 poz. 13.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z indywidualną regulacją temperatury:

- tac na kasetki i foremki
- powierzchni roboczej
- uchwytu na szczytce
- zbiornika na parafinę z dozownikiem

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 4 poz. 19.**

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego w postaci modułu chłodzącego wyposażonego w parametr lepszy to jest regulacją temperatury do – 20 st C, z możliwością zapewniania stabilnej temperatury pracy np. – 6 °C

**Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ, w/w parametr nie jest obligatoryjny i Wykonawca może zaznaczyć odpowiedź NIE.**

**Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 4 poz. 24.**

Prosimy o dopuszczenie modułu o wymiarach:

- Wysokość: 410 mm
- Szerokość: 600 mm
- Głębokość: 590 mm
- Waga: 30 kg

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 4 poz. 25.**

Prosimy o dopuszczenie modułu o wymiarach:

- Wysokość: 410 mm
- Szerokość: 400 mm
- Głębokość 590 mm
- Waga: 23 kg

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 5 poz. 1.**

Prosimy o dopuszczenie procesora wolnostojącego, jednokomorowego pracującego w technice próżniowo ciśnieniowej na odczynnikach standardowych umożliwiającą przeprowadzenie ponad 840 materiałów w rutynowym czasie pracy.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 5 poz. 3.**

Prosimy o dopuszczenie procesora jednoretortowego pracującego z możliwością ustawienia temperatury, ciśnienia i mieszania odczynnika w trakcie procesu.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

---

**Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 5 poz. 4.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia umożliwiającego pracę komory w kilku poziomach napełnienia materiałem i odczynnikami, pojemność odczynników zapewniającą swobodną pracę urządzenia niezależnie od stopnia wypełnienia.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 5 poz. 5.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z oprogramowaniem w jęz. polskim, nie wymagającego dostosowania harmonogramu korzystania z odczynników.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 5 poz. 6.**

Prosimy o dopuszczenie procesora tkankowego pozwalającego na przeprowadzenie w jednym cyklu do 420 kasetek, wyposażonego w system szybkiego przeprowadzania materiału, umożliwiający przeprowadzenie np. programów biopsyjnych do jednej godziny. Pozwala to na przeprowadzenie ponad 840 materiałów w rutynowym czasie pracy. Jest to rozwiązanie lepsze od opisanego w SWZ, gdyż pozwala na przeprowadzenie większej ilości materiału przy jednoczesnym zapewnieniu ergonomii procesu.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 5 poz. 7.**

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego do opisanego w SWZ. Procesora:

Z jedną komorą wykonaną ze stali nierdzewnej.

Komorą z własną podgrzewaną pokrywą, z systemem otwierania awaryjnego, wyposażoną w mechanizm kontroli zamknięcia, uniemożliwiający start programu w przypadku niepoprawnego zamknięcia komory.

Technologię bubble zapewniającą idealne przeprowadzenie materiału w komorze. Zapewniającą odpowiednie mieszanie odczynnika.

Komorą wyposażoną w 4 pojemnościowe i adaptacyjne czujniki poziomu gwarantujące kontrolę stanu wypełnienia komory w tym czujnik przepełnienia.

**Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ, w/w parametr nie jest obligatoryjny i Wykonawca może zaznaczyć odpowiedzieć NIE.**

**Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 5 poz. 8.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z ustawianymi przez operatora: Temperatura (parafina) 50 do 70°C (ustawiane przez operatora); Temperatura (przetwarzanie odczynników) 20 do 65°C (ustawiane przez operatora); Temperatura (odczynniki myjące) 20 do 65°C (ustawiane przez operatora); Możliwość ustawienia indywidualnego czasu mieszania dla każdego z odczynników w kilku przedziałach czasowych: co 5 minut, co 10 minut, co 15 minut, co 20 minut, co 30 minut poprzez innowacyjny system mieszania odczynników w komorze za pomocą bąbelków powietrza.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 5 poz. 9.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z: 3-warstwowym koszykiem ze stali nierdzewnej z kratką zabezpieczającą w formie bezpiecznej pokrywy. Uchwyt pozwalający na bezpieczne przenoszenie kosza z i bez pokrywy. Identyfikowalność koszyka włożonego do komory procesowej i próbki umieszczonej w koszyku za pomocą unikalnego kodu. Może zidentyfikować, kiedy próbka została przetworzona, w którym koszyku i przy użyciu jakiego protokołu.. 4 pojemnościowe i adaptacyjne czujniki poziomu: zdolne do wykrywania obecności odczynnika i prawidłowego poziomu napełnienia oraz przepełnienia.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 5 poz. 10.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego 3-stacje parafinowe wyposażone w osobne pokrywy z systemem oczyszczania odczynnika, nie wymagające dodatkowych połączeń do przepływu powietrza.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 5 poz. 11.**

Prosimy do dopuszczenie procesora wyposażonego w stacje parafinowe o poj. 4,7l pozwalające na wypełnienie komory parafiną w zależności od aktualnych warunków pracy urządzenia.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 5 poz. 12.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z czasem topnienia wynoszącym > 5 godzin. Jest on wystarczający w standardowej pracy urządzenia.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 5 poz. 13.**

Prosimy o dopuszczenie procesora z możliwością stosowania ogólnodostępnych parafin w sprzedaży w formie granulek, łusek itp.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 5 poz. 14.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia w którym stacje parafinowe posiadają regulację temperatury od 55°C do 70°C, z wyposażeniem w czujniki termiczne najnowszej generacji.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 5 poz. 15.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia w którym stacje parafinowe posiadają regulację temperatury od 55°C do 70°C, z wyposażeniem w czujniki termiczne najnowszej generacji.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr 5 poz. 16.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w szafę na butelki z odczynnikami z systemem ostrzegania kolorystycznego światłem LED.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 5 poz. 17.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w 12 butli. Butelki białe, wykonane z polimeru, półprzezroczyste, co ułatwia wzrokową kontrolę poziomu płynów. Zbudowane tak, aby zapobiegać przypadkowemu rozlaniu płynów. Możliwość stosowania bez przelewania odczynników, w kanistrach dostarczanych przez producenta urządzenia.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 5 poz. 18.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w butle odczynnikowe o pojemności 5L.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 26 dotyczy pakietu nr 5 poz. 19.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia nie wymagającego kodowania kolorystycznego. Możliwość zarządzania odczynnikami w oparciu o najnowszą technologię RFID; Etykiety odporne na odczynniki stosowane w procesorze.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

---

**Pytanie nr 27 dotyczy pakietu nr 5 poz. 20.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia nie wymagającego tacy ociekowej.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 5 poz. 22.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w skaner oraz oprogramowanie umożliwiające pobieranie wszystkich danych i dzienników generowanych i przechowywanych podczas operacji śledzenia, zapewniając operatorom możliwe do skontrolowania i wyeksportowania statystyki dotyczące śledzenia protokołów, alarmów, użytkowników, partii zamiennych i odczynników z możliwością ustawienia filtrów dla określonych wyszukiwań. Funkcja śledzenia pozwala powiązać każdą kasetę do przetworzenia z odpowiednim koszykiem, w którym została umieszczona, dzięki czemu system tworzy powiązanie między kasetami a wszystkimi wykonywanymi krokami.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 5 poz. 23.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z oprogramowaniem umożliwiającym pobieranie danych i dzienników generowanych i przechowywanych podczas operacji śledzenia, zapewniając operatorom możliwe do skontrolowania i wyeksportowania statystyki.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 5 poz. 26.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością podpięcia zasilacza UPS.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 5 poz. 27.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w zaawansowany system identyfikacji i możliwości śledzenia wszystkich odczynników oparty na technologii uniemożliwiającej niedopasowanie odczynników lub wykorzystanie zużytych odczynników, nawet w innych procesorach tego samego modelu.

**Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ, w/w parametr nie jest obligatoryjny i Wykonawca może zaznaczyć odpowiedzieć NIE.**

**Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 5 poz. 28.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z systemem DAF (Decreasing Ageing Factor) – system zarządzania i starzenia odczynników działający w oparciu o liczbę przetwarzanych kasetek, pozwalający na efektywne wykorzystanie odczynników i osiągnięcie optymalnej jakości preparatów.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 5 poz. 32.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością nieograniczonej ilości programów.

Protokoły ksylenowe zawierające 9 kroków odczynnikowych i 3 parafinowe.

Protokoły bezksylenowe do 9 kroków odczynnikowych i 3 parafinowe.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 34 dotyczy pakietu nr 5 poz. 33.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z regulacją czasu infiltracji od 1 min. do 23 godz. 59 min i 59 sek.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 35 dotyczy pakietu nr 5 poz. 34.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia w którym opóźniony start realizowany jest poprzez wyznaczenie dnia i godziny zakończenia programu.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

---

**Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 5 poz. 38.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w bardzo wydajny zestaw filtrów nie wymagający podłączenia do wyciągu zewnętrznego.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 37 dotyczy pakietu nr 5 poz. 40.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach:

Szerokość: 700 mm,

Głębokość: 750mm;

Wysokość: 1550mm;

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pozycji zgodnej z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 38 dotyczy pakietu nr 1 poz. 18.**

Czy Zamawiający, dokona modyfikacji SWZ i poprawi omyłkę pisarką w zakresie grubości cięcia z: „od 60,0-1000,0um w krokach co 10,0um” na „od 60,0-100,0um w krokach co 10,0um”?

**Odp. Zamawiający dokona zmiany SWZ w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 39 dotyczy zapisów SWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie OFICJALNYCH materiałów informacyjnych sporządzonych przez Wykonawcę – Autoryzowanego Dystrybutora oferowanego urządzenia (sporządzonych na podstawie danych producenta), z których jednoznacznie będzie wynikać, iż zaferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia?. Zwracamy uwagę iż, oryginalne materiały/ foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do tak szczegółowych parametrów jak zawartych w SWZ.

**Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 40 dotyczy projektu umowy.**

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 41 dotyczy projektu umowy.**

Dotyczy wzoru umowy:

Zamawiający w projekcie umowy, pisze: Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 z tytułu rozwiązania

lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy.

Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Wysokość kar umownych

winna pozostawać w korelacji ze szkoda, co zgodne jest z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 3531 w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC), a nie prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się jednej strony umowy.

Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10%?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 42 dotyczy projektu umowy.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawiają wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 43 dotyczy projektu umowy.**

Prosimy o zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni, lub jak poniżej:

W Rozdziale X pkt 7 Ogłoszenia Ministra Zdrowia w sprawie konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej” w 2024 r. (<https://www.gov.pl/web/zdrowie/zakup-sprzetu-do-diagnostyki-patomorfologicznej-w-2024-r>) zapisano „Realizator zadania wybrany w postępowaniu konkursowym zobowiązany będzie do zapłaty za zakup sprzętu do dnia 27 grudnia 2024 r., wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / w trybie zapytania ofertowego, co najmniej w wysokości środków stanowiących dotację Ministra Zdrowia przekazanych na podstawie zawartej z Oferentem umowy na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej na zakup sprzętu.” W związku z powyższym wnioskujemy o korektę zapisu dotyczącego 60-dniowego terminu płatności w taki sposób, aby wynosił on 60 dni, jednak nie dłużej niż do 27 grudnia 2024 r. dla środków stanowiących dotację Ministra Zdrowia przekazanych na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej na zakup sprzętu.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. Zamawiający informuje że termin płatności wskazany jest do 60 dni co umożliwi wcześniejszą realizację płatności.**

**Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
Dominik Łoziński**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządził: Andrzej Nowiński  
nr telefonu: 74/6489941



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742