



Słupsk, dnia 03.10.2024r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Dostawa sprzętu medycznego - nr postępowania 81/PN/2024**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 1 Część nr 1 – Procesor tkankowy - 2 szt.
Tabela, pkt 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o lepszym parametrze w postaci maksymalnej ładowności do 420 kasetek, z możliwością wykorzystania mniejszej ilości kasetek, w tym z możliwością przeprowadzania 300 kasetek

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 1 Część nr 1 – Procesor tkankowy - 2 szt.
Tabela, pkt 11 Proszę o dopuszczenie urządzenia, które posiada możliwości inteligentnego zarządzania odczynnikami na podstawie specyficznej pracy wykonywanej przez każdy odczynnik w przetwarzaniu histologicznym. Limity wykorzystania odczynników w procesie dostępne są również na podstawie liczby wykonanych procesów, liczby przetworzonych kaset i skonfigurowanej maksymalnej liczbie wykonywalnych procesów, a także na podstawie użycia konkretnego zbiornika w oparciu o kolejność w procesie. Oferowany parametr zarządzana odczynnikami jest zdecydowanie bardziej zaawansowany niż proponowany parametr przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 1 Część nr 1 – Procesor tkankowy - 2 szt.
Tabela, pkt 12 Proszę o dopuszczenie urządzenia, gdzie komora procesora wyposażona jest w 4 pojemnościowe czujniki poziomu, które umożliwiają monitorowanie poziomu odczynnika podczas procesu, co jest równoważne z wymaganym parametrem.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 1 Część nr 1 – Procesor tkankowy - 2 szt.
Tabela, pkt 17 Proszę o dopuszczenie urządzenia z trzema stacjami parafinowymi o pojemności 4,7 l, które zapewniają przeprowadzenie do 420 kasetek. Mniejsza ilość stacji parafinowych nie wpływa na jakość ani sprawność przeprowadzania procesu przeprowadzania, gdyż większa pojemność stacji zapewnia możliwość przeprowadzenia większej ilości kasetek.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 1 Część nr 1 – Procesor tkankowy - 2 szt.
Tabela, pkt 18 Proszę o dopuszczenie urządzenia z trzema stacjami parafinowymi, z możliwością zaprogramowania 3 kroków z parafiną. Mniejsza ilość stacji parafinowych nie wpływa na jakość ani sprawność przeprowadzania procesu przeprowadzania, gdyż większa pojemność stacji zapewnia możliwość przeprowadzenia większej ilości kasetek.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 2 Część nr 2 – zatapiarka – 1 szt.
Tabela, pkt 5 Proszę o dopuszczenie urządzenia o wadze 53 kg, gdzie waga zatapiarki wynosi 30kg, waga modułu chłodzącego 23 kg. Oferowane urządzenie wagowo jest zbliżone do wymagań Zamawiającego. Jest to nieznaczna różnica względem wymogu Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 2 Część nr 2 – zatapiarka – 1 szt.
Tabela, pkt 7 Proszę o dopuszczenie urządzenia, którego temperatura robocza pokojowa waha się od +20°C do +30°C oraz wilgotności od 10% do 80%. Jest to nieznaczna różnica względem wymogu Zamawiającego. Niniejszy parametr nie ma również żadnego uzasadnionego wpływu na pracę urządzenia w naszym klimacie.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 2 Część nr 2 – zatapiarka – 1 szt.
Tabela, pkt 10 Proszę o dopuszczanie płyty chłodzącej z regulacją temperatury w zakresie od -20°C do temperatury pokojowej, co daje większe możliwości użytkownikowi.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 2 Część nr 2 – zatapiarka – 1 szt.
Tabela, pkt 11 Proszę o dopuszczenie płyty chłodzącej posiadającej czas chłodzenia: -20 °C w 10 min, co pozwala na schłodzenie 65 próbek w czasie krótszym niż 30 minut.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 2 Część nr 2 – zatapiarka – 1 szt.
Tabela, pkt 13 Proszę o dopuszczenie urządzenia z 6 litrowym zbiornikiem na parafinę, wyposażonym w system filtracji, który jest stanie zatrzymać wszystkie zanieczyszczenia obecne w parafinie. Większy zbiornik daje użytkownikowi komfort pracy i zapobiega częstemu uzupełnianiu parafiny.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 2 Część nr 2 – zatapiarka – 1 szt.
Tabela, pkt 14 Proszę o dopuszczenie urządzenia z zbiornikiem na kasetki mieszczącym 192 standardowych kasetek. Większa ładowność zapewnia sprawniejszy proces zatapiania, ale i również umożliwia umieszczenie mniejszej ilości kasetek.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Dotyczy Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 2 do zadania 2: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania zatapiarkę trójmodułową składającą się z modułu do zatapiania, modułu grzewczego oraz płyty zimnej?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Dotyczy Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 2 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania urządzenie nabladowe o sumarycznej szerokości części do zatapiania, modułu grzewczego i płyty chłodzącej wynoszącej 102 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

Dotyczy Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 2 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania urządzenie (wszystkich części: do zatapiania, modułu grzewczego i płyty chłodzącej) o łącznej wadze 61kg?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

Dotyczy Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 2 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania urządzenie zaopatrzone w ekran z przyciskami i wyświetlaczem?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Dotyczy Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 2poz. 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o parametrach termicznych modułu do zatapiania (moduł do parafinowania i moduł do podgrzewania) w zakresie od 40 do 70°C?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Dotyczy Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 2poz. 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o parametrach płyty chłodzącej programowalne w zakresie od -12°C do 0°C

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

Dotyczy Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 2poz. 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o pojemności komory parafinującej 5L?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Dotyczy Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 2poz. 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o pojemności modułu grzewczego 300 kasetek?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20:

Dotyczy Części I SWZ pkt 13.5 do zadania 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie oryginalnych materiałów informacyjnych/ Folderów/ katalogów/prospektów/informacji/opisów autoryzowanego dystrybutora w którym będą wyszczególnione informacje potwierdzające wymagane parametry wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, a których broszury producenta nie opisują?

Oryginały materiałów/foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do szczegółowych parametrów opisywanych przez Zamawiających w SWZ i są jedynie ulotką informacyjną. W związku z tym większość materiałów nie potwierdzałoby wszystkich wymaganych parametrów, zatem zasadne jest sporządzanie ich przez dystrybutora w oparciu o informacje od producenta czy autoryzowanego przedstawiciela i najlepszą wiedzę profesjonalnego wykonawcy na rynku medycznym

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21:

Dotyczy Część III Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 Warunki gwarancji i serwisu pkt 5 Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego możliwości zgłaszania usterek na następujący: „Możliwość zgłaszania usterek w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00, z wyłączeniem świąt oraz ustawowo wolnych dni od pracy”

Uzasadniamy tę prośbę faktem, iż wymóg dostępności zgłoszeń przez 24h/dobę, stanowi znaczące obciążenie organizacyjne i techniczne dla Wykonawcy, a przy tym nie jest konieczne dla zapewnienia sprawnej obsługi serwisowej w większości przypadków Zaproponowana zmiana pozwoli zachować właściwy balans między odpowiedzialnością Wykonawcy za zapewnienie sprawności sprzętu a możliwością efektywnego zarządzania obsługą zgłoszeń.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 7 mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera,

szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie OFICJALNYCH materiałów informacyjnych sporządzonych przez Wykonawcę - Dystrybutora oferowanego urządzenia (sporządzonych na podstawie danych producenta), z których jednoznacznie będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia?. Zwracamy uwagę iż, oryginalne materiały/ foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do tak szczegółowych parametrów jak zawartych w SWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 10, pozycja 1, Lp. 53

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora, wyposażonego w jeden predefiniowany i zabezpieczony przed edycją program czyszczący. Pozostałe parametry bez zmian

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 10, pozycja 1, Lp. 55

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora, wyposażonego w 3 ultradźwiękowe czujniki poziomu odczynnika w komorze reakcyjnej co jest rozwiązaniem w pełni wystarczającym do bezpiecznego przeprowadzenia procesu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 10, pozycja 1, Lp. 58

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora, którego specyfika konstrukcji zakłada 3 rezerwuary dedykowane myciu urządzenia

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 10, pozycja 1, Lp. 61

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora, umożliwiającego zaprogramowanie programu, z maksymalnie 3 krokami parafinowymi, co jest rozwiązaniem optymalnym dla przeprowadzenia procesu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 11, Lp. 50

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w monochromatyczny wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5"

Sterowanie funkcjami urządzenia odbywa się za pomocą przycisków znajdujących się we frontowej części obudowy

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 11, Lp. 57

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w komorę na parafinę o pojemności 5,5 litra

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 11, Lp. 58

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z maksymalną ładownością komory grzewczej 320 szt. kasetek.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 31:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 12, Lp. 23

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego, o wyrażenie zgody na zaproponowanie barwiarki, umożliwiającej barwienie 360 szkiełek na godzinę przy barwieniu rutynowym.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 12, Lp. 26

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego, o wyrażenie zgody na zaproponowanie barwiarki, umożliwiającej zaprogramowanie do 40 etapów w ramach jednego programu barwienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 12, Lp. 29

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego, o wyrażenie zgody na zaproponowanie barwiarki wyposażonej w 4 stacje załadowczo-wyładowcze z możliwością dowolnej ich konfiguracji wg preferencji Użytkownika.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 12, Lp. 30

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego, o wyrażenie zgody na zaproponowanie barwiarki wyposażonej w jedną stację suszącą, która posiada indywidualnie programowaną temperaturę, w zakresie od temperatury pokojowej do 75oC

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 12, Lp. 33

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego, o wyrażenie zgody na zaproponowanie barwiarki wyposażonej w koszyczek o pojemności 30 szkiełek, z możliwością jednoczesnego umieszczenia 1 koszyczka w stacji.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 12, Lp. 34

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego, o wyrażenie zgody na zaproponowanie barwiarki posiadającej stacje barwiące o pojemności 480 ml każda (\pm 20 ml)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 12, Lp. 35

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego, o wyrażenie zgody na zaproponowanie barwiarki z możliwością regulacji czasu inkubacji w każdej kuwecie w zakresie: od min. 1 sekundy do 59 min 59s

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 12, Lp. 37

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego, o odstąpienie od wymogu, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności asortymentowo – cenowej.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 12, Lp. 40

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego, o wyrażenie zgody na zaproponowanie barwiarki w którą użytkownik komunikuje się wybierając odpowiednio opisane pola.

System ikon, charakterystyczny dla urządzenia Tissue-Tek Prisma, nie jest niezbędny do efektywnej pracy i stanowi ograniczenie konkurencyjności

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 12, Lp. 05

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego, o wyrażenie zgody na zaproponowanie nakrywarki wykorzystującej koszyki o pojemności 30 szkiełek.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 12, Lp. 06

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie nakrywarki kompatybilnej z przepustowością modułu barwiącego

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 12, Lp. 07

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie nakrywarki której konstrukcja zakłada odkładanie zaklejonych preparatów mikroskopowych w pozycji poziomej, bezpośrednio na aluminiowe tacki o pojemności 10 szkiełek każda.

W zestawie z urządzeniem znajduje się 27 szt. tacek. (10 x 27)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 12, Lp. 09

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie nakrywarki wykorzystującej do nakrywania, szkiełka nakrywkowe, wyposażonej w system automatycznej detekcji i odrzucania uszkodzonych sztuk oraz system automatycznego czyszczenia igły dozującej medium od zaklejania.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 12, Lp. 11

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, eliminującego występowanie pęcherzyków powietrza poprzez mechanizm karuzelowego transportu i odkładania szkiełek na tacę w pozycji poziomej oraz mechaniczny system wyrównywania położenia szkiełka nakrywkowego bezpośrednio po jego zaklejeniu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 12, Lp. 13

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą aby ze względu na fakt, że zaproponowane rozwiązanie zamiast taśmy, wykorzystuje do zakrywania preparatów szkiełka nakrywkowe, wyraził zgodę na dostarczenie wraz z urządzeniem 7000 szt. szkiełek nakrywkowych o wymiarze 24 x 50 mm co odpowiada ilości szkiełek podstawowych jakie można nakryć przy wykorzystaniu 5 rolek taśmy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46:

Załącznik Część III OPZ dla części 1-14, część nr 12, Lp. 14

Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie nakrywarki bez wbudowanego czytnika kodów

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47:

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty kart katalogowych wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora z uwagi na fakt, że nie jest możliwe zawarcie wszystkich wymaganych parametrów w karcie wystawionej przez producenta?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 48:

Załącznik Część II SWZ- Wzór umowy- § 6

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne takie jak np. filtry węglowe? Oczekiwanie gwarancji bez wyłączeń skutkuje brakiem możliwości rzetelnej kalkulacji oferty. Oferent nie jest w stanie określić ewentualnych kosztów dodatkowych, które mogą się pojawić w czasie eksploatacji.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 49:

Pytanie nr 26- Załącznik Część II SWZ- Wzór umowy- § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 wzoru umowy – Załącznik Część II SWZ w następujący sposób:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 1 umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 6 ust. 6 i 7 niniejszej umowy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak

