

ZP/11/21

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) pn. Sukcesywne dostawy wyrobów wykorzystywanych w chirurgii ogólnej i onkologicznej

I

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami Wykonawcy:

1. Dotyczy części nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza: implanty piersi anatomiczne o powierzchni pokrytej pianką mikropoliuretanową; o 3 kształtach podstawy: okrągłej, owalnej w poziomie, owalnej w pionie; sterylne, pakowane pojedynczo; wypełnione wysoce spoistym żelazem silikonowym „z efektem pamięci”; dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku istotnej utraty integralności powłoki implantu; dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera obejmująca również rotację implantu; certyfikat CE; powłoka odporna na działania mechaniczne; minimum 3 projekcje, maksymalnie 4 projekcje?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania implanty o cechach opisanych w pytaniu.

2. Dotyczy części nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza: implanty piersi anatomiczne o powierzchni teksturowanej; dostępne 2 rodzaje tekstury; pojemność od 110 ml; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza implanty piersi anatomiczne o powierzchni teksturowanej; dostępne 2 rodzaje tekstury; pojemność od 110 ml; pozostałe parametry bez zmian

II

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) w wyniku dokonania wyjaśnień treści SWZ, Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

- pkt 1 działu X termin związania ofertą otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 19 października 2021 roku.

- pkt 2 działu XVI sposób oraz termin składania ofert otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 20 września 2021 roku do godziny 11:00.

- pkt 1 działu XVII termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2021 roku, o godzinie 11:30.

Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich publikacji.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu