



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 22/ZP/2020
DZP/242/2020

Zgorzelec, dnia 30.06.2020r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy różnych materiałów do dializ

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie 1. (Pakiet nr 2)

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 2 cewnika permanentnego poliuretanowego schodkowego o średnicy 14,5 Fr i długościach :19 cm, 23 cm, 27cm, 31cm, 35cm od mufki do zakończenia cewnika ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

(ZAPYTANIE NR 2)

Pytanie 1. (Pakiet nr 2)

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania cewników, najwyższej jakości, wiodącego producenta Arrow, w szerszym zakresie rozmiarów, do swobodnego wyboru, tj. 15F i dł. 19,23,27,31,42,55cm. opakowanie handlowe liczy 1szt. Pozostałe zgodnie z siwz.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2. (Pakiet nr 2)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania cewników pakowanych w opakowania handlowe liczące 1szt.?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników pakownych w opakowania handlowe liczące 1 szt.

(ZAPYTANIE NR 3)

Pytanie 1. (Pakiet nr 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 cewnika permanentnego o następujących długościach od końcówki do mufki/huba: 19cm/24cm; 23cm/28cm; 27cm/32cm; 31cm/36cm; 35cm/40cm; 50cm/55cm oraz zestaw który nie posiada strzykawki, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

(ZAPYTANIE NR 4)

Pytanie 1. (Pakiet nr 1, pozycja nr 1)

Czy Zamawiający dopuści igły do hemodializy jednoigłowej w rozmiarze 15G i 16G, pozostałym zapisy specyfikacji bez zmian.

Odp. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem zaoferowania również igły do hemodializy jednoigłowej w rozmiarze 17G, pozostałe parametry określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora

**Radosław Jabłoński
Zastępca Kierownika Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia**

Z upoważnienia Dyrektora

**Katarzyna Jagiełło
Specjalista ds.
Zamówień Publicznych**

Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 3) A/a

Sprawę prowadzi: Katarzyna Jagiełło
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl